

Opis przedmiotu zamówienia

Oferowany model lampy rtg: CXB – 750D

Producent lampy rtg: Canon Medical Systems Corporation

Kraj producenta lampy rtg: Japonia

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienie | Warunki wymagane | Potwierdzić |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lampa rtg kompatybilna z tomografem komputerowym TSX-101A (AQUILION RXL) w konfiguracji TSX-101A/UC, nr seryjny UCA 1292022 marki Toshiba | TAK | TAK |
| 2. | Lampa rtg fabrycznie nowa, nieużywana, produkcji nie starszej niż 2022r. | TAK | Podać rok prod. TAK, 2022 r. |
| 3. | Przewód wysokiego napięcia fabrycznie nowy i kompatybilny z tomografem komputerowym TSX-101A (AQUILION RXL) w konfiguracji TSX-101A/UC, nr seryjny UCA 1292022 marki Toshiba | TAK | TAK |
| 4. | Wymiennik ciepła fabrycznie nowy i kompatybilny z tomografem komputerowym TSX-101A (AQUILION RXL) w konfiguracji TSX-101A/UC, nr seryjny UCA 1292022 marki Toshiba | TAK | TAK |
| 5. | Lampa rtg, przewód wysokiego napięcia, wymiennik ciepła oraz akumulatory do UPS w pełni kompatybilne z oprogramowaniem, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi w/w systemu tomografu komputerowego | TAK | TAK |
| 6. | Wykonanie kalibracji aparatu po wymianie lampy rtg | TAK | TAK |
| 7. | Wykonanie testów specjalistycznych i odbiorczych po instalacji lampy rtg | TAK | TAK |
| 8. | Wymiana przewodu wysokiego napięcia | TAK | TAK |
| 9. | Wymiana wymiennika ciepła | TAK | TAK |
| 10. | Wymiana kompletu akumulatorów w UPS tomografu | TAK | TAK, wymiana UPS (dopuszczono zgodnie z odpowiedzią z dnia 10.02.2023 r.) |