

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **obłożeń do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia O'Arm**, zwanych dalej wyrobami.
 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia.
 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer 022 465 69 17 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: obsługa.klienta@medtronic.com
 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

***Wypełnia Wykonawca**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. nr katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9=6+7	10
1	Obłożenie urządzenia O' Arm Sterylne obłożenie typu serweta, kompatybilne z laserowym czujnikiem nawigacji, niezakłócające współpracy między czujnikami nawigacji i O' Arm. Serweta mocowana do pola operacyjnego i urządzenia O'Arm	szt.	260	110,00	28 600,00	8%	118,80	30 888,00	Medtronic/Obłożenie urządzenia O' Arm - TYP SERWETA/ 9733023
				Razem Netto:	28 600,00		Razem Brutto:	30 888,00	