

Załącznik nr 6 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.2.5.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 5

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto $6=4 \times 5$	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto $8=5+7$	Wartość brutto $9=4 \times 8$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Tablica okulistyczna	szt.	2	6 450,00	12 900,00	8	6 966,00	13 932,00
<b>Razem cena oferty</b>					12 900,00	-	-	13 932,00

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<b>I. <u>Tablica okulistyczna – 2 szt.</u></b>		<p>Typ: Tablica okulistyczna</p> <p>Model: Lucid LC</p> <p>Producent: Everview Corp.</p> <p>Kraj pochodzenia: Korea Płd.</p>
1.	Rok produkcji	2022/2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Ekran min. 23,6 cali	
4.	Typ panelu LCD	
5.	Format obrazu 16:9 wide	
6.	Kąt pola widzenia: ogólny 170° (poziomy), 160°(pionowy)	
7.	Jasność 300 cd/m <sup>3</sup>	
8.	Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli	
9.	Liczba kolorów min. 16,7 milionów	
10.	Kontrast 1000:1	
11.	Czas reakcji max. 5 ms	
12.	Współpraca z komputerem	
13.	Programowana odległość: 1,5 m – 6 m	
14.	Montaż na ścianie	
15.	Testy: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, Landolt, czerwono-zielony, binokularny, Worth, Scherber, na astygmatyzm, badania zeza ukrytego, badania na ślepotę barw, ETDRS, badania wrażliwości na kontrast	
16.	Sterowanie pilotem	
17.	Liczba masek: pojedyncza maska 168, maska pozioma 30, maska pionowa 50	

18.	Szybkość zmiany maski 1 klatek/0,03 sek.	
19.	Zasilanie DC 12V 4A (pilot DC 3V)	
20.	Pobór prądu max. 35W	
	<b>Informacje dodatkowe</b>	
21.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem	
22.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu	
23.	<b>Okres gwarancji min. 24 miesiące</b>	
24.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)	
25.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów	
26.	Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji	
27.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Częstotliwość przeglądów: pierwszy przegląd po upływie 24 m-cy, kolejne co 12 m-cy.

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

Jarosław Kuciński  
*Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania*  
Wykonawcy