

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego **zestawów do porodu, operacji stawu barkowego, zabiegów brzuszno-kroczych, laparoskopii, videotorakotomii, laparoskopii dziecięcej i zabiegów ginekologicznych, serwet laryngologicznych, uniwersalnych i pediatrycznych, zestawów laparoskopowych do chirurgii i ginekologicznych, trokarów i sterylnych fartuchów urologicznych** zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych , zbiorczych) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane :
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do **1*** dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr **22 350 52 81*** lub poczty elektronicznej na adres e-mail: **biuro@molnlycke.com ***
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z następującą kalkulacją:

***Wypełnia Wykonawca**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. nr katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9=6+7	10
1	Zestaw do porodu: 1. Serweta główna pod pośladki wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego (folia PE 80 mikronów / wzmocnienie folia PE 40 mikronów / włókna 50g/m2) o wymiarach 85x120cm z zamowocową torbą przechwytyjącą płyny - 1szt. 2. Osłona na kończyny wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włókna wiskozowo-polietrowa 30g/m2 / folia PE 70 mikronów) o wymiarach 32x120cm - 1szt. 3. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wkończone elastycznym, poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie. Sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora - 1szt. 4. Owinięcie noworodka (kocyk dziecięcy) wykonane z włókniny typu spunlaced o gramaturze min. 68g/m2 o wymiarach min. 90x120cm - 1szt. 5. Serweta z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 90x150cm - 2szt. 6 Miska nerkowa 1500ml z podziałką (przezroczysta) - 1szt. 7. Wanienska z polipropylenu o wymiarach 28x25x5cm 3150ml - 1szt. 8. Taśma lepna nieprzepuszczalna o wym. 9x49cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia PE 27,5 mikrona / włókna polietrowa 40g/m2) - 2szt. 9. Osłona na stół narzędziowy o wym. 100x150cm, wzmocniona na całej powierzchni (owinięcie zestawu) - 1szt. Zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie. Oznaczenie słowne ZESTAW PORODOWY umieszczone w ramce na boku opakowanie zestawu. Opakowanie zewnętrzne zestawu (karton) oznaczone kolorystycznie. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt	1200	109,00 zł	130 800,00 zł	8%	117,72 zł	141 264,00 zł	Molnlycke Health Care/ 97112816

2	<p>Zestaw serwet laryngologicznych</p> <p>1. Serweta operacyjna z taśmą lepną wym. 200x200cm, wzmocniona (50x20cm), wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie : włóknina wiskozowo/poliestrowa 50g/m2. Łączna gramatura serwety min. 122,5 g/m2. Odporność serwety na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 197kPa. W serwetę wbudowane organizatory przewodów - 1szt.</p> <p>2. Serweta chirurgiczna o wym. 150x200cm, z wycięciem U (7x65cm), wzmocniona (70x100cm), wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 15 mikronów / włóknina typu spnbond 30g/m2. W strefie krytycznej wzmocnienie: włóknina 50g/m2. Łączna gramatura serwety min. 106g/m2. - 1szt.</p> <p>3. Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany - 1szt.</p> <p>4. Ręcznik chłonny 18x25cm - 2szt.</p> <p>5. Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z transparentnej folii PE 80 mikronów - 1szt.</p> <p>6. Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2, rozmiar XL - 2szt.</p> <p>7. Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapinanie na rzep. rozmiar L- 1szt.</p> <p>8. Osłona na stół mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2. Łączna gramatura osłony 83,4g/m2. - 1szt.</p> <p>9. Osłona na stół narzędziowy o wym. 150x190cm, wzmocniona na całej powierzchni (owinięcie zestawu) - 1szt.</p> <p>Zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie. Oznaczenie słowne LARYNGOLOGIA umieszczone w ramce na boku opakowania zestawu. Opakowanie zewnętrzne zestawu (karton) oznaczone kolorystycznie.</p> <p>Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentację medyczną zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.</p>	szt	400	158,50 zł	63 400,00 zł	8%	171,18 zł	68 472,00 zł	Molnlycke health Care/ 97112817
---	---	-----	-----	-----------	--------------	----	-----------	--------------	---------------------------------

3	Zestaw do operacji stawu barkowego 1. Serweta chirurgiczna do operacji barku w pozycji półsiedzącej (Beach Chair) o wym. 400x240 cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o wym. 10x10 cm, oraz zintegrowane taśmy samoprzylepne. Serweta wyposażona w worek do przechwytywania płynów o wym. 91,5x89cm z możliwością podłączenia drenu i dwa organizatory przewodów typu RZEP. Serweta wykonana z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 30g/m2 i folii PE 40 mikronów. Worek do przechwytywania płynów wykonany z transparentnej folii PE o gramaturze 100 mikronów - 1szt. 2. Serweta chirurgiczna (wykonana z przezroczystej folii PE) o wym. 152x193 cm, z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 15x61 cm, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 mikronów - 1szt. 3. Osłona na kończynę o wym. 22x75cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowo/poliestrowa 30g/m2 / folia PE 70 mikronów. - 1szt. 4. Taśma samoprzylepna 9x49cm - 2szt. 5. Ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt. 6. Osłona na stolik mayo 79x145cm, wzmocniona, wykonana z folii PE 60 mikronów. Wzmocnienie: folia PE 55 mikronów / włóknina wiskozowa 40g/m2. Łączna gramatura osłony min. 148g/m2. - 1szt. 7. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona (75x190cm) - 1szt. Opakowanie folia - folia. Sposób pakowania pół próżniowy. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt	30	145,00 zł	4 350,00 zł	8%	156,60 zł	4 698,00 zł	Molnlycke health Care/ 60003
4	Sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 50 mikronów, w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Fartuch posiadający kontrafałdy w części przedniej. Dolna część fartucha wykonana z folii PE 50 mikronów, część górna oraz rekawy wykonane z włókniny poliestrowej typu Spunlaced o gramaturze 68g/m2. Wskaźnik barierowości = 6 BI. Pakowany w sposób próżniowy. Rozmiary: L, XL Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt	800	24,00 zł	19 200,00 zł	8%	25,92 zł	20 736,00 zł	Molnlycke health Care/ 670301

5	<p>Zestaw operacyjny do zabiegów brzuszno-kroczowych</p> <p>1. Serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestetycznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach kroczu o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 50 mikronów. W strefie krytycznej wzmocnienie: folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. Łączy gramatura serwety min. 129g/m2.- 1szt.</p> <p>2. Serweta z taśmą lepną 75x75cm - 2szt.</p> <p>3. Taśma samoprzylepna typu RZEP - 1szt.</p> <p>4. Taśma samoprzylepna o wym. 9x49cm - 1szt.</p> <p>5. Ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.</p> <p>6. Osłona na stół mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2. Łączna gramatura osłony 83,4g/m2. - 1szt.</p> <p>7. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, warstwa chłonna (75x190cm) - 1szt.</p> <p>Opakowanie folia - folia. Sposób pakowania pół próżniowy.</p> <p>Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentację medyczną zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.</p>	szt	20	112,00 zł	2 240,00 zł	8%	120,96 zł	2 419,20 zł	Molnlycke health Care/ 694241
6	<p>Zestaw do laparoskopii</p> <p>1. Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm, zintegrowana z ekranem anestetycznym, posiadająca samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 50 mikronów. W strefie krytycznej wzmocnienie: folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. Łączy gramatura serwety min. 129g/m2. - 1szt.</p> <p>2. Taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5x30cm - 1szt.</p> <p>3. Taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt.</p> <p>4. Ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.</p> <p>5. Osłona na kamerę (perforowana końcówka + taśma mocująca) wym. 14x250cm - 1szt.</p> <p>6. Osłona na stół mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2. Łączna gramatura osłony 83,4g/m2. - 1szt.</p> <p>7. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, warstwa chłonna (75x190cm) - 1szt.</p> <p>Opakowanie folia - folia. Sposób pakowania pół próżniowy.</p> <p>Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentację medyczną zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.</p>	szt	700	109,00 zł	76 300,00 zł	8%	117,72 zł	82 404,00 zł	Molnlycke health Care/ 694265

7	<p>Zestaw do videotorakotomii</p> <p>1. Serweta operacyjna z taśmą lepną wym. 175x175cm, wzmocniona (50x20cm), wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie : włóknina wiskozowo/poliestrowa 50g/m2. Łączna gramatura serwety min. 122,5 g/m2. Odporność serwety na przenikanie płynów w strefie krytycznej mih, 197kPa. W serwetę wbudowane organizatory przewodów - 1szt.</p> <p>2. Serweta operacyjna z taśmą lepną wym. 300x175cm, wzmocniona (50x20cm), wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie : włóknina wiskozowo/poliestrowa 50g/m2. Łączna gramatura serwety min. 122,5 g/m2. Odporność serwety na przenikanie płynów w strefie krytycznej mih, 197kPa. W serwetę wbudowane organizatory przewodów - 1szt.</p> <p>3. Serweta operacyjna z taśmą lepną wym. 200x200cm, wzmocniona (50x20cm), wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie : włóknina wiskozowo/poliestrowa 50g/m2. Łączna gramatura serwety min. 122,5 g/m2. Odporność serwety na przenikanie płynów w strefie krytycznej mih, 197kPa - 2szt.</p> <p>4. Ręcznik chłonny 18x25cm - 5szt.</p> <p>5. Serweta operacyjna 75x90 cm, 2-warstwowa - 1szt.</p> <p>6. Taśma lepna 9x49cm - 1szt.</p> <p>7. Opatrunek specjalistyczny, elastyczny; wodoodporny; miękki wysokochłonny opatrunek typu all-in-one z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu Safetac na całej powierzchni opatrunku; nieprzepuszczalny dla bakterii i wirusów; samoprzylepny- nie wymagający dodatkowego mocowania; zabezpieczający rany pooperacyjne o różnym stopniu wysięku; minimalizujący przywieranie opatrunku do szwów; zapewniający atraumatyczną zmianę opatrunku; eliminujący uszkodzenia rany i skóry otaczającej - rozmiar 7,5x7,5cm -1szt.</p> <p>8. Kleszczyki blokowane 24cm do materiałów opatrunkowych - 1szt.</p> <p>9. Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa) - 5 szt.</p> <p>10. Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany - 1szt.</p> <p>11. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm - 1szt.</p> <p>12. Kieszka foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z transparentnej folii PE 80 mikronów - 1szt.</p> <p>13. Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm 4 otwory, okrągła końcówka, rękojeść, regulacja ssania - 1szt.</p> <p>14. Dren do ssaka 24Ch 2,5m F/F - 1szt.</p> <p>15. Pojemnik na igły magnetyczny, 20 miejsc - 1szt.</p> <p>16. Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) - 1szt.</p> <p>17. Miska 500ml transparentna z podziałką - 1szt.</p> <p>18. Miska 250ml Czerwony z podziałką - 1szt.</p> <p>19. Kompres gazowy 7.5x7.5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg) - 25szt.</p> <p>20. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg) - 5szt.</p>	szt	500	334,00 zł	167 000,00 zł	8%	360,72 zł	180 360,00 zł	Molnlycke health Care/ 97112821
---	---	-----	-----	-----------	---------------	----	-----------	---------------	---------------------------------

<p>21. Ostrze chirurgiczne nr 24 - 1szt.</p> <p>22. Czyścik do elektrody 5x5cm - 1szt.</p> <p>23. Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa 16 warstwowa, znacznik RTG) - 25 szt.</p> <p>24. Tupferki gazowe 8x8cm (gaza 24-nitkowa, znacznik Rtg) - 8szt.</p> <p>25. Serweta operacyjna 90x75cm z taśmą samoprzylepną - 1szt.</p> <p>26. Osłona na stół mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, wzmocnienie włókna wiskozowa 27g/m2. Łączna gramatura osłony 83,4g/m2. - 1szt.</p> <p>27. Fartuch chirurgiczny SMS o gramaturze 40g/m2. niewzmocniony, rozmiar XL - 2szt</p> <p>28. Fartuch chirurgiczny SMS o gramaturze 40g/m2. niewzmocniony, rozmiar L - 1szt</p> <p>29. Osłona na stół narzędziowy o wym. 150x190cm, wzmocniona na całej powierzchni (owinięcie zestawu) - 1szt.</p> <p>30. Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, 7.0, AQL = 0,65 - 1 para</p> <p>31. Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, 6.5, AQL = 0,65 - 1 para</p> <p>Zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie. Oznaczenie słowne VIDEOTORAKOTOMIA umieszczone w ramce na boku opakowanie zestawu. Opakowanie zewnętrzne zestawu (karton) oznaczone kolorystycznie</p> <p>Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

8	<p>Zestaw ginekologiczny laparoskopowy</p> <p>1. Obłożenie specjalistyczne, laparoskopowe wym. 200/250x365cm, otwór 28x30cm otoczony warstwą chłonną. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 50 mikronów. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. Łączna gramatura serwety min. 129g/m2. W serwetę wbudowane:</p> <p>1. Organizatory przewodów - 1szt.</p> <p>2. Kieszeń 3-komorowa na narzędzia, wym. 45x48cm - 1szt.</p> <p>3. Disektor laparoskopowy Maryland dług. 33 cm, śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego. - 1szt.</p> <p>4. Serweta 100x100cm - 1szt.</p> <p>5. Nożyczki laparoskopowe o dług. 33 i śr 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego. Końcówka robocza typu Metzenbaum (bransze precyzyjnie spasowane aż do samego końca lecz końcówka atraumatyczna, uniemożliwiająca przecięcie przypadkowej struktury. - 1szt.</p> <p>6. Igła veressa 120mm - 1szt.</p> <p>7. Taca z polipropylenu 25x14x5cm 1575ml - 1szt.</p> <p>8. Trokar rozpychający, bezostrzowy, 11 mm, dł. 10cm, z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka - zewnętrzna uszczelka wzmocniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop - 1szt.</p> <p>9. Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 11mm 10cm - 1szt.</p> <p>10. Osłona na stół mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2. Łączna gramatura osłony 83,4g/m2. - 1szt.</p> <p>11. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona na całej powierzchni (opakowanie zestawu) - 1szt.</p> <p>Zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie. Oznaczenie słowne GINEKOLOGIA LAPAROSKOPIA umieszczone w ramce na boku opakowanie zestawu. Opakowanie zewnętrzne zestawu (karton) oznaczone kolorystycznie Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.</p>	szt	160	700,00 zł	112 000,00 zł	8%	756,00 zł	120 960,00 zł	Molnlycke health Care/ 97112818
---	--	-----	-----	-----------	---------------	----	-----------	---------------	---------------------------------

9	<p>Zestaw do laparoskopii dziecięcej</p> <p>1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny - 240x150cm - 1szt.</p> <p>2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt.</p> <p>3. Serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175cm - 1szt</p> <p>4. Kieszeń 3-komorowa na narzędzia, wym. 45x48cm - 1szt.</p> <p>5. Zestaw laparoskopowy do ssania - płukania z podwójnym grotem OD 5mm, 33cm, dreny wolne od ftalanów (pozbawione DEHP). Posiadający 2 przyciski oznaczone kolorystycznie oraz literowo: ssanie (S) i płukanie (I) w kolorze (proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu) - 1szt.</p> <p>6. Elastyczny, wodooporny, miękki, wysokochłonny opatrunek typu All-in-one na rany pooperacyjne 6x8cm z technologią nacinanego wzoru warstwy chłonnej opatrunku (superabsorbentu z włókien poliakrylanowych). Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku - 4szt.</p> <p>7. Kleszczyki blokowane 24cm do materiałów opatrunkowych - 1szt.</p> <p>8. Trokar bezostrzowy separujący 5mm, dł. 7cm - 1szt.</p> <p>9. Uniwersalna przeźroczysta kaniula do trokara 5mm, dł. 7cm - 2szt.</p> <p>10. Miska 250ml z podziałką - 1szt.</p> <p>11. Tupfer okrągły gazowy 40x50cm (gaza 20-nitkowa, znacznik Rtg) - 3szt.</p> <p>12. Ostrze chirurgiczne nr 11 - 1szt.</p> <p>13. Taca z polipropylenu 25x14x5cm 1575ml, - 1szt.</p> <p>14. Igła veressa 150mm - 1szt.</p> <p>15. Płyn przeciwmgielny (butelka + watka) - 1szt.</p> <p>16. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg) - 20szt.</p> <p>17. Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) - 1szt.</p> <p>18. Osłona na stół mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2. Łączna gramatura osłony 83,4g/m2. - 1szt.</p> <p>19. Fartuch chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMS, rozm L - 1szt.</p> <p>20. Fartuch chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMS, rozm XL - 1szt.</p> <p>21. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona na całej powierzchni (opakowanie zestawu) - 1szt.</p> <p>22. Papier krepowy 60x60cm - 1szt.</p> <p>Zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie. Oznaczenie słowne LAPAROSKOPIA DZIECIĘCA umieszczone w ramce na boku opakowanie zestawu. Opakowanie zewnętrzne zestawu (karton) oznaczone kolorystycznie Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.</p>	szt	250	655,00	163 750,00	8%	707,40	176 850,00	Molnlycke Health Care/ 97128630
---	--	-----	-----	--------	------------	----	--------	------------	---------------------------------

10	Zestaw laparoskopowy do chirurgii 1. Obłożenie do laparoskopii z otworem brzuszno - kroczywym 250/200/300x260cm, otwór w okolicy brzucha 28x30cm oraz w okolicy kroczu 10x13cm. Otwór brzuszny otoczony folią chirurgiczną typu FLEX. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa 12g/m2 oraz folia PE 50 mikronów). W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie : folia PE 50 mikronów oraz włóknina wiskozowa 23g/m2. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej min. 129g/m2 - 1szt. 2. Kieszka 3-komorowa na narzędzia, wym. 45x48cm - 1szt. 3. Zestaw laparoskopowy do ssania - płukania z podwójnym grotem OD 5mm, 33cm, dreny wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) - 1szt. 4. Elastyczny, wodoodporny, miękki, wysokochłonny opatrunek typu All-in-one na rany pooperacyjne 6x8cm z technologią nacinanego wzoru warstwy chłonnej opatrunku (superabsorbentu z włókien poliakrylanowych). Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku - 4szt. 5. Kleszczyki blokowane 24cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie - 1szt. 6. Przewód do insuflacji z filtrem 26Ch/18Ch 300cm MLL - 1szt. 7. Miska 250ml Czerwony z podziałką - 1szt. 8. Tupfer okrągły gazowy 40x50cm (gaza 20-nitkowa, znacznik Rtg - 3szt. 9. Ostrze chirurgiczne nr 11 - 1szt. 10. Taca z polipropylenu 25x14x5cm 1575ml, niebieska - 1szt. 11. Igła veressa 150mm - 1szt. 12. Trokar rozpychający, bezostrzowy, 12 mm, dł. 10cm, z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka - zewnętrzna uszczelka wzmocniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop - 1szt. 13. Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 12mm 10cm - 1szt. 14. Trokar rozpychający, bezostrzowy, 5 mm, dł. 10cm, z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka - zewnętrzna uszczelka wzmocniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop - 1szt. 15. Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm 10cm - 1szt. 16. Płyn przeciwmgielny (butelka + watka) - 1szt. 17. Ewakuator dymu LL z zaciskiem i filtrem - 1szt. 18. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 20szt. 19. Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) - 1szt. 20. Osłona na stół mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2. Łączna gramatura osłony 83,4g/m2. - 1szt. 21. Fartuch chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMS, rozm L - 1szt. 22. Fartuch chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMS, rozm XL - 1szt.	szt	100	958,00 zł	95 800,00 zł	8%	1 034,64 zł	103 464,00 zł	Molnlycke health Care/ 97112819
----	---	-----	-----	-----------	--------------	----	-------------	---------------	---------------------------------

	23. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona na całej powierzchni (opakowanie zestawu) - 1szt. Zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie. Oznaczenie słowne LAPAROSKOPIA umieszczone w ramce na boku opakowanie zestawu. Opakowanie zewnętrzne zestawu (karton) oznaczone kolorystycznie Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.								
11	Zestaw serwet uniwersalnych 1. Serweta górna o wym. 240x150cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej (wym. 55x20cm) i z organizatorami przewodów - 1szt. 2. Serweta dolna o wym. 175x175cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej (wym. 55x20cm) i z organizatorami przewodów - 1szt. 3. Serwety boczne o wym. 75x90cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej (wym. 35x20cm) - 2szt. 4. Serweta chirurgiczna 75x90cm - 1szt. 5. Taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt. 6. Ręcznik chłonny 18x25cm - 4szt. 7. Osłona na stół mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2. łączna gramatura osłony 83,4g/m2. - 1szt. 8. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, warstwa chłonna (75x190cm) - 1szt. Serwety w poz. 1, 2 oraz 3 wykonane z laminatu trójwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2/ W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: włóknina 50g/m2. łączna gramatura każdej z serwet min. 122,5g/m2. Odporność serwet na przepuszczani płynów min. 194cmH2O, odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min.186kPa. Opakowanie folia - folia. Sposób pakowania pół próżniowy. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt	6000	67,00 zł	402 000,00 zł	8%	72,36 zł	434 160,00 zł	Molnlycke health Care/ 699640

12	Zestaw uniwersalny, pediatryczny: 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną (szerokość taśmy 2,5 cm) - ekran anestezjologiczny - 240x148cm - 1szt. 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną (szerokość taśmy 2,5 cm) 75x73cm - 2szt. 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną (szerokość taśmy 2,5 cm) 175x173cm - 1szt. 4. taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt. 5. ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt. 6. osłona na stół MAYO 79x145cm - 1szt. 7. serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt. Serwety w poz.1, 2 oraz 3 wykonane z laminatu trójwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m ² / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m ² . Łączna gramatura każdej serwety min. 72,5g/m ² . Odporność serwet na przepuszczanie płynów min, 203cmH ₂ O, odporność na rozerwanie na sucho min. 91kPa, odporność na rozerwanie na mokro min. 74kPa. Osłona w poz. 5 wykonana z folii PE 60 mikronów, dodatkowe wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m ² . Łączna gramatura serwety min. 83g/m ² . Odporność na przepuszczanie płynów min. 150cmH ₂ O, odporność na rozerwanie na sucho min. 74kPa. Opakowanie folia - folia, sposób pakowanie pół próżniowy. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.		1000	62,00 zł	62 000,00 zł	8%	66,96 zł	66 960,00 zł	Molnlycke health Care/ 699010
----	--	--	------	----------	--------------	----	----------	--------------	-------------------------------

13	Zestaw do zabiegów ginekologicznych 1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 200/270x215 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym, posiada otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm - 1szt. 2. Serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operującego, za pomocą integrowanej taśmy samoprzylepnej - 1szt. 3. Ręczniki chłonne 18x25cm - 2szt. 4. Organizator przewodów (samoprzylepny) 9x18cm - 1szt. 5. Osłona na stół mayo 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm - 1szt. 6. Serweta na stół narzędziowy - owinięcie zestawu) - 150x190cm - 1szt. Serweta w poz. 1 wykona z laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa 23g/m2 / folia PE 40 mikronów). łączna gramatura serwety min. 60,5g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów pow. 100cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho min. 70kPa, odporność na rozerwanie na mokro min. 58kPa. Serweta na stół wykonana z laminatu (folia PE 55 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2). łączna gramatura serwety min. 74,5g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 140cmH2O, odporność serwety na rozerwanie na sucho min. 104kPa. Opakowanie folia - folia, sposób pakowanie pół próżniowy. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE.	szt	350	79,00 zł	27 650,00 zł	8%	85,32 zł	29 862,00 zł	Molnlycke health Care/ 888112
14	Trokar 11mm z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna, wzmocniona uszczelka. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2- stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara.	szt	50	155,00 zł	7 750,00 zł	8%	167,40 zł	8 370,00 zł	Molnlycke health Care/ 899310

				Razem Netto:	1 334 240,00 zł			Razem Brutto:	1 440 979,20 zł
--	--	--	--	---------------------	------------------------	--	--	----------------------	------------------------

Zestawy zabiegowe (pod względem włókniny) w pozycjach 1 -13 muszą spełniać wymagania dla obłożeń wg. poniższej tabeli, z uwzględnieniem wyższych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia:		Wymagania	
lp.	Opis	Jednostka	Pole krytyczne
1.	Odporność na przenikanie drobnoustrojów- na mokro	IB	6 ^b
2.	Czystość mikrobiologiczna\stopień skażenia mikrobiologicznego	CFU/100 cm2	≤300
3.	Uwalnianie cząstek	Log10	≤4,0
4.	Odporność na przenikanie cieczy	Cm H2O	≥ 100
5.	Wytrzymałość na wypychanie na sucho	kPa	≥40
6.	Wytrzymałość na rozciąganie na sucho	N	≥ 20