

**Formularz cenowo-techniczny Zadania nr 3**

- 1.** Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy testów do diagnostyki pęknięcia błon płodowych**, zwanych dalej wyrobami.
- 2.** Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
- 3.** Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - wyraźnie oznakowany rozmiar,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

**Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.**

- 4.** Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
- 5.** Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
- 6.** Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do **2\*** dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer .....\* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: **sales@lencomm.pl** .
- 7.** Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego.
- 8.** Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

**\*Wypełnia Wykonawca**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Szybki test paskowy do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, test immunochromatograficzny przeznaczony do diagnostyki in vitro w wymazach z pochwy, test identyfikujący 1 marker:</p> <p>a) białko wiążące czynnik wzrostu podobny do insuliny – IGFBP – 1 Odczyt wyniku po 10 min, maksymalnie do 15 min</p> <p>Zestaw = 1 opakowanie powinien zawierać:</p> <p>a) testy paskowe, jednorazowe 10 szt. b) jednorazowe, sterylne wymazówki dakronowe 10 szt. c) butelki z zakraplaczem z roztworem ekstrakcyjnym 10 szt. d) karty wyników niezbędne do wykonywania 10 oznaczeń</p> <p>czułość testu 80% - 100% Swoistość testu 93 % - 100%</p>	zestaw	96	350,00 zł	33 600,00	8%	36 288,00	378,00	Nal Von Minden, Amniotic Fluid Test, 431006N-10
				<b>Razem Netto:</b>	<b>33 600,00 zł</b>	<b>Razem Brutto:</b>	<b>36 288,00 zł</b>		