



Znak: AE/ZP-27-77/22

Tarnów, 2022-10-11

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o lepszym poziomie AQL, tj. 1,0, bezlateksowe, wykonane z polichlorku winylu, o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitylowych z przedłużonym mankietem w rozmiarach S, M, L, XL (bez XS)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 240mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający ma na myśli rękawice lateksowe?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane na całej powierzchni rękawicy?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, Pakietu Nr 3 poz. 1, Pakietu Nr 4 poz. 1-2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic zgodnych z EN ISO 374-1 – bez zapisu o wyłączeniu ppkt 5.3.2. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających długość min. 260 mm oraz zgodnych z EN ISO 374-1 – bez zapisu o wyłączeniu ppkt 5.3.2. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga przedłożenia dla Pakietu Nr 4 poz. 1-2 – 1 pary rękawic chirurgicznych (w dowolnym rozmiarze) czy 1 opakowania handlowego tj. 1 opakowanie zbiorcze zawierające 50 par (w dowolnym rozmiarze).
9. **Dotyczy pkt. 22.25 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Wnosimy o wykreślenie zapisu 22.25 projektowanych postanowień umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1, Pakietu Nr 2 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wycenę do 4 miejsc po przecinku, pozwoli to na złożenie konkurencyjnych cen.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu oczekuje, aby strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 -4.** Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i dopuszczenie rękawic na których rodzaj rękawic (rękawica chirurgiczna) opisany jest w języku angielskim.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.**

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** rękawic w rozmiarach : S, M, L, XL, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.**



Ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** rękawic lateksowych, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** rękawic mikroteksturowanych na całej powierzchni rękawicy, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakietach: Nr 2 poz. 1, Nr 3 poz. 1, Nr 4 poz. 1-2** rękawic zgodnych z normą EN ISO 374-1 – bez zapisu o wyłączeniu ppkt 5.3.2, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** rękawic posiadających długość min. 260 mm oraz zgodnych z EN ISO 374-1 – bez zapisu o wyłączeniu ppkt 5.3.2, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 8 Zgodnie z pkt 11.6.4 SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia po 1 opakowaniu handlowym (w dowolnym rozmiarze) próbek rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 4 poz. 1-2**. Złożone przez Wykonawcę próbki winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniami przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów **pkt 22 SWZ**.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w **Pakiecie Nr 1 poz. 1, Pakiecie Nr 2 poz. 1** do czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 1 do SWZ w Formularz Cenowym należy podać cenę jednostkową opakowania.

Ad 11 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** rękawic spełniających wymagania SWZ.

Ad 12-13 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** rękawic spełniających wymagania SWZ.

Ad 14 Zamawiający podtrzymuje wymaganie dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1-4** dotyczące „Co najmniej na opakowaniu handlowym czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE oraz spełnianych norm?”.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

