

CERTYFIKAT WE

Certyfikat Badania Typu WE

Dyrektywa 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych (MDD), Załącznik II (4)

(Wyroby klasy III)

Nr G7 025701 0091 Zmiana 00

Wytwórca: **B. Braun Surgical S.A.**

Ctra. de Terrassa 121
08191 Rubi (Barcelona)
Hiszpania

Produkt: **Materiały Szewne**

Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD Product Service GmbH oświadcza, iż badanie projektu ww. wyrobów przeprowadzono zgodnie z Załącznikiem II (4) Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (MDD). Projekt ww. wyrobów spełnia postanowienia określone w niniejszej Dyrektywie. Do celów sprzedaży ww. produktów niezbędny jest dodatkowy certyfikat według Załącznika II. Patrz również uwagi na odwrocie strony.

Raport nr: 713143988

Ważny od: 2019-05-31

Ważny do: 2024-05-26

Data, 2019-05-31

/-/ [podpis nieczytelny]

Stefan Preiss

Dyrektor ds. Certyfikacji / Jednostka Notyfikowana

Strona 1 z 2

TÜV SÜD Product Service GmbH jest jednostką notyfikowaną posiadającą numer identyfikacyjny 0123.

CERTYFIKAT WE

Certyfikat Badania Typu WE

Dyrektywa 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych (MDD), Załącznik II (4)

(Wyroby klasy III)

Nr G7 025701 0091 Zmiana 00

Miejsce(a) wytwarzania:

B. Braun Surgical S.A.

Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona)

HISZPANIA

Model(e):

Novosyn

Parametry:

90/10 Kopolimer (glikolan z L-mleczanem), powlekany,
Wchłaniany, bezbarwny i fioletowy, z i bez pętli

Rozmiar USP

Rozmiar EP

Długość

8/0 do 2

0.4 do 5

maks. 250 cm