

Załącznik nr 16 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.15.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 15


A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8=9/4	Wartość brutto 9=6+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Mikroskop operacyjny okulistyczny	szt.	1	155 555,00	155 555,00	8	167 999,40	167 999,40
Razem cena oferty					155 555,00	-	-	167 999,40

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiący.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

<u>Mikroskop operacyjny okulistyczny - 1 szt.</u>		Typ Mikroskop okulistyczny
		Model OPMI Lumera 300
		Producent Carl Zeiss Meditec AG
		Kraj pochodzenia Niemcy
1.	Rok produkcji	2023
2.	Certyfikat CE	
3.	Statyw jezdny z 4 kołami skrętnymi, każde wyposażone w oddzielny hamulec.	
4.	Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie.	
5.	Oświetlenie LED o temperaturze barwowej ok. 4 500 K. Czas pracy minimum 30 000 godzin.	
6.	Źródło światła LED w głowicy mikroskopu.	
7.	Filtr imitujący temperaturę barwową światła halogenowego dla pola operacyjnego	
8.	Filtr chroniący oko pacjenta przed zbędną ekspozycją na promieniowanie (światło niebieskie).	
9.	Układ XY z centrowaniem działający w zakresie min. 60 x 60 mm	
10.	Przewodowy pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY, zoom	
11.	Apochromatyczna optyka układu optycznego (zoom + obiektyw + okulary)	
12.	Elektromotoryczny 5-stopniowy apochromatyczny regulator powiększenia, współczynniki powiększenia: 0,4 / 0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5	
13.	Elektromotoryczna płynna regulacja ostrości (fokus) zakres min. 48 mm	
14.	Ogniskowa obiektywu - 200 mm	



15.	Zasięg Ramienia podwieszania i ramienia nośnego nie mniej niż 1100 mm.
16.	Możliwość regulacji kąta oświetlenia w zakresie od 2° do 6° w celu uzyskania odpowiedniego czerwonego refleksu.
17.	Wskaźnik natężenia światła LED
18.	Nasadka okularowa operatora uchylna w zakresie min. 180 stopni wraz z okularami o powiększeniu 10 x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D
19.	Niezależny od operatora (ogniskowanie, manualny 3 – stopniowy zmieniacz powiększeń) mikroskop asystencki z nasadką okularową min. 45 stopni wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D
20.	Uchwyt boczny mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą
21.	Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym
22.	Gumowe nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości min. 3 komplety
	Informacje dodatkowe
23.	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
24.	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu
25.	Okres gwarancji min. 24 miesiące
26.	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
27.	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaze Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
28.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji
29.	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Częstotliwość przeglądów 1 / 12 miesięcy

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.....
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy