

WSKAŹNIK KONTROLI PROCESU MYCIA MYJNIE DEZYNFEKTORY I MYJNIE ULTRADŹWIĘKOWE

- **OPIS:**
Wskaźnik do rutynowej kontroli procesów mycia w myjniach dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych, które działają z częstotliwościami równymi lub większymi niż 35 kHz, w temperaturach od 30 °C do 70 °C.
- **NORMA:**
Spełnia wymagania ISO/TS 15883-5:2005.
- **UCHYT DO WSKAŹNIKA MYCIA, TR.CDWAH:**
Uchwyt ze stali nierdzewnej mocowany do tacy. Konstrukcja uchwytu utrudnia dostęp detergentu do umieszczonego wskaźnika.
Uchwyt może być również stosowany ze wskaźnikami dezynfekcji termicznej TR.IT27W.
- **WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:**
Sprawdza skuteczność mycia poprzez usunięcie całego zabrudzenia testowego.

Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temp. 10 – 30 °C, wilgotność względna 30 – 80 %. Trzymać z dala od światła. Nie dotykać atramentu wskaźnika.
Okres przydatności do użycia na opakowaniu.



nr kat. **TR.CDWA4**
opak. 200 szt.



nr kat. **TR.CDWAH**