

TEST BOWIE & DICK

Kontrolny pakiet testowy Bowie & Dick

[Nr. Kat.: BD200]



- Test symulacyjny typu 2 do codziennej kontroli poprawności działania sterylizatorów parowych
- Jednorazowy, gotowy do użycia pakiet testowy o wysokiej czułości
- Kontroluje penetrację pary, usuwanie powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary
- Wskaźnik chemiczny umieszczony na laminowanym arkuszu testowym pomiędzy barierą (arkuszami specjalnego papieru), które tworzą krytyczne warunki procesu sterylizacji (symulacja porowatego / rurowego załadunku)
- Jednoznaczny odczyt – trwała, kontrastowa zmiana barwy substancji wskaźnikowej przy spełnieniu krytycznych warunków procesu – 134°C, 3,5 min.
- Przeznaczone do stosowania w dużych medycznych sterylizatorach parowych z frakcjonowaną próżnią wstępną
- Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji dotyczących procesu, możliwość wyjęcia i otwarcia bezpośrednio po zakończeniu procesu
- Arkusz testowy o wymiarach 125 x 125 mm
- Na wierzchniej powierzchni pakietu nadrukowany wskaźnik klasy I
- Substancja wskaźnikowa nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich
- Nietoksyczne, bezpieczne w użyciu i dla środowiska
- Zgodne z normą ISO 11140-4
- Opakowanie 100 szt.

Producent:

Sterimed sp. z o.o.
ul. Mała 6 lok. 208
05-300 Mińsk Mazowiecki

Sterimed Sp. z o.o. ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 7010340385 Regon 146099070
e-mail: biuro@sterimed.com.pl www.sterimed.pl
tel.: 504 494 658 fax.: 22 3506952

