



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl


Znak: SZP<sup>430</sup>/12/2020

Chrzanów, <sup>17</sup>12.2020 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na dostawę staplerów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 129/2020.**

- 1. Pakiet 3.** Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiar staplera od 21mm 25 mm 29mm 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgowa, gumową powłoką?  
**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
- 2. Dotyczy pakietu nr 4:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sprzętu medycznego bez konieczności spełnienia wymogu depozytu/komisu wymaganego dla pakietu nr 4? Zwracamy się z takim wnioskiem ze względu na to, że oferowane materiały są materiałami zbywalnymi, używanymi na bloku operacyjnym podczas codziennej operatywy. Dodatkowo są to materiały stosowane do różnego rodzaju procedur bez potrzeby dedykowania bezpośrednio produktu do pacjenta. Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie.  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 3. Pakiet 1 Poz. 1, 4** Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 i 4 dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy z jedną dźwignią zamykająco-spustową, pozostałe parametry wg SIWZ?  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 4. Pakiet 1 Poz. 3** Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 3 dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 90 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm)? Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową.  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 5. Pakiet 1 Poz. 5** Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 5 dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki normalnej wysokość otwartej zszywki 3,5 mm? Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową.  
**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 6. Pakiet 3 Poz. 1** Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki? Rozmiar staplera od 21 mm do 32 mm. Wysokość otwartej



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

zszywki dla rozmiaru 21 i 24 - 4,5 mm, dla rozmiaru 26 i 29 - 4,8 mm, dla rozmiaru 32 - 5,0 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową, gumową powłoką. Każdorazowo zamawiający określi rozmiar staplera.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 pozycja 1** dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, wys. zamkniętej zszywki 1,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wys. zamkniętej zszywki 2,0 mm)? Stapler posiada dwie dźwignie: zamykającą i spustową. Zamawiający aktualnie jest użytkownikiem tych staplerów.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 pozycja 2** dopuści ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, wys. zamkniętej zszywki 1,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wys. zamkniętej zszywki 2,0 mm)? Zamawiający aktualnie jest użytkownikiem tych ładunków.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 pozycja 3** dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, wys. zamkniętej zszywki 1,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wys. zamkniętej zszywki 2,0 mm)? Stapler posiada dwie dźwignie: zamykającą i spustową. Zamawiający aktualnie jest użytkownikiem tych staplerów.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**





10. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 pozycja 4** dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 32 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, wys. zamkniętej zszywki 1,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, wys. zamkniętej zszywki 2,0 mm)? Stapler posiada dwie dźwignie: zamykającą i spustową. Zamawiający aktualnie jest użytkownikiem tych staplerów.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

11. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 pozycja 5** dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 32 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm, wys. zamkniętej zszywki 1,0 mm)? Stapler posiada dwie dźwignie: zamykającą i spustową. Zamawiający aktualnie jest użytkownikiem staplerów liniowych tego producenta.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

12. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 pozycja 1** dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki od 1 mm do 2 mm. Rozmiar staplera 21,25, 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,5 mm, dla pozostałych rozmiarów 5,0 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77


[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

antypoślizgową powłoką. Dodatkowo wszystkie staplery dostępne w wersji długiej, a staplery w rozmiarze 28 i 32 dostępne również w wersji krótkiej prostej. Każdorazowo zamawiający określi rodzaj i rozmiar staplera.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Z poważaniem**

  
DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie  
mgr Artur Baranowski

Sporządziła:

LEKARZY SPECJALISTA  
Us. Zastępstwa Publicznych  
mgr Aneta Pawłowska

