

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet NR 22 Obłożenia chirurgiczne

Lp.	Nazwa/opis parametrów	Ilość sztuk	Nazwa handlowa, Producent, Nr katalogowy*	Cena jednostk. netto	Łączna wartość netto	Stawka VAT	Łączna wartość brutto
1	<p>Sterylny zestaw serwet uniwersalnych, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta 150x240 cm z taśmą lepną – szt. 1, b/ serweta boczna 75x90cm z taśmą lepną –szt. 2, c/ serweta dolna 170x180 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm – szt. 1, f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 190 cm, służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1</p> <p>Wymagane min. parametry:  a, b, c,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m<sup>2</sup> e,/nie dotyczy*</p>	700	Zestaw podstawowy/ Lohmann & Rauscher/ 33330	33,00	23100,00	8%	24948,00

2	<p>Sterylny zestaw serwet uniwersalnych z wycięciem U, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>. Minimalny skład i wymiary:</p> <p>a/ serweta na stolik instrumentariuszki 150 X 190 – szt. 1, b/ serweta dolna o wymiarach 260 X 225 cm z wycięciem w kształcie litery U 7 X 63 cm otoczonym taśmą lepłą i padem chłonnym. Wycięcie U na węższym boku serwety– szt 1 c/ taśma samoprzylepna 9 X 50 cm - szt. 1, d/ serweta na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ ręczniki celulozowe 40 X 20 cm – szt. 2, f/ serweta operacyjna samoprzylepna 150 x240cm – szt. 1g/ serweta z taśmą lepłą 90 X 75 – 1 szt</p> <p>Wymagane min. parametry: b, f,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze- warstwowe 10X10CM, przewiąz</p>	72	Zestaw uniwersalny z serwetą U/ Lohmann & Rauscher/ 33310	46,00	3312,00	8%	3576,96
---	---	----	---	-------	---------	----	---------

3	<p>Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m<sup>2</sup>. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta główna o wymiarach 240 x 320 cm, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 6-7 cm, oraz kieszeń na płyny z zaworkiem – szt. 1, b/ osłona na kończynę 37 x 75 cm – szt. 1, c/ włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 50 cm – szt. 2, d/ pokrowiec na stół Mayo 80 x 145 cm – szt. 1, e/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 150 x 190 cm, służąca jako przykrycie stołka instrumentalnego – szt. 1.</p> <p>Wymagane min. parametry:  a, e/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>,  b/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>,  d/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m<sup>2</sup>,  c/ nie dotyczy*</p>	45	Zestaw do artroskopii kolana / Lohmann & Rauscher/ 33348	48,50	2182,50	8%	2357,10
---	--	----	--	-------	---------	----	---------

Pakiet\_22

4	<p>Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego, wykonany z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>. Minimalny skład i wymiary:</p> <p>a/ serweta główna o wymiarach 240 x 260 cm, z wycięciem w kształcie litery U, 20 x 100 cm otoczonym taśmą samoprzylepną – szt. 1,  b/ serweta 150 x 240 cm z taśmą lepną – szt. 1,  c/ pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm – szt. 1, d/ osłona na kończynę 37 x 100 cm – szt. 1,  e/ włókninowe taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm -szt. 3, f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140 x 180 cm – szt. 1.</p> <p>Wymagane min. parametry: a, b/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, d/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>, c/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m<sup>2</sup>,  e/ nie dotyczy*</p>	40	Zestaw do chirurgii stawu biodrowego/ Lohmann & Rauscher/ 33388	60,00	2400,00	8%	2592,00
5	<p>Sterylna osłona na kończynę, 35 x 100cm wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g.m<sup>2</sup>, dodatkowo wyposażona w dwie taśmy lepne</p> <p>Wymagane min. parametry: min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>.*</p>	70	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 33107	4,60	322,00	8%	347,76
6	<p>Sterylna osłona na kończynę, 75 x 120 cm wykonana z min. Trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g / m<sup>2</sup>. pakowana po dwie sztuki.*</p>	500	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 33105	4,50	2250,00	8%	2430,00
7	<p>Sterylna serweta na kończynę wykonana z min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g.m<sup>2</sup>, o minimalnych wymiarach 225 X 320 cm wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 4-7 cm</p>	70	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 33083	20,00	1400,00	8%	1512,00

Pakiet\_22

8	Taśma samoprzylepna sterylna do mocowania serwet i drenów, rozmiar 9 X 50 cm	100	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 160116	3,04	304,00	8%	328,32
9	Sterylny, foliowy pokrowiec na przewody, składany teleskopowo lub rewersowo z taśmami do mocowania na każdym końcu, rozmiar 13-14 x 200-250cm. Wymagane min. parametry: folia PE	600	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 138966	4,50	2700,00	8%	2916,00
10	Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm wykonany z folii PE, warstwa chłonna z min dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m <sup>2</sup> *	400	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 33093	6,50	2600,00	8%	2808,00
11	Serwetki do osuszania rąk po myciu chirurgicznym, sterylne, chłonne o rozmiarze 30x40cm wykonane z celulozy o gr. 55g/m <sup>2</sup> . Opakowanie a'2 szt. papierowo-foliowe.*	200	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 33108	1,20	240,00	8%	259,20
Razem					40.810,50		44.075,34

\*oferta zgodna z udzielonymi odpowiedziami

**Wymagania:** pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

\* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze

**Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

SP ZOZ/DZ/173/2023

\*Załącznik nr 1.1 do SWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet NR 34 Zestawy obłożeń

Lp.	Nazwa/opis parametrów	Ilość sztuk	Nazwa handlowa, Producent, Nr katalogowy*	Cena jednostk. netto	Łączna wartość netto	Stawka VAT	Łączna wartość brutto
1	<p>Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m<sup>2</sup></p> <p>Minimalny skład i wymiary:</p> <p>1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt</p> <p>2) serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów, okno 9 x 12 cm, o wymiarach 290 x 250 cm 1 szt</p> <p>3) serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki 75 x90 cm 1 szt</p> <p>4) taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 szt</p> <p>5) ręczniki celulozowy 33 x 33 cm 1 szt*</p>	160	Zestaw ginekologiczny/ Lohmann & Rauscher/ 33365	36,65	5864,00	8%	6333,12
2	<p>Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylne, wykonany z min dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m<sup>2</sup></p> <p>Minimalny skład i wymiary:</p> <p>1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 szt</p> <p>2) obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm 1 szt</p> <p>3) serweta do cięcia cesarskiego cesarskiego z torbą na płyny, okno 20 x14 cm, o wymiarach 315 x 250cm 1 szt</p> <p>4) serweta dla noworodka 90 x100 1 szt</p> <p>5) taśma samoprzylepna 10 50 cm 1 szt</p> <p>6) ręczniki celulozowe 33 x 33 2 szt*</p>	250	Zestaw do cięcia cesarskiego/ Lohmann & Rauscher/ 33361	47,00	11750,00	8%	12690,00
Razem					17.614,00		19.023,12

\*oferta zgodna z udzielonymi odpowiedziami

**Wymagania:** Pozycja 1, 2 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

\* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze

**Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet NR 35 Zestawy obłożen

Lp.	Nazwa/opis parametrów	Ilość sztuk	Nazwa handlowa, Producent,	Cena jednostk. netto	Łączna wartość netto	Stawka VAT	Łączna wartość brutto
1	<p>Zestaw do przepukliny. Zestaw sterylny zawierający: 1. Zestaw serwet uniwersalnych- 1 szt, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta 150x240 cm z taśmą lepną – szt. 1, b/ serweta boczna 75x90cm z taśmą lepną –szt. 2, c/ serweta dolna 170x180 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm – szt. 1, f/ serweta o wymiarach 150 x 190 cm, służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1 Wymagane min. parametry:</p> <p>a, b, c./ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d./ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2 e./nie dotyczy. 2. Ostrze nr 20 z uchwytem szt 1. 3. Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10CM, z nitką z kontrastem RTG, przewiązane po 10 sztuk – 20 sztuk 4. Tupfery kula 15 x 1-warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk – 20 sztuk</p> <p>4. Opaska elastyczna 15 cm x 500cm -sztuk 2</p> <p>5. Tupfery kula 30 x 30 cm – 6 sztuk</p> <p>6.podkład podgipsowy 10cm x 300cm 1 szt</p> <p>7. Foliowa osłona przewodów 13 cm x 250 cm 1 szt</p> <p>8. miska do mycia pola operacyjnego</p>	170	Zestaw do przepukliny/ Lohmann & Rauscher/ 293418	88,75	15087,50	8%	16294,50

Pakiet\_35

2	<p>Zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych. Zestaw sterylny zawierający: 1. Zestaw serwet uniwersalnych z wycięciem U -1 sztuka, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta na stolik instrumentariuszki 150 X 190 – szt. 1, b/ serweta dolna o wymiarach 260 X 225 cm z wycięciem w kształcie litery U 7 X 63 cm otoczonym taśmą lepną i padem chłonnym. Wycięcie U na węższym boku serwety – szt 1 c/ taśma samoprzylepna 9 X 50 cm - szt. 1, d/ serweta na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ ręczniki celulozowe 40 X 20 cm – szt. 2, f/ serweta operacyjna samoprzylepna 150 x240cm – szt. 1g/ serweta z taśmą lepną 90 X 75 – 1 szt . Wymagane min. parametry: b, f,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2 2. Ostrze z uchwytem nr 10 -1szt, nr 11 -1szt. 3. Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10-warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk – 20 sztuk 4. Opaska elastyczna 15 cm x 500cm -sztuk 2 5. Tupfery kula 30 x 30 cm – 6 sztuk 6.podkład podgipsowy 10cm x 300cm 1 szt 7. Foliowa osłona przewodów 13 cm x 250 cm 1 szt 8. miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka 9. Dren Redona CH-12 1 sztuka 10. Buteka do Redona 150 ml – 1 sztuka 11. Marker 1 szt.*sztuka. 8. miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka. 9. Czyścik – 1 sztuka. 1</p>	110	<p>Zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych/ Lohmann &amp; Rauscher/ 293419</p>	132,78	14605,80	8%	15774,26
---	---	-----	---	--------	----------	----	----------

3	<p>Zestaw do artroskopii kolana. Zestaw sterylny zawierający</p> <p>1. Zestaw serwet do operacji stawu kolanowego – 1 sztuka, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta główna o wymiarach 240 x 320 cm, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 6-7 cm, oraz kieszeń na płyn z zaworkiem – szt. 1, b/ osłona na kończynę 37 x 75 cm – szt. 1, c/ włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 50 cm – szt. 2, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm – szt. 1, e/serweta o wymiarach 150 x 190 cm, służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1.</p> <p>Wymagane min. parametry:</p> <p>a, e/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2,</p> <p>b/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 55 g/m2,</p> <p>d/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2,</p> <p>c/ nie dotyczy</p> <p>2. Ostrze nr 11 z uchwytem szt 2</p> <p>3. Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk – 20 sztuk</p> <p>4. Opaska elastyczna 15 cm x 500cm -sztuk 2</p> <p>5. Tupfery kula 30 x 30 cm – 6 sztuk</p> <p>6.podkład podgipsowy 10cm x 300cm 1 szt</p> <p>7. Foliowa osłona przewodów 13 cm x 250 cm 1 szt</p> <p>8. miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka</p> <p>9. Dren Redona CH-12 1 sztuka</p> <p>10. Buteka do Redona 150 ml – 1 sztuka</p> <p>11. Marker 1 szt.*</p>	120	Zestaw do artroskopii kolana/ Lohmann & Rauscher/ 293420	124,56	14947,20	8%	16142,98
---	---	-----	--	--------	----------	----	----------

4	<p>Zestaw do laparatomii. Zestaw sterylny zawierający: 1. Zestaw serwet uniwersalnych- 1 szt, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary:  a/ serweta 150x240 cm z taśmą lepna – szt. 1, b/ serweta boczna 75x90cm z taśmą lepna –szt. 2, c/ serweta dolna 170x180 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm – szt. 1, f/ serweta o wymiarach 150 x 190 cm, służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1  Wymagane min. parametry: a, b, c/  serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2 e,/nie dotyczy. 2. Ostrze z uchwytem nr 20-szt 1, nr 11- -warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk – 20 sztuk  4. Opaska elastyczna 15 cm x 500cm -sztuk 2  5. Tupfery kula 30 x 30 cm – 6 sztuk  6.podkład podgipsowy 10cm x 300cm 1 szt  7. Foliowa osłona przewodów 13 cm x 250 cm 1 szt  8. miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka  9. Dren Redona CH-12 1 sztuka  10. Buteka do Redona 150 ml – 1 sztuka  11. Marker 1 szt.*sztuka. 8. miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka. 9. Czyścik – 1 sztuka. 10..Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-warstwowa, z nitką z kontrastem RTG, 45x 70 cm -3 sztukl. 11. Dren z medycznego PCV do jamy otrzewnej CH 26, długość minimum 50 cm, minimum 5 otworów bocznych – 1 sztuka. 12.Worek do zbiórki moczu 2000ml -1 sztuka. 13. Kubek na NaCl z uchwytem 500ml -1 sztuka. 14. Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką do odsysania z pojedynczym zagięciem, z otworem regulacyjnym CH 20, długość 155 cm – 1 sztuka*</p>	60	Zestaw do laparoskopii/ Lohmann & Rauscher/ 293421	215,79	12947,40	8%	13983,19
---	---	----	--	--------	----------	----	----------

5	<p>Zestaw do DSB. Zestaw sterylny zawierający: 1. Zestaw serwet uniwersalnych- 1 szt, wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2. Minimalny skład i wymiary: a/ serweta 150x240 cm z taśmą lepłą – szt. 1, b/ serweta boczna 75x90cm z taśmą lepłą –szt. 2, c/ serweta dolna 170x180 cm z taśmą lepna - szt. 1, d/ pokrowiec na stolik Mayo 80x145 cm – szt. 1, e/ włókninowa taśma samoprzylepna 9x50 cm – szt. 1, f/ serweta o wymiarach 150 x 190 cm, służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1</p> <p>Wymagane min. parametry: a, b, c,/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 55 g/m2 d,/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 55 g/m2 e,/nie dotyczy. 2. Serweta z taśmą lepłą wykonana z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze minimum 56g/m2 150 x 240 cm – 2 sztuki. 3. osłona na kończyne 75 x 120 cm wykonana z minimum 3-warstwowej włókniny typu SMS o gramaturze-warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 sztuk – 20 sztuk</p> <p>4. Opaska elastyczna 15 cm x 500cm -sztuk 2  5. Tufery kula 30 x 30 cm – 6 sztuk  6.podkład podgipsowy 10cm x 300cm 1 szt  7. Foliowa osłona przewodów 13 cm x 250 cm 1 szt  8. miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka  9. Dren Redona CH-12 1 sztuka  10. Buteka do Redona 150 ml – 1 sztuka  11. Marker 1 szt.* cm -1 sztuka, 8 x 10 cm -1 sztuka. 9. Pojemnik na igły – 1 sztuka.  10. miska do mycia pola operacyjnego 500 ml -1 sztuka. 11. Kubek z uchwytem na NaCl 500ml 1 sztuka. 12. Dren Redona Ch 16 -1 sztuka. 13. Butelka do Redona 150 ml -1 sztuka. 14. Strzykawka 20ml -1 sztuka*</p>	70	Zestaw do DSB/ Lohmann & Rauscher/ 293422	200,29	14020,30	8%	15141,92
Razem				71.608,20		77.336,86	

\*oferta zgodna z udzielonymi odpowiedziami

**Wymagania:** pozycja 1, 2, 3, 4, 5 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji.

\* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze

**Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**