

**Formularz cenowo- techniczny zadania nr 15**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **igieł do trepanobiopsji szpiku**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane :
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ...1.\* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ...228702776...\* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ...zamowienia@billmed.pl.\*
7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

**\*Wypełnia Wykonawca**

| Lp.            | Przedmiot zamówienia   | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto       | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto       | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy |
|----------------|--|-------------|-------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--|
| 1              | 2  | 3           | 4     | 5                      | 6=4x5               | 7            | 8=9/4                   | 9= 6+7               | 10   |
| 1              | <p><b>Igła do trepanobiopsji szpiku, sterylna jedнокrotnego użytku:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozmiar 8 G x 4", 11 G</li> <li>- ostra końcówka z ostrzem typu podwójny diament krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji,</li> <li>- z profilowaną do dłoni rączką, z zamknięciem typu twist-lock,</li> <li>-koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu,</li> <li>- osłonka zabezpieczająca ostrze igły,</li> <li>- możliwość podłączenia strzykawki z końcówką „Luer”</li> <li>- kaniula ekstrakcyjna ułatwiająca pobieranie kostki, kształt widelczykowaty,</li> <li>- oznakowany próbnik wskazujący długość próbki gotowej do ekstrakcji,</li> <li>- mandryn może wystawać poza długość igły max 4 mm</li> <li>- igła do trepanobiopsji o dł. 100 mm i 150 mm z mandrynem ostrzowym w 3 płaszczyznach spełniająca pozostałe warunki</li> </ul> | Szt         | 860   | 115,00                 | 98 900,00 zł        | 8%           | 124,20 zł               | 106 812,00 zł        | <b>Argon /Traplok /DBMNJ0804TL</b>   |
| <b>RAZEM :</b> |  |             |       |                        | <b>98 900,00 zł</b> |              |                         | <b>106 812,00 zł</b> |  |