

1. ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKЦИИ NARZĘDZI, SPRZĘTU ANESTEZIOLOGICZNEGO I ENDOSKOPÓW.

Lp.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	WYMAGANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	SZACUNKOWA ILOŚĆ/ 12 M-CY	J.M.	PROPONOWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA (WYPEŁNIA WYKONAWCA)	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO OPAKOWANIA	CENA BRUTTO OPAKOWANIA	STAWKA VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA
1	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. W proszku lub płynie, na bazie kompleksu enzymatycznego zawierającego proteazę, amylazę, lipazę oraz nadwęglanu sodu. Wykazujący bardzo dobre właściwości myjące. Działający w stężeniu maksymalnie 2%. Przebadany zgodnie z EN. Skuteczny w pełnym spektrum wobec B,TBC, V,F w czasie maksymalnie 15 minut. Wyrób medyczny Kl. IIB. W ramach pakietu zamawiający zobowiązuje oferenta do zapewnienia i zamontowania na czas dostarczania środka w ramach umowy dwóch systemów dozujących do przygotowywania roztworu użytkowego z oferowanego środka	op max 2,5kg	36 l	op	2,5 1 kg	45 36	55,00	59,40	8	1 980,00	2 138,40	Viruton pulver
2	Płynny preparat myjąco-dezynfekujący z przeznaczeniem do zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych, na bazie enzymów: ; możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum: B, F Tbc, S, V(polio, adeno, noro) w czasie max 15 min. Wyrób medyczny.W ramach pakietu zamawiający zobowiązuje oferenta do zapewnienia i zamontowania na czas dostarczania środka w ramach umowy dwóch systemów dozujących do przygotowywania roztworu użytkowego z oferowanego środka	op max 2000 ml	160 l	op	1L	160	65,00	70,20	8	10 400,00	11 232,00	Aniosyme XL 3
3	Płynny preparat myjąco-dezynfekujący z przeznaczeniem do zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych, na bazie enzymów: ; możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum: B, F Tbc, S, V(polio, adeno, noro) w czasie max 15 min. Wyrób medyczny.W ramach pakietu zamawiający zobowiązuje oferenta do zapewnienia i zamontowania na czas dostarczania środka w ramach umowy dwóch systemów dozujących do przygotowywania roztworu użytkowego z oferowanego środka	op max 5000 ml	350 l	op	5L	70	284,00	306,72	8	19 880,00	21 470,40	Aniosyme XL 3
4	Preparat w pianie gotowy do użycia, przeznaczony do mycia zanieczyszczonych narzędzi medycznych, w tym endoskopów. Zawierający w swoim składzie minimum 3 enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, celulaza, dekstranaza). Zabezpieczający narzędzia przed zasychaniem resztek organicznych, wykazujący efekt mycia już od 1 minuty. Nie powodujący korozji, bezpieczny dla narzędzi, redukujący biofilm. Wyrób medyczny kl. I.	op max 1000 ml	40 l	op	1L	40	19,00	20,52	8	760,00	820,80	Viruton Pre
5	Preparat do dezynfekcji endoskopów oraz sprzętu nieodpornego termicznie., spektrum działania: B, TBC,V, F, S działający na spory (dezynfekcja wysokiego stopnia) , Preparat przeznaczony do dezynfekcji ręcznej i w myjkach automatycznych, Zamawiający wymaga pasków kontrolnych do preparatów które zachowują przydatność powyżej 24 h	op max 5000 ml	240 l aktywność preparatu 28-30 dni	op	5L	48	59,00	63,72	8	2 832,00	3 058,56	Steranios 2%
		paski	15 op.	op	100 sztuk	15	72,00	77,76	8	1 080,00	1 166,40	Paski Steranios 2%

6	Preparat do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym kompatybilny z myjnią endoskopową CHOYANG CYW – 100 . Spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie maksimum 5 min. Preparat na bazie kwasu nadooctowego i diazaadamantyny bez zawartości kwasu octowego, ph: 7,5-8,5. Aktywność preparatu minimum. 15 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych- Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnej ilości pasków testujących do zaproponowanej ilości preparatu .	op max 5000 ml	600 l	op	5L	120	89,00	96,12	8	10 680,00	11 534,40	Anioxyde 1000LD
		paski	34 op.	op	50 sztuk	34	66,00	71,28	8	2 244,00	2 423,52	Paski Anioxyde 1000LD
RAZEM									49 856,00 zł	53 844,48 zł		

Pozycja 2,3 - zgodnie z odp. 56 z dnia 17.08.23

Pozycja 4 - zgodnie z odp. 21 z dnia 17.08.23

Pozycja 5 - zgodnie z odp. 58 z dnia 17.08.23

Pozycja 6 - zgodnie z odp. 59, 60 z dnia 17.08.23