

Łódź, dn. 04.10.2021 r.

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wirówek dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” – ZP/67/2021.

Odpowiedzi na pytania

Działając w oparciu o art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1 – Pakiet III:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.09.2021 proszę o uszczegółowienie jakich usług wymaga Zamawiający pod pojęciem "kalibracja". Czy kalibracja urządzenia wykonana przez producenta w ramach procesu produkcji będzie wystarczająca?

Odpowiedź 1:

Tak, kalibracja urządzenia, opisanego w Pakiecie III, wykonana przez producenta w ramach produkcji będzie kalibracją wystarczającą.

Wszelkie zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi, jako obligatoryjne muszą być podstawą do przygotowania oferty przez Wykonawców.

Termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert **pozostają bez zmian.**