

10-obłożenia pola operacyjnego-dłoi stopa II								
lp	ASORTYMENT	jm	II	Proponowany produkt, producent, nr katalogowy	Cena Jedn netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do operacji dloi/stopa 1-min.sklad: -1 serweta (min.140 x 180 cm) na stol instrumentarium ze wzmacnieniem (min.70 x80cm) -1 serweta na stolik Mayo (min.140 x 75 cm) ze wzmacnieniem (min.50 x70cm) -1 serweta do zabiegow chirurgicznych dloi/stopy (min.300 x200)ze wzmacnieniem (min.120 x 120cm) -2 rączniki celulozowe (min.30 x 30 cm) Wymagany zestaw o min.gramaturze serwety stanowiącej obloženie pola 50g/m2	szt	600	Obloženie do zabiegow na kończynie 1/Medline International France SAS/ES10410 CE	42,00 zł	25 200,00 zł	8%	27 216,00 zł
	SUMA					25 200,00 zł		27 216,00 zł

Specyfikacja zawiera minimalny wymagany sklad pod wzgledem ilosci i wymiarow.Oferent moze zaoferowac wiecej elementow i wiksze wymiary ale nie mniej i nie mniejsze,chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode.

Wymagania:

1. Oferent jest zobowiazany do dostarczenia probek w ilosci 1 szt. produktu jalowego z kazdej pozycji. Niezgodnosć probek ze specyfikacja skutkuje odrzuceniem oferty. Probka nie podlega zwrotowi i moze zostac zuzyta w czasie zabiegu.
- 2.Produkty musza spelniac bezwzględnie wymogi normy EN 13795-1,2,3
- 3.Oferujac zestawy dwuwarstwowe serweta stanowiąca obloženie pola musi skladać się z dwóch warstw (folia polietylenowa i włókniina polipropylenowa lub włókniina wiskozowa).
- 4.Oferujac zestawy trójwarstwowe serweta stanowiąca obloženie pola musi skladać się z trzech warstw (folia polietylenowa, włókniina polipropylenowa,włókniina wiskozowa lub polipropylenowa).
- 5.Zestaw musi być zapakowany w papier krepowy lub opakowanie typu TYVEC (lub serwetę przeznaczoną na stol narzędziowy)i opakowanie foliowo-papierowe.
- 6.Opakowanie jednostkowe musi posiadac informacje w języku polskim odnośnie nazwy wyrobu,skladu i rozmiarow poszczególnych elementow,dat ważności ,numeru serii,kodu katalogowego.
- 7.Opakowanie jednostkowe musi posiadac etykietę oraz min.1 naklejkę która można wkleić do dokumentacji , zawierajaca: indeks wyrobu , lot , datę ważności oraz identyfikację producenta .
8. Serwety musza być oznaczone piktogramami kierunku.
- 9.Karta danych techn.potwierdzajaca spełnienie parametrów normy wystawioną przez producenta.

Oferta zostanie poddana ocenie jakościowej przez wykwalifikowany personel w trakcie zabiegu.

Kryterium oceny: cena – 60 % , jakoć – 40 %

Zakres ocen:

- nieprzemakalność: 1-6 pkt.
- chłoność: 1-5 pkt.
- wytrzymałość: 1-5 pkt.
- przyczepność do podłoża: 1-4 pkt.

$$\text{Cena} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{ofer}}} \times 60$$

C min – najniższa cena brutto ze wszystkich ofert

C ofer – cena brutto danej oferty

$$\text{Jakość} = \frac{J_{\text{ofer}}}{J_{\text{max}}} \times 40$$

J ofer – ilość punktów uzyskanych w danej ofercie

J max – maksymalna ilość punktów spośród wszystkich ofert