

<u>05-obłożenia pola operacyjnego-artroskopia kolana I</u>								
lp	ASORTYMENT	jm	II	Proponowany produkt, producent, nr katalogowy	Cena Jedn netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do artroskopii stawu kolanowego z workiem na płyny-min.skład: - 1 serweta z samouszczelniającym się otworem (min.180 x 300cm)zintegrowana z workiem na płyny - 1 osłona na kończynę dolną pacjenta (min.22 x 55 cm) - 1 serweta (min.140 x 180 cm) na stół instrumentarium - 1 serweta na stolik Mayo (min.140cm x 75cm) - min.2 taśmy samoprzylepne  Wymagany zestaw o min.gramaturze serwety stanowiącej obłożenie pola 50g/m2	szt	150	Zestaw do artroskopii/Medline International France SAS/ES10416CE	70,20 zł	10 530,00 zł	8%	11 372,40 zł
	<b>SUMA</b>					<b>10 530,00 zł</b>		<b>11 372,40 zł</b>

Specyfikacja zawiera minimalny wymagany skład pod względem ilości i wymiarów.Oferent może zaoferować więcej elementów i większe wymiary ale nie mniej i nie mniejsze,chyba że Zamawiający wyrazi zgodę.

**Wymagania:**

1. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia próbek w ilości 1 szt. produktu jałowego z każdej pozycji. Niezgoda próbek ze specyfikacją skutkuje odrzuceniem oferty. Próbką nie podlega zwrotowi i może zostać zużyta w czasie zabiegu.
- 2.Produkty muszą spełniać bezwzględnie wymogi normy EN 13795-1,2,3
- 3.Oferując zestawy dwuwarstwowe serweta stanowiąca obłożenie pola musi składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa lub włóknina wiskozowa).
- 4.Oferując zestawy trójwarstwowe serweta stanowiąca obłożenie pola musi składać się z trzech warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa,włóknina wiskozowa lub polipropylenowa).
- 5.Zestaw musi być zapakowany w papier krepowy lub opakowanie typu TYVEC (lub serwetę przeznaczoną na stół narzędziowy) i opakowanie foliowo-papierowe.
- 6.Opakowanie jednostkowe musi posiadać informację w języku polskim odnośnie nazwy wyrobu,składu i rozmiarów poszczególnych elementów,dat ważności ,numeru serii,kodu katalogowego.
- 7.Opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę oraz min.1 naklejkę którą można wkleić do dokumentacji , zawierającą: indeks wyrobu , lot , datę ważności oraz identyfikację producenta .
8. Serwety muszą być oznaczone piktogramami kierunku.
- 9.Karta danych techn.potwierdzająca spełnienie parametrów normy wystawioną przez producenta.

Oferta zostanie poddana ocenie jakościowej przez wykwalifikowany personel w trakcie zabiegu.

Kryterium oceny: cena – 60 % , jakość – 40 %

Zakres ocen:

- nieprzemakalność: 1-6 pkt.
- chłonność: 1-5 pkt.
- wytrzymałość: 1-5 pkt.
- przyczepność do podłoża: 1-4 pkt.

$$\text{Cena} = \frac{C_{min}}{C_{ofer}} \times 60$$

C min – najniższa cena brutto ze wszystkich ofert

C ofer – cena brutto danej oferty

$$\text{Jakość} = \frac{J_{ofer}}{J_{max}} \times 40$$

J ofer – ilość punktów uzyskanych w danej ofercie

J max – maksymalna ilość punktów spośród wszystkich ofert