

SPECYFIKACJA TECHNICZNA* (modyfikacja z 10.10.2023 r.)*Stół operacyjny – 1 szt.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. INFORMACJE OGÓLNE:			
1.	Stół operacyjny	TAK	TAK. Stół operacyjny
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2023.	TAK	TAK. Fabrycznie nowy, rok produkcji – 2023.
3.	Producent.	podać	BenQ Medical Technology Corp., Tajwan
4.	Typ/model.	podać	Dr. Max 7000
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	Klasa I
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	TAK. Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczymy wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.
II. PARAMETRY TECHNICZNE:			
1.	Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej	TAK	TAK. Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej.
2.	Błat stołu czterosegmentowy: - podglówek - segment oparcia pleców - siedzisko - podnóżek dwuczęściowy rozchylany i opuszczany	TAK	TAK. Błat stołu czterosegmentowy: - podglówek - segment oparcia pleców - siedzisko - podnóżek dwuczęściowy rozchylany i opuszczany.
3.	Jednoczęściowy materac obejmujący segmenty pleców i siedziska lub odrębne materace dla każdego z segmentów	TAK podać	TAK. Jednoczęściowy materac obejmujący segmenty pleców i siedziska.
4.	Możliwość transportu stołu – podstawa jezdna	TAK	TAK. Możliwość transportu stołu – podstawa jezdna.
5.	Segmenty blatu przeziernie dla promieni RTG	TAK	TAK. Segmenty blatu przeziernie dla promieni RTG.
6.	Napęd elektromechaniczny lub elektrohydrauliczny	TAK podać	TAK. Napęd elektrohydrauliczny.
7.	Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe 230 V, 50 Hz	TAK	TAK. Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe 230 V, 50 Hz
8.	Bezpieczne dopuszczalne obciążenie robocze – minimum 200 kg	TAK podać	TAK. Bezpieczne dopuszczalne obciążenie robocze – 230 kg
9.	Całkowita długość stołu w zakresie: 2 050 – 2 200 mm	TAK podać	TAK. Całkowita długość stołu: 2 050 mm
10.	Całkowita szerokość stołu w zakresie: 550 – 605 mm	TAK podać	TAK. Całkowita szerokość stołu: 560 mm
11.	Regulacja wysokości blatu w zakresie minimum: 700 – 1 000 mm	TAK podać	TAK. Regulacja wysokości blatu w zakresie:

			685 – 1135 mm
12.	Przechyły boczne stołu w zakresie min. 15° – 20°	TAK podać	TAK. Przechyły boczne stołu w zakresie 20°
13.	Przechyły wzdłużne (Trendelenburg, anty-Trendelenburg) w zakresie min. 25° – 30°	TAK podać	TAK. Przechyły wzdłużne (Trendelenburg, anty-Trendelenburg) w zakresie 30°
14.	Regulacja segmentu pleców w minimalnym zakresie -20° – +75°	TAK podać	TAK. Regulacja segmentu pleców w zakresie -40° – +80°
15.	Regulacja segmentu nóg w zakresie minimum -90° – +15°	TAK podać	TAK. Regulacja segmentu nóg w zakresie -90° – +15°
16.	Regulacja segmentu głowy w zakresie minimum -35° – +30°	TAK podać	TAK. Regulacja segmentu głowy w zakresie -90° – +60°
17.	Przesuw wzdłużny w minimalnym zakresie 300 – 320 mm	TAK podać	TAK. Przesuw wzdłużny w zakresie 350 mm
18.	<p>Sterowanie za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokością - przechyłami bocznymi - przechyłami wzdłużnymi - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - opcjonalnie oparciem pleców - opcjonalnie przesuwem wzdłużnym 	TAK podać	<p>TAK. Sterowanie za pomocą pilota przewodowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokością - przechyłami bocznymi - przechyłami wzdłużnymi - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - oparciem pleców - przesuwem wzdłużnym
19.	Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją ustawienia stołu	TAK	TAK. Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją ustawienia stołu.
20.	Dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stołu	TAK	TAK. Dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stołu.
21.	<p>Regulacja manualna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opcjonalnie przesuwem wzdłużnym - opcjonalnie oparciem pleców - segmentu nóg - podglówka <p>Regulacja przesuwu wzdłużnego oraz oparcia pleców musi być realizowana w jednym z punktów 18 lub 21</p>	TAK podać	<p>TAK. Regulacja manualna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segmentu nóg - podglówka <p>Regulacja przesuwu wzdłużnego oraz oparcia jest realizowana zgodnie z pkt. 18</p>
22.	Wszystkie materace o właściwościach przeciwoślizgowych, antystatyczne, nieprzemakalne, szczelne, z możliwością łatwego czyszczenia ogólnodostępnymi środkami czyszczącymi i dezynfekującymi	TAK	TAK. Wszystkie materace o właściwościach przeciwoślizgowych, antystatyczne, nieprzemakalne, szczelne, z możliwością łatwego czyszczenia ogólnodostępnymi środkami czyszczącymi i dezynfekującymi.
23.	Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie koniecznej zmiany pozycji w przypadku zaniku zasilania	TAK	TAK. Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie koniecznej zmiany pozycji w przypadku zaniku zasilania.
24.	<p>Minimalne wymagane wyposażenie stołu operacyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materace o właściwościach przeciwoślizgowych z pamięcią kształtu - podpory pod rękę – 2 szt. - podpory boczne – 2 szt. - podkolanniki – 2 szt. - podpórki ramion – 2 szt. - podpórki stóp – 2 szt. 	TAK podać	<p>TAK. Wyposażenie stołu operacyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materace o właściwościach przeciwoślizgowych z pamięcią kształtu - podpory pod rękę – 2 szt. - podpory boczne – 2 szt.

	- wysięgnik kroplówki		- podkolanniki – 2 szt. - podpórki ramion – 2 szt. - podpórki stóp – 2 szt. - wysięgnik kroplówki
III. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	TAK. Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim - dostarczymy wraz z urządzeniem.
2.	Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	TAK. Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	TAK. Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	TAK. Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczymy wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.