

Sempercare safe+

Numer artykułu: 8267 5803. / 300000371.

. = 1/0 (rozmiar XS), 3/1 (rozmiar S), 5/2 (rozmiar M), 7/3 (rozmiar L), 9/4 (rozmiar XL)

Opis:

Niejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, nitrylowe, bezpudrowe o przedłużonym mankiecie do procedur najwyższego ryzyka. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Mikroteksturowane z dodatkową wyraźną teksturą na palcach dla podniesienia chwytności. Dobrze przylegające do skóry użytkownika, dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Odporne na działanie substancji chemicznych oraz leków cytostatycznych (zgodnie z listą odporności chemicznej www.sempermed.com/knowledge-area/chemical-resistance/).

Materiał / kolor:

Nitryl / Niebieski

AQL:

1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu)

0,65 (zg. z raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium)

Grubość (poj. ścianka; med.):

palec: 0,15 mm, dłoń: 0,10 mm, mankiet: 0,07 mm

Długość, wg EN 455-2 (med.):

min. 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu)

Siła zrywania przed/po starzeniu:

min. 11 N (zg. z raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium)

Opakowanie:

100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Rozmiary XS - XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera.

Data ważności:

3 lata

Oznakowanie:

Reg. UE 2017/745 (MDR) Wyrób medyczny Klasa I


Reg. UE 2016/425 (PPE) Środek ochrony osobistej Kategoria III

Reg. UE 1935/2004 Materiały do kontaktu z żywnością

Oznakowanie CE

Zgodność z normami:

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009,
ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2013, ISO 15223-1:2016, ISO 10993-1:2018,
ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011, IEC 62366-1:2015/COR 1:2016;
EN 420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016/AMD 1:2018, EN 374-2:2014, EN
16523-1:2013+A1:2018, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-
1:1999 AMD 1:2011; ASTM F1671, ASTM D 6978, ASTM D 6319, ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001



Producent - Semperit Investments Asia Pte Ltd

<Pieczęć>

Producent - Semperit Investments Asia Pte Ltd.
Przedstawiciel EC - Semperit Technische Produkt GmbH

<nieczytelny podpis>
25.01.2023
Wydany przez Larissę Rieger
Kierownik Działu Zarządzania Produktami
Sempermed