

znak: D25C/251/N/8-13rj/22

Wejherowo, dnia 29.03.2022 r.

D.25C/250/ 259 /2022

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ GENETYCZNYCH METODĄ RT PCR WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO BADAŃ GENETYCZNYCH METODĄ RT PCR DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/8-13rj/22, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 14**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie przyjazdu serwisu do 72 godzin od zgłoszenia awarii od poniedziałku do piątku.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający wyraża zgodę.

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy, §5 ust 2**

Ze względu, iż najczęściej reklamowane są pojedyncze testy ( a nie opakowania – czyli 10 testów), nie mamy możliwości wymiany towaru na wolny od wad, a jedynie na korektę faktury dla produktu którego reklamacja została ropatrzona pozytywnie. Dlatego też prosimy o zmianę zapisu na następujący:

*W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie lub dokona korekty faktury dla uznanego w reklamacji produktu, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji.*

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający wyraża zgodę.

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia przez Wykonawcę analizatora?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający odstępuje od wymogu ubezpieczenia przez Wykonawcę analizatora.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

  
*mgr Monika Klause*