

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 13.05.2021r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), którego przedmiotem jest dostawa odczynników laboratoryjnych, w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do SWZ. Nr sprawy 7/PN/21

(1) Pytania wykonawcy pierwszego:

DOTYCZY PAKIET NR 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu części Podłoża (tj. pozycje nr 1-26) i tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie ww. części pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen. Zgodnie z art.7 ust.1 PZP Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z Części/pakietu.

(2) Pytania wykonawcy drugiego:

1. Czy Zamawiający wymaga złożenia formularza ofertowego dla każdego zadania czy wykonawca może złożyć 1 formularz oferty powielając tabelę z całkowitą wartością zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia formularza ofertowego dla każdego zadania oddzielnie, należy powielić tabelę w formularzu ofertowym dla części, w których składana jest oferta.

2. Pakiet 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby materiały zużywalne niezbędne do wykonania testów pochodziły od różnych producentów? Analizator oraz odczynniki do badań będą pochodziły od jednego producenta, natomiast materiały zużywalne od różnych producentów. Wykonawca gwarantuje, iż wszystkie produkty w ramach pakietu będą ze sobą kompatybilne i nie wpłyną na jakość wykonywanych badań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby materiały zużywalne pochodziły od różnych producentów, natomiast odczynniki i analizator muszą pochodzić od jednego producenta.

3. Pakiet 1 i 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na umieszczenie w formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym oferowanego produktu w celu usprawnienia procesu oraz zminimalizowania błędów podczas realizacji zamówień?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym oferowanego produktu.

4. Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości.

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zdalny serwis dla analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości.

5. Pakiet 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużanie terminu dostawy analizatora będącego przedmiotem oferty do 30 dni od daty podpisania umowy w przypadku gdy w terminie do 7 dni zainstalowany zostanie analizator zastępczy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy analizatora do 28 dni od daty podpisania umowy w przypadku gdy w terminie do 7 dni zainstalowany zostanie analizator zastępczy.

6. Pakiet 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie wraz z aparatem zdalnego połączenia z serwisem technicznym i merytorycznym poprzez aplikację VILINK? Pozwoli to na szybszy czas reakcji, diagnozowanie i rozwiązywanie wielu problemów bez konieczności wizyt pracowników serwisu technicznego, co ma szczególne znaczenie w czasie trwającej epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podłączenie zdalne do urządzenia wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w których niemożliwe jest świadczenie usługi podczas wizyty serwisowej. Każdorazowe połączenie zdalne musi być uzgodnione z Zamawiającym co do czasu trwania oraz sposobu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych.

Pytania do Umowy (Załącznik nr 6 do SWZ)

7. §2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Dostawa będzie odbywać się w uwzględnionych na bieżąco wielkościach transz, w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Możliwość dostaw awaryjnych do godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem. Gdy termin dostawy awaryjnej wypadnie w dzień świąteczny, dostawa nastąpi w najbliższym dniu roboczym.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych.

8. §2 ust. 4 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu umownego do 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 4 dni roboczych.

9. §2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia poprzez zastąpienie potwierdzenia dostawy awaryjnej faksem na wiadomość e-mail?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §2 ust. 4 umowy w brzmieniu:

Dostawa będzie odbywać się w uwzględnionych na bieżąco wielkościach transz, w terminie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia. Możliwość dostaw awaryjnych do godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem bądź e-mailem. Gdy termin dostawy awaryjnej wypadnie w dzień świąteczny, dostawa nastąpi w najbliższym dniu roboczym

10. §2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

”W przypadku nie wywiązania się z zamówienia z przyczyn , o których mowa w ust 5 zd.1 w razie konieczności dokonania pilnego zakupu Zamawiający obciążą

Wykonawcę różnicą w cenie między ofertową a ceną zakupu u innego Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §2 ust. 6 umowy w brzmieniu:

1. **W przypadku nie wywiązania się z zamówienia z przyczyn , o których mowa w ust 5 zd.1 w razie konieczności dokonania pilnego zakupu Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie między ofertową a ceną zakupu u innego Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.**

11. §3 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na podstawie oryginału faktury VAT w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. §3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia umownego w §3 ust. 3 o treści:

„Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej. Wykonawca będzie przysyłać faktury elektroniczne na adres email:”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

13. §7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytania do Umowy dzierżawy (Załącznik nr 6 do SWZ)

14. §1 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację analizatorów do identyfikacji i lekowrażliwości oraz posiewów krwi i płynów ustrojowych w terminie do 28 dni z uwagi na konieczność sprowadzenia sprzętu z zagranicy ?

2. **Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje w części 2 umowę dzierżawy w §1 ust. 2 brzmieniu: Wydzierżawiający dostarczy aparaturę w terminie do 7 dni (do 28 dni w części 2) od daty podpisania umowy**

15. §2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia umownego w §2 ust. 6 o treści:

„Dzierżawca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wydzierżawiającego faktur w formie elektronicznej. Wydzierżawiający będzie przysyłać faktury elektroniczne na adres email:”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

(2) Pytania wykonawcy trzeciego:

1. Dotyczy Pakiet nr 6, Załącznik nr 2, wymagania techniczne- analizator 5 diff główny pkt 7: Czy Zamawiający wymaga, aby płytki optyczne były parametrem diagnostycznym- raportowanym na wyniku?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga aby płytki optyczne były parametrem diagnostycznym- raportowanym na wyniku.

2. Dotyczy Pakiet nr 6, Załącznik nr 2, wymagania techniczne- analizator 5 diff główny pkt 7: Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z automatycznym oznaczeniem retikulocytów oznaczany był ekwiwalent hemoglobiny w retikulocycie w pg?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga, aby wraz z automatycznym oznaczeniem retikulocytów oznaczany był ekwiwalent hemoglobiny w retikulocycie w pg.

3. Dotyczy Pakiet nr 6, Załącznik nr 2, wymagania techniczne- analizator 5 diff główny pkt 15, Dotyczy Pakiet nr 6, Załącznik nr 2, wymagania techniczne- analizator 5 diff back up pkt 12: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator posiadał czujnik poziomu ścieków informujący o wypełnieniu zbiornika ścieków płynnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator posiadał czujnik poziomu ścieków informujący o wypełnieniu zbiornika ścieków płynnych.

4. Dotyczy Pakiet nr 6, Załącznik nr 2, wymagania dodatkowe pkt 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli zewnętrznej – międzynarodowej parametrów morfologii krwi obwodowej w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej- kontrola prowadzona on-line, przez internet- udział zakończony uzyskaniem certyfikatu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kontroli zewnętrznej – międzynarodowej parametrów morfologii krwi obwodowej w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej- kontrola prowadzona on-line, przez internet- udział zakończony uzyskaniem certyfikatu

5. Dotyczy Pakiet nr 6, Załącznik nr 2, termin wykonania dostaw awaryjnych i jakość, pkt 1: Czy Zamawiający jako termin dostaw awaryjnych określa termin dostaw odczynników w dni robocze- czyli zamówień złożonych w dni robocze i dostarczanych w dni robocze?

Odpowiedź: Tak, jako termin dostaw awaryjnych należy rozumieć termin dostaw odczynników w dni robocze- czyli zamówień złożonych w dni robocze i dostarczanych w dni robocze

6. Dotyczy Pakiet nr 6, Załącznik nr 1, Tabela nr 1: Czy Zamawiający w kolumnie „Cecha dodatkowa opakowania jednostkowego” wyrazi zgodę na podanie tylko sposobu konfekcjonowania zaoferowanego materiału? Odczynniki oraz dodatkowe materiały do analizatorów hematologicznych nie są konfekcjonowane w postaci ilości oznaczeń w opakowaniu tylko w postaci opakowań zbiorczych o określonych objętościach/wielkościach. Odczynniki są zużywane w różnych ilościach w zależności od rodzaju oznaczenia, jak również używane są do czynności konserwacyjnych. Stąd trudno podać dokładną ilość oznaczeń z opakowania, gdyż będzie ona tylko średnią z całej ilości opakowań, a w przypadku odczynnika odbiałczającego wcale nie będzie on używany do wykonywania oznaczeń- tylko samej konserwacji. Oferent szacuje ilość odczynników do podanej ilości oznaczeń, na podany okres czasu z najwyższą starannością w zaokrągleniu opakowań w górę, z uwzględnieniem stabilności odczynników po otwarciu oraz dodatkowe odczynniki na konserwację analizatorów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w kolumnie „Cecha dodatkowa opakowania jednostkowego” wyraża zgodę na podanie tylko sposobu konfekcjonowania zaoferowanego materiału.

Kolejne pytania Wykonawcy trzeciego:

1. Dotyczy SWZ, Rozdział XVII, pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 6 do SWZ, Wzór umowy:

§2 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: „Dostawy realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer), e-mailem (na adres) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.” Powyższy zapis umożliwi zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw względem Zamawiającego – umożliwi precyzyjne planowanie oraz zapewni pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu Stron umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

§2 ust. 4 zdanie drugie: Prosimy o wykreślenie zwrotu „od daty telefonicznego złożenia zamówienia” i usunięcie możliwości składania zamówień nawet awaryjnych telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy zapis „od daty złożenia zamówienia faksem lub mailem”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §2 ust. 4 umowy w brzmieniu:

Dostawa będzie odbywać się w uwzględnionych na bieżąco wielkościach transz, w terminie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia. Możliwość dostaw awaryjnych do godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem bądź e-mailem. Gdy termin dostawy awaryjnej wypadnie w dzień świąteczny, dostawa nastąpi w najbliższym dniu roboczym

§3 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów. Jeżeli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację §2 ust. 4 we Wzorze umowy dzierżawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

§5 ust. 2: Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu poprzez doprecyzowanie:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają niezmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §5 ust. 2 umowy w brzmieniu: Uwzględnia się zmianę cen jednostkowych w stosunku do oferowanych wg. następujących zasad:

- ***zmiana stawek podatkowych wchodzi z dniem obowiązywania pod warunkiem ich pisemnego udokumentowania przez Wykonawcę. Zamawiający zostanie powiadomiony na piśmie z 10-dniowym wyprzedzeniem.***
- ***W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają niezmienione. Zmiana ta wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu***

3. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 6 do SWZ, Wzór umowy dzierżawy :

§1 ust. 2: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie określenia terminu poprzez dodanie słowa „dni”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §1 ust. 2: umowy dzierżawy, w brzmieniu:

Wydzierżawiający dostarczy aparaturę w terminie do 7 dni (do 28 dni w części 2) od daty podpisania umowy

§2 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana usługa dzierżawy” na zapis w brzmieniu: „ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego”? Zmiany powyższe podyktowane są stricte kwestiami księgowymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

(4) Pytania Wykonawcy czwartego:

Dotyczy Części nr 7

PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW - A1.WYMAGANIA TECHNICZNE-ANALIZATOR GŁÓWNY

1.Ad. pkt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o maksymalnej jednoczesnej wydajności 180 ozn.PT/APTT?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora o maksymalnej jednoczesnej wydajności 180 ozn.PT/APTT?

2.Ad. pkt. 11 Czy Zamawiający wymaga pojedynczych jednorazowych kuwet reakcyjnych niepołączonych w segmenty bloki itp.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojedyncze jednorazowe kuwety reakcyjne niepołączone w segmenty bloki itp.

3.Ad. pkt. 19 Czy Zamawiający wymaga zapamiętania co najmniej trzech krzywych kalibracyjnych dla różnych serii tego samego odczynnika?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zapamiętania co najmniej dwóch krzywych kalibracyjnych dla różnych serii tego samego odczynnika.

PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW

4.Ad. pkt. 2 Czy Zamawiający przyzna 2 pkt. odczynnikowi do APTT w postaci ciekłej zawierający aktywator krzemionkowy i fosfolipidy roślinne o umiarkowanej wrażliwości na niedobory czynników krzepnięcia, heparynę i antykoagulant toczniowy

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z treścią SWZ przyzna punktację w wysokości 4pkt dla odczynnika do APTT w postaci ciekłej zawierającego aktywator krzemionkowy i fosfolipidy roślinne lub syntetyczne o dużej wrażliwości na niedobory czynników krzepnięcia, heparynę i antykoagulant toczniowy

B. WYMAGANIA SERWISOWE

5.Ad. pkt. 2 i 3 Prosimy o doprecyzowanie, że podane terminy dotyczą dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że podane terminy dotyczą dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.Ad. pkt. 3 W związku z wymogiem zaoferowania dwóch analizatorów z czego jeden ma stanowić back-up dla analizatora głównego prosimy o zmianę zapisu ww. punktu.

„W przypadku przestoju w pracy obu analizatorów jednocześnie dłuższego niż 48 godz. Wykonawca zapewni analizator zastępczy lub pokryje koszty wykonania badań na zewnątrz do czasu naprawy przynajmniej jednego analizatora”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w pkt3 na „W przypadku przestoju w pracy obu analizatorów jednocześnie dłuższego niż 48 godz. Wykonawca zapewni analizator zastępczy lub pokryje koszty wykonania badań na zewnątrz do czasu naprawy przynajmniej jednego analizatora”

(5) Pytania wykonawcy piątego:

1.Dotyczy części nr7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora głównego o średniej wydajności aparatu dla jednoczesnych oznaczeń PT/APTT nie mniej niż 110 ozn/godz.? Wydajność 110 ozn/godz. Jest wystarczająca dla płynnego wykonania planowanej liczby badań.

Odpowiedź: Zamawiający określił średnią wydajność aparatu dla jednoczesnych oznaczeń PT/APTT - nie mniej niż 180 ozn/godz. i pozostawia ww zapis bez zmian

2. Dotyczy części 7: Czy Zamawiający dopuści analizator z jednorazowymi kuwetami które można doładowywać podczas pracy analizatora? W chwili załadunku nowych kuwet analizator kończy rozpoczęte wcześniej badania, ale nie rozpoczyna nowych badań. Załadunek nowych kuwet trwa ok. 2 minuty

Odpowiedź: Zamawiający wymaga analizatora z jednorazowymi kuwetami, które można doładowywać podczas pracy analizatora bez przerywania ciągłości jego pracy, zgodnie z zapisami SWZ

(6) Pytania Wykonawcy szóstego:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §1 ust. 2 umowy w brzmieniu:

W przypadku nieterminowych realizacji dostaw lub dostaw niezgodnych pod względem towaru bądź ilości z zamówieniami – będzie naliczana przez Zamawiającego kara w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto zamówionych, a nie dostarczonych przez Wykonawcę. Naliczanie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany.

Zamawiający modyfikuje zapis § 7 umowy w brzmieniu:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto dostawy niezrealizowanej w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy, jeżeli wina leżeć będzie po stronie Wykonawcy.

3. (§ 7 wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający modyfikuje Rozdział IV SWZ. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. **Dokumenty składane wraz z ofertą:**

- 1.1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą składając następujące oświadczenia i dokumenty:
- 1) **Formularz cenowy ze szczegółowym opisem oferowanego asortymentu z podaniem parametrów oferowanego asortymentu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,**
 - 2) **Część nr 1- instrukcje w języku polskim dla pozycji nr 47, 48 i 49,**

Część nr 4: oświadczenie producenta aparatu potwierdzające kompatybilność oferowanej próbki i oferowanego analizatora w języku polskim,

Część nr 6 i część 7:

- Instrukcje metodyczne w języku polskim w postaci przewodnika metodycznego w wersji elektronicznej,
 - Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w języku polskim,
 - Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury.
- Oświadczenie o zgłoszeniu produktu/ lub rejestracji/ do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

2. Niezłożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 1 **lub złożenie dokumentów wskazujących na niezgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3. **Zamawiający może żądać od wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust 1 pkt 1 pp.2**

Zamawiający zmienia:

Rozdział X. Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą upływa w dniu **23.08.2021 r.**

Rozdział XII. Sposób i termin składania ofert

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 26.05.2021 r .do godz. 12.30.**

Rozdział XIII. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 26.05.2021 r. godz. 13.10.**

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień Obowiązujący wzór umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej