



L.dz. W/1846.../2021

Olsztyn, 04.11.2021 r.

Nr postępowania: 325/2021/TP/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym pt. **Dostawa różnego sprzętu, w tym sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**
Nr postępowania: 325/2021/TP/DZP.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

Pytania dotyczą części 4 zamówienia: dostawa zamrażarki do zamrażania i przechowywania próbek laboratoryjnych – 1 sztuka.

Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga zakresu temperatur pracy: od -5°C do 45°C. Rozumiem, że doszło do omyłki i chodzi o zakres -5°C do -45°C?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki. Wymagany zakres temperatury pracy to: od -5°C do -45°C.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 368 l netto i masie 83,2kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuści zamrażarkę o pojemności 368 l netto i masie 83,2kg.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 284 l netto i masie 63,4kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuści ww. zamrażarki. Pojemność netto zamrażarki musi przekraczać wartości 300 l.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o poziomie hałasu 55dB?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuści zamrażarki o poziomie hałasu 55dB. Z uwagi na planowane usytuowanie urządzenia w laboratorium dydaktycznym zamawiający poszukuje sprzętu możliwie najmniej uciążliwego w zakresie hałasu.



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE

Zamawiający informuje, że w przypadku gdzie dopuścił w niniejszych odpowiedziach na pytania zastosowanie rozwiązań odmiennych niż te wskazane w SWZ i załącznikach, to wykonawca składając ofertę winien zaznaczyć w formularzu cenowym, które z pozycji zgodne są z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami na pytania.

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpis osoby upoważnionej)

Sporządzili: Anna Zalewska, Rafał Winarski

SPECJALISTA
Anna Zalewska
mgr Anna Zalewska