

COZL/DZP/AW/3412/TP-77/21

Lublin, dnia 06.07.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Dostawa drobnego sprzętu medycznego (analyzer parametrów krytycznych, aparat EKG, Wideoureterorenoskop oraz Ureterorenofiberoskop) na potrzeby COZL.”
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/TP-77/21)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Część 2 – Wideoureterorenoskop, Ureterorenofiberoskop
Upzejmie prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w poniższych parametrach ureterorenofiberoskopu

„Pole widzenia 900

Wygięcie końcówki góra/dół 2750/2750”

i Zamawiający wymaga tym samym:

„Pola widzenia 90 stopni

Wygięcia końcówki góra/dół 275/275 stopni”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską, parametry ureterorenofiberoskopu

„Pole widzenia 90 stopni

Wygięcia końcówki góra/dół 275/275 stopni”

Powyższe należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie nr 2

dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1 punkt „a”, „b” ?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanych kar do 0,5% ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1 punkt „b” ?

Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni Zamawiający zrezygnuje z kar umownych ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 4 ?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20% ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.