



EZP.26.199.7.2023.ŁG

Warszawa, dnia 29.01.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa 10 stacji sejsmicznych dla Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB**, oznaczenie sprawy EZP.26.199.2023.

### ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie w trybie podstawowym zamówienia publicznego pn.: **Dostawa 10 stacji sejsmicznych dla Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB**, oznaczenie sprawy: **EZP.26.199.2023**, wybrał ofertę Wykonawcy:

**Integrators Dariusz Demarczyk, ul. Bukowa 46/6, 41-600 Świętochłowice NIP: 6272506260**

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert: „cena” – 75 pkt, „Sum własny sejsmometru dla częstotliwości 1 Hz (SN1) – 10 pkt, „Sum własny sejsmometru dla częstotliwości 10 Hz (SN10)” – 15 pkt.

Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: art. 239 ust. 1 Ustawy Pzp.

Poniżej informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny, zawierającym punktację przyznaną w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer oferty	Wykonawca	Liczba punktów w kryterium „Cena”	Liczba punktów w kryterium „Sum własny sejsmometru dla częstotliwości 1 Hz (SN1)”	Liczba punktów w kryterium „Sum własny sejsmometru dla częstotliwości 10 Hz (SN10)”	Łączna liczba punktów
1	<b>BTC Korporacja Sp. z o.o.</b> , ul. Lwowska 5, 05-120 Legionowo, NIP: 5361968139	46.46	5	10	61.46
2	<b>Integrators Dariusz Demarczyk</b> , ul. Bukowa 46/6, 41-600 Świętochłowice NIP: 6272506260	75.00	5	5	85.00
3	<b>Seismik s.r.o.</b> , Kubišova 1265/8, 18200, Praga 8, Republika Czeska NIP: CZ24779334	53.84	10	15	78.84
4	<b>UniSens – Anna Stańczyk</b> , ul. Bystrzycka 69, 04-916 Warszawa, NIP: 1130054839	61.02	0	0	61.02

**W kryterium „Cena”** liczbę punktów przyznaną danej ofercie obliczono na podstawie ceny oferty zgodnie ze wzorem podanym w punkcie 17.2.1 SWZ.

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40

**Kryterium „Szum własny sejsmometru dla częstotliwości 1 Hz (SN1)”** było rozpatrywane na podstawie szumu własnego sejsmometru dla częstotliwości 1 Hz mierzonego względem  $1 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$ , wskazanego w ofercie Wykonawcy, w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego szumu własnego sejsmometru z zastosowaniem miary PSD (*Power Spectral Density*) dla **1Hz**, który wynosi: **-160 dB** względem  $1 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$ .

Liczba punktów w kryterium została przyznana zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 17.2.2 SWZ.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 i 2 wskazali wielkość szumu własnego sejsmometru dla częstotliwości 1 Hz w przedziale: **od -166.6 do -175 dB**, w związku z czym, ich oferty otrzymały 5 punktów.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 wskazał wielkość szumu własnego sejsmometru dla częstotliwości 1 Hz w przedziale: **< -175 dB**, w związku z czym, jego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 10.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 wskazał wielkość szumu własnego sejsmometru dla częstotliwości 1 Hz w przedziale: **od -160 do 166.5 dB**, w związku z czym, jego oferta otrzymała 0 punktów.

**Kryterium „Szum własny sejsmometru dla częstotliwości 10 Hz (SN10)”** było rozpatrywane na podstawie szumu własnego sejsmometru dla częstotliwości 10 Hz mierzonego względem  $1 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$ , wskazanego w ofercie Wykonawcy, w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego szumu własnego sejsmometru z zastosowaniem miary PSD (*Power Spectral Density*) dla **10Hz**, który wynosi: **-145 dB** względem  $1 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$ .

Liczba punktów w kryterium została przyznana zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 17.2.3 SWZ.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 wskazał wielkość szumu własnego sejsmometru dla częstotliwości 10 Hz w przedziale: **od -163 do -168 dB**, w związku z czym, jego oferta otrzymała 10 punktów.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 wskazał wielkość szumu własnego sejsmometru dla częstotliwości 10 Hz w przedziale: **od -152,1 do -163 dB**, w związku z czym, jego oferta otrzymała 5 punktów.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 wskazał wielkość szumu własnego sejsmometru dla częstotliwości 10 Hz w przedziale: **< -168 dB**, w związku z czym, jego oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 15.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 wskazał wielkość szumu własnego sejsmometru dla częstotliwości 10 Hz w przedziale: **od -145 do -152 dB**, w związku z czym, jego oferta otrzymała 0 punktów.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB  
ds. zamówień publicznych  
Natalia Mosiądz