

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatów USG w podziale na 4 części w ramach projektu POPI**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Część nr 2: Aparat USG (Neonatologia I)

Zestaw 1

Pytanie nr 1

Pyt. 1 pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z ilością niezależnych kanałów odbiorczych 8 257 536 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Część nr 4:Aparat do USG (Pracownia Wad Płodu)

Pytanie nr 2

Pyt. 1 pkt. 33

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z obrazowaniem 3D/4D 40obj.? Wymagana przez zamawiającego wartość 45obj jest nieznacznie większa co nie ma wpływu na jakość diagnostyczną, a ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pyt. 2 pkt. 38

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z automatycznym pomiarem – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT i manualnym pomiarem IT? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość diagnostyczną jak również nie ogranicza konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pyt. 3 pkt. 41

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z protokołem IOTA ADNEX do oceny zmian nowotworowych guzów jajnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pyt. 4 pkt. 49

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z głowicą objętościową 3D/4D typu convex wykonaną w technologii Single Crystal o częstotliwości 1,0-8,0MHz ilością kryształów 192 i kątem skanowania 70°? Takie rozwiązanie poszerzy możliwości diagnostyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Pyt. 5 pkt. 52

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z archiwizacją danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD 512GB lecz bez wbudowanego napędu (możliwość podłączenia zewnętrznego) DVD-R/RW? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość wykonywanych badań, obecnie nie stosuje się zapisu na



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl



płytkach DVD z USG tylko na pamięciach flash lub wysyła bezpośrednio na smartfon. Taki zapis ma na celu ograniczyć konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Pyt. 6 pkt. 58

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez systemu archiwizacji wraz ze statystyką na zewnętrzny komputer PC? Parametr wskazuje na jednego producenta i ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 92 94
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl

