

Te 2300-37/2023

Załącznik Nr 1/5

Wymagania i parametry techniczne

Zadanie 5

Przedmiot zamówienia – nosze podbierające – 1 szt.

Nazwa i typ: Nosze podbierakowe aluminiowe Meber BE 630

Producent / Firma: Me.Ber. S.r.l.

Kraj pochodzenia: Włochy

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Urządzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2023 (nie powystawowe).	TAK Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023
2.	Łopaty wykonane z aluminium	TAK Łopaty wykonane z aluminium
3.	System zamków zabezpieczających przed przypadkowym rozdzieleniem noszy przez obsługę	TAK System zamków zabezpieczających przed przypadkowym rozdzieleniem noszy przez obsługę
4.	Wielostopniowa regulacja długości	TAK Wielostopniowa regulacja długości
5.	Możliwość złożenia do transportu	TAK Możliwość złożenia do transportu
6.	Min. 6 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia	TAK 10 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia
7.	Konstrukcja zabezpieczona przed wnikaniem płynów i materiału zakaźnego	TAK Konstrukcja zabezpieczona przed wnikaniem płynów i materiału zakaźnego
8.	Min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy	TAK 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy
9.	Nośność co najmniej 150kg	TAK Nośność 170 kg
GWARANCJA		
10.	Okres gwarancji minimum 24 miesiące	36 miesięcy

UWAGA: W kolumnie „Opis parametrów wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie choć jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.