

## Opaska uciskowa na tętnicę promieniową -zestaw pompowany

Wysokiej klasy opaski uciskowe z dokładną kontrolą siły docisku, wykorzystywane do ucisku tętnicy promieniowej po zabiegach angioplastycznych. Docisk bezpośrednio kontaktujący się z ciałem pokryty delikatnym silikonem medycznym.



Nr katalogowy	Producent	Rozmiar
42.19.30001	SCW	24 cm

### Parametry :

- ☐ zestaw wprowadzający wystarczający i płynnie regulowany ucisk tętnicy promieniowej
- ☐ zestaw nieblokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy
- ☐ część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia tętnicy
- ☐ sterylność zestawu
- ☐ stabilność ucisku po założeniu
- ☐ łatwość założenia
- ☐ skuteczność zamknięcia
- ☐ właściwa stabilizacja