

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PAKIET NR 4

Myjnia do obuwia – 1 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji – 2020.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Typ/model.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Komunikacja w języku polskim.	TAK	
II.	PARAMETRY:		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe przeznaczone do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego, misek do mycia pacjentów, misek nerkowatych, tacek, pojemników medycznych.	TAK	
2.	Urządzenie montowane na posadzce, wolnostojące.	TAK	
3.	Komora o pojemności umożliwiającej jednoczesowe mycie i dezynfekcję min. 10 par obuwia.	TAK, podać	
4.	Ładowanie od frontu.	TAK	
5.	Komora, zbiornik oraz ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej, co najmniej AISI304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo.	TAK, podać	
6.	Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie.	TAK,	
7.	Drzwi wyposażone w hermetyczną uszczelkę.	TAK	
8.	Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia.	TAK	
9.	Komora posiadająca zaokrąglone narożniki, głęboko tłoczona bez spoin, co znacznie ułatwia proces samooczyszczenia.	TAK	
10.	Komora izolowana termicznie i akustycznie.	TAK	
11.	Blokada drzwi podczas trwania procesu.	TAK	
12.	Dezynfekcja termiczna z bieżącą kontrolą wartości A0=60.	TAK	
13.	Możliwość wymiany i stosowania zamiennych koszów wsadowych na tace lub pojemniki.	TAK	
14.	Panel sterujący na frontowej ścianie urządzenia. Sterowanie mikroprocesorowe.	TAK	
15.	Z panelu sterowania do wyboru, co najmniej 7 programy mycia i dezynfekcji.	TAK, podać	
16.	Panel sterujący wyposażony w wyświetlacz LED.	TAK	
17.	Wyświetlacz przedstawiający informacje o temperaturze mycia, wartości A0 lub ewentualnym błędzie.	TAK	

18.	Elektroniczny system kontroli temperatury w komorze w oparciu o czujnik temperatury.	TAK	
19.	Optyczna i akustyczna informacja o usterkach (wyświetlany kod błędu).	TAK	
20.	Urządzenie wyposażone we wbudowany zmiękcacz wody.	TAK	
21.	Urządzenie posiadające dwie pompy dozujące – na detergent oraz środek płuczący.	TAK	
22.	System kontroli zadanej ilości dozowania środka chemicznego oraz braku środka w kanistrze.	TAK	
23.	Zatrzymanie cyklu w razie stwierdzenia przez system zablokowania odpływu.	TAK	
24.	Maksymalne wymiary urządzenia 60 x 60 x 85 cm (szerokość x głębokość x wysokość).	TAK, podać	
25.	Kosz wsadowy do mycia obuwia operacyjnego – 1 szt.	TAK	
26.	Kosz wsadowy do mycia misek, nerek i innych pojemników – 1 szt.	TAK	
27.	Maksymalna waga urządzenia 75 kg.	TAK, podać	
28.	Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu 56 dB.	TAK, podać	
29.	Miejsce przeznaczone na pojemniki ze środkami chemicznymi montowane pod urządzeniem, zwiększające jednocześnie wysokość, na jakiej znajduje się komora myjąca. Maksymalna dopuszczalna wysokość urządzenia 127 cm.	TAK, podać	
III. WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE:			
1.	Montaż myjni na Stacji Łóżek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.	TAK	
2.	Przyłącze elektryczne 230/400V, 50Hz zgodnie ze standardem polskim.	TAK	
3.	Całkowita moc urządzenia nie przekracza 7 kW (przy zasilaniu 400V) lub 4 kW (przy zasilaniu 230 V).	TAK	
4.	Podłączenie odpływu ścienne DN 50 na wysokości maks. 800 mm.	TAK	
5.	Myjnia wyposażona w przyłącze wody ciepłej i zimnej DN 15 (w zestawie komplet węży zasilających)	TAK	
6.	Wszystkie podłączenia do wykonania przez Wykonawcę.	TAK	
IV. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - do- starczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)