

**Formularz cenowo - techniczny zadania nr 1**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego **zestawów dostępowych przezskórnych do dróg żółciowych**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
  - 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów (poz. 1-7, 9-11, 18-21),
  - 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie **do 3 dni roboczych** od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr 42/639 10 20 lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@hammer.pl
  - 3) dostarczać wyroby wymienione w poz. 8,12-17 niezwłocznie w terminie **do 3 dni roboczych** od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr 42/639 10 20 lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@hammer.pl
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga:** Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum **12 miesięcy** od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto<br>6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto<br>8=9/4 | Wartość brutto<br>9 = 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy   |
|-----|---|-----------------|-------|------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1   | 2   | 3               | 4     | 5                      | 6                         | 7            | 8                                | 9                         | 10   |
| 1.  | Zestaw dostępu przezskórnego sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: igła Chiba z końcówką EchoTip 22G/15 cm; cewnik wprowadzający wraz z koszulką 4/6 Fr 20 cm i usztywniaczem, które w połączeniu mają gładką, stożkową końcówkę bez krawędzi; przewód nitinolowy 0,018"/ 60 cm. Koszulka bardzo dobrze widoczna w rtg, posiadająca pokrycie hydrofilne.  | szt.            | 30    | 690,00                 | 20 700,00                 | 8%           | 745,20 zł                        | 22 356,00 zł              | Cook Inc. / Zestaw wprowadzający z przewodnikiem / NPAS-100-NT; NPAS-100-RH NPAS-100-RH-NT   |
| 2.  | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki, sterylny, jednorazowego użytku, w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec część drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2, 12 lub 14Fr, dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg. Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. | szt.            | 30    | 480,00                 | 14 400,00                 | 8%           | 518,40 zł                        | 15 552,00 zł              | Cook Inc. / Cewnik / ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH<br>ULT10.2-38-40-P-32S-CLB-RH<br>ULT12.0-38-40-P-32S-CLB-RH<br>ULT14.0-38-40-P-32S-CLB-RH   |
| 3.  | Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec część drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 FR lub 12,0 lub 14,0 Fr dł. cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45 cm ; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na pięciu cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku.  | szt.            | 15    | 480,00                 | 7 200,00                  | 8%           | 518,40 zł                        | 7 776,00 zł               | Cook Inc. / Cewnik / ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH<br>ULT8.5-38-45-P-6S-CLM-RH<br>ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH<br>ULT10.2-38-45-P-6S-CLM-RH<br>ULT12-38-25-P-6S-CLM-RH<br>ULT12-38-45-P-6S-CLM-RH<br>ULT14-38-25-P-6S-CLM-RH;<br>ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC<br>ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-HC |
| 4.  | Rozszerzadło standardowe rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z przewodnikiem do 0,038", sterylne jednorazowego użytku.   | szt.            | 1     | 63,00                  | 63,00                     | 8%           | 68,04 zł                         | 68,04 zł                  | Cook Inc. / Igła / JCD6.0-38-20  |
| 5.  | Rozszerzadło hydrofilne rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z przewodnikiem do 0,038", sterylne jednorazowego użytku.  | szt.            | 1     | 113,00                 | 113,00                    | 8%           | 122,04 zł                        | 122,04 zł                 | Cook Inc. / Igła / JCD6.0-38-20-HC   |

|     |   |      |    |                 |          |    |             |             |   |
|-----|---|------|----|-----------------|----------|----|-------------|-------------|---|
| 6.  | Prowadniki typu Cope Mandril - wykorzystywane do procedur diagnostycznych, wykonany z nitynolu, dł 60 cm lub 100cm, średnica 0,018", sterylne, jednorazowego użytku.  | szt. | 1  | <b>370,00</b>   | 370,00   | 8% | 399,60 zł   | 399,60 zł   | Cook Inc. / Prowadnik / PMG-18SP-60-COPE-NT PMG-18SP-100-COPE-NT  |
| 7.  | Igła do biopsji tkanek miękkich pod kontrolą usg. Skalowana co 1 cm; długość wycinka 2 cm; Parametry igły: <del>16 G/6 cm</del> ; 16 G/15 cm; <del>16 G/20 cm</del> ; 18 G/6 cm; 18 G/9 cm; 18 G/15 cm; 18 G/20 cm; <del>19 G/6 cm</del> ; <del>19 G/9 cm</del> ; <del>19 G/15 cm</del> ; <del>20 G/6 cm</del> ; 20 G/15 cm; <del>20 G/20 cm</del> . Sterylne, jednorazowego użytku.  | szt. | 10 | <b>276,00</b>   | 2 760,00 | 8% | 298,08 zł   | 2 980,80 zł | IZI Medical / Igła / QC-16-15.0-20T QC-16-20.0-20T QC-18-15.0-20.T QC-18.20.0-20T QC-20-15.0-20T QC-20-20.0-20T |
| 8.  | Igły biopsyjne z zakończeniem typu trocar, rozmiar 18G dł. <del>10</del> , 15,20 cm, 21G dł.15 cm. Używane do biopsji aspiracyjnej. Sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie typu papier - folia.   | szt. | 20 | <b>144,00</b>   | 2 880,00 | 8% | 155,52 zł   | 3 110,40 zł | Cook Inc. / Igła / DTN-18-15.0-U DTN-18-20.0-U DTN-21-15.0-U  |
| 9.  | Zestawy dostępowy do biopsji wątroby.<br>Stosowany do zabiegów biopsji wątroby z dostępu przez żyłę szyjną; długość igły 60 cm, wielkość igły 18G lub 19G; głębokość wsunięcia igły 20 cm, koszulka 7Fr:<br>- mocny skok igły biopsyjnej typu Quick-Core zapewniający czyste, precyzyjne próbki,<br>- zestaw dostępowy do wątroby zapewniający kontrolę kierunkową i wsparcie podczas zabiegu,<br>- łącznik z zastawką typu Check-Flo zmniejszający krwawienie i umożliwiający wstrzyknięcie kontrastu dla uwidocznienia miejsca docelowego przed wykonaniem biopsji,<br>- wryty znacznik na proksymalnej części kaniuli igły biopsyjnej typu Quick-Core wskazujący wyjście końcówki igły z zestawu dostępowego.<br>Zestaw sterylne, jednorazowego użytku, w opakowaniu typu papier - folia | szt. | 1  | <b>4 700,00</b> | 4 700,00 | 8% | 5 076,00 zł | 5 076,00 zł | Cook Inc. / Zestaw do biopsji / LABS-100-J LABS-200-J   |
| 10. | Zestaw do dostępu i biopsji nerek, sterylne, jednokrotnego użytku.<br>Zestaw zawiera igłę biopsyjną typu Quick-Core Igła Quick-Core 19 G/długość 70cm; długość skoku 20 mm, adapter z zastawką typu Check-Flo, kaniulę usztywniającą, koszulkę wprowadzającą typu Desilets-Hoffman o średnicy 7.0 Fr, prosty cewnik o średnicy 5.0 Fr i cewnik typu Torcon NB; Advantage o średnicy 5.0 Fr  | szt. | 1  | <b>4 300,00</b> | 4 300,00 | 8% | 4 644,00 zł | 4 644,00 zł | Cook Inc. / Zestaw igieł / RABS-100   |
| 11. | Zestaw kleszczyków do wewnątrznaczyniowej biopsji dróg żółciowych, stosowane również do dostępu i biopsji tkanki w przewodzie pokarmowym; Średnica koszulki wprowadzającej 7Fr, długość koszulki wprowadzającej 30 cm, średnica prowadnika 0,035", długość prowadnika 150 cm, pojemność łyżeczki biopsyjnej 2,25 mm <sup>3</sup> . Zestaw sterylne, jednokrotnego użytku.   | szt. | 1  | <b>2 900,00</b> | 2 900,00 | 8% | 3 132,00 zł | 3 132,00 zł | Cook Inc. / Kleszczyki biopsyjne / BBFS-100-MS  |

|     |  |      |    |          |           |    |             |              |  |
|-----|--|------|----|----------|-----------|----|-------------|--------------|--|
| 12. | Zestaw do przeszłyjnego dostępu wątrobowe-go (TIPS) - igła typu Rosch-Uchida; w składzie introducer 10 Fr 40 cm, igła trokar 0,038"/62,5 cm, cewnik 5,2 Fr z ostrzem troka- rowym, kaniula usztywniająca 14 G/51,5 cm, koszulka flexor 10 Fr wraz z rozszerzadłem 12 Fr; rzeczy uzupełniające - Igła przeskróna 18G,dł 7 cm; tuba łącząca 9.5Fr, dł 30 cm,; 8Fr i 10 Fr rozszerzadł o dł. 20cm, przewódnik dł. .035"/145 cm, krzy-wizna 3 mm, cewnik z końcówka typu Beacon Tip, .035"/65 cm, 5Fr, zakrzywiony-szybki przepływ-podaż kontrastu, przewódnik amplatzt .035"/180 cm, elastyczna końcówka o dł. 7 cm - przewódnik wspomagający; kranik jednokierunkowy. Zestaw sterylny, jednokrotnego użytku. | szt. | 2  | 8 000,00 | 16 000,00 | 8% | 8 640,00 zł | 17 280,00 zł | Cook Inc. / Zestaw wprowadzający z przewódnikiem / Igła / RUPS-100 / Rozszerzadło / Cewnik / Przewódnik / SDN-18-7.0-UM JCD8.0-35-20 JCD10.0-38-20 HNB5.0-35-65-P-NS-TIPS THSCF-35-180-3-AUS |
| 13. | Cewnik diagnostyczny angiograficzny do podawania kontrastu o zakrzywionej końcówce, z powłoką cieniodajną, która pozwala na lepszy dostęp do dróg żółciowych i lepszą widoczność w rtg 5F i 6F dł 40 cm i 65 cm, sterylny jednorazo-wego użytku.   | szt. | 20 | 113,00   | 2 260,00  | 8% | 122,04 zł   | 2 440,80 zł  | Cook Inc. / Cewnik / HNBR5.0-35-40-P-NS-KMP HNBR5.0-35-65-P-NS-KMP   |
| 14. | Przewódnik, hydrofilowy z miękką końcówką, zagięty - dł. 12 cm, średnica 0,35", dł. Przewodnika 145cm, (lub przewódniki o dł 80 cm), sterylny, jednorazowego użytku.   | szt. | 20 | 213,00   | 4 260,00  | 8% | 230,04 zł   | 4 600,80 zł  | Cook Inc. / Przewódnik / RPC-35-145 (RPC-35-80)  |
| 15. | Przewódnik, z miękką zagiętą końcówką końcówką, średnica 0,35", dł. 145cm, sterylny, jednorazowego użytku.   | szt. | 20 | 255,00   | 5 100,00  | 8% | 275,40 zł   | 5 508,00 zł  | Cook Inc. / Przewódnik / THSCF-35-145-3-AES  |
| 16. | Łącznik pomiędzy drenem, a workiem, sterylny, jednorazo-wego użytku  | szt. | 30 | 90,00    | 2 700,00  | 8% | 97,20 zł    | 2 916,00 zł  | Cook Inc. /Łącznik / CTU14.0-30-ST CTU14.0-50-ST   |
| 17. | Igły biopsyjne typu Chiba rozmiar 21G <del>dł. 15 i 20 cm</del> , 22G dł. 15 i 20 cm z opcją znacznika widocznego w sonografii (do wyboru przez Zamawiającego), używane do biopsji aspiracyjnej. Sterylne, jednorazowego użytku, opakowaniu typu papier-folia.   | szt. | 30 | 130,00   | 3 900,00  | 8% | 140,40 zł   | 4 212,00 zł  | Cook Inc. / Igła / DCHN-22-20.0-U DCHN-21-15.0-U   |

|     |   |      |   |          |          |    |             |             |   |
|-----|---|------|---|----------|----------|----|-------------|-------------|---|
| 18. | <p>Zestaw - cewnika do drenażu odmy opłucnowej Wayne – metoda Seldingera</p> <p>Cewnik do drenażu prostej, samoistnej, jatrogennej lub wysiłkowej odmy opłucnowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwia kontrolowany i małoinwazyjny zabieg;</li> <li>- w zestawie jest zawór do drenażu klatki piersiowej, który umożliwia usunięcie powietrza z jamy opłucnowej;</li> <li>- powiększone porty boczne ułatwiają drenaż powietrza;</li> </ul> <p>- cieniódajny materiał, z którego wykonany jest cewnik, poprawia wizualizację RTG.</p> <p>- cewnik typu „pigtail” daje skuteczność porównywalną z drenami do drenażu klatki piersiowej u pacjentów z odmą opłucną, a ich kształt i materiał zapewnia dużo większy komfort dla pacjenta i operatora; rozmiar 5, 6, 8,5, 10,2, 12 FR, dł. cewnika 15 cm, liczba portów bocznych 6, rozmiar igły 18G, dł. igły 5 cm dla 5 i 6, 8,5 i 10.2 FR i 7cm dla rozmiarów 8.5 i 12Fr, śr. przewodnika 0,028 inch, dł. przewodnika 40 cm.</p> | szt. | 2 | 560,00   | 1 120,00 | 8% | 604,80 zł   | 1 209,60 zł | <p>Cook Inc. / Zestaw do drenażu i nakłucia osierdza / C-PPD-500-WCE-IMH; C-PPD-600-WCE-IMH; C-PPD-850-WCE-IMH; C-PPD-1020-WCE-IMH; C-PPD-1200-CHILDRENS-082694-IMH</p>                             |
| 19. | <p>Cewnik do drenazu wykonany z PVC z markerem rtg wzmacniającym widoczność, 9 dużych, owalnych otworów bocznych na końcu dystalnym, skalowanie co 1 cm, parametry: 12 Fr/ 33 cm, 14 Fr - 28 Fr / 41 cm; w zestawie igła 18 G, przewodnik TFE 0,038" z 3 mm zagiętą zmiękczaną końcówką, rozszerzadła, adapter.</p>   | szt  | 2 | 750,00   | 1 500,00 | 8% | 810,00 zł   | 1 620,00 zł | <p>Cook Inc. / Zestaw do drenazu / TQAS-xxxx-J C-TQAS-800 C-TQTS-1000 C-TQAS-1200 C-TQTS-1400 C-TQAS-1600 C-TQTS-1800 C-TQAS-2000 C-TQTS-2200 C-TQAS-2400 C-TQTS-2600 C-TQAS-2800 C-TQTS-3200</p>   |
| 20. | <p>Samorozprężalny stent do dróg żółciowych, średnica stentu 8mm, 9 mm, 10mm lub 12 mm, długość 4cm lub 6cm lub 8cm, wielkość koszulki 6Fr, długość 40cm, akceptujący przewodnik 0.035 inch;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczony do palitywnego leczenia nowotworów złośliwych w drogach żółciowych.</li> <li>• Samorozprężalny, nie skręcający się stent nitinolowy zapewnia odporność na ściskanie i z łatwością dostosowuje się do anatomii przewodu żółciowego bez zapadania.</li> <li>• Na obu końcach stentu znajdują się cieniódajne znaczniki, ułatwiające uwidocznienie położenia stentu podczas fluoroskopii - cztery złote markery położone z obu końców stentu</li> <li>• Koszulka Flexor 6Fr zapewnia maksymalną elastyczność bez splątania lub nacisku,</li> <li>• Końcówka „shelf-less” przeznaczona do płynniejszego usuwania koszulki przez umieszczony stent, Dostarczany jałowy, do jednorazowego użytku</li> </ul>  | szt. | 2 | 3 200,00 | 6 400,00 | 8% | 3 456,00 zł | 6 912,00 zł | <p>Cook Ireland / Stent zestaw / ZIB6-40-8-4.0 ZIB6-40-8-6.0 ZIB6-40-8-8.0 ZIB6-40-9-4.0 ZIB6-40-9-6.0 ZIB6-40-9-8.0 ZIB6-40-10-4.0 ZIB6-40-10-6.0 ZIB6-40-10-8.0 ZIB6-40-12-6.0 ZIB6-40-12-8.0</p> |

|     |  |      |   |         |               |    |             |             |  |
|-----|--|------|---|---------|---------------|----|-------------|-------------|--|
| 21. | Zestaw do drenażu przezskórnego, rozmiar 14 FR, długość 18 cm, dwukanałowy mechanizm umożliwia przepłukiwanie podczas drenażu; w zestawie dodatkowo mandryn trokaro-wy, przewód, connecting tube z kranikiem umożliwiającą przedłużenie drenu i podłączenie go do worka, połączenie obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwa-rantującego gładką powierzchnię, możliwość założenia cewnika metodą Seldingera lub jednostopniową, zapakowany sterylnie, opakowanie typu folia-papier | szt. | 1 | 950,00  | 950,00        | 8% | 1 026,00 zł | 1 026,00 zł | Cook Inc. / Zestaw do drenażu / RMSU-14-18-ACL<br>RMSU-16-18-ACL |
|     |  |      |   | RAZEM : | 104 576,00 zł |    |             |             | 112 942,08 zł  |