

Deklaracja zgodności

Wytwórca: PHU Technomex Sp. z o.o.
Ul. Szparagowa 15
44-141 Gliwice
Polska

Niniejszym deklarujemy, że urządzenia:

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH (MODEL 1110T/ 1110E/ PIZARRO/ PIZARRO BASIC)

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH (MODEL CASTILLO / CASTILLO BASIC / 1114T / 1114E)

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA (MODEL 1115T / 1115EZ / KOLUMB, KOLUMB BASIC)

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH I GÓRNYCH (MODEL 1116T / 1116E, 1117T / 1117E)

Numer seryjny

Klasy: **IIa, reguła 9 zgodnie z aneksem IX Dyrektywy 93/42/EEC**

Ujęte w dokumentacji technicznej są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i klauzulami Dyrektywy 93/42/EEC oraz Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku i związanymi z nią rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

Procedura zapewnienia zgodności: Aneks V Dyrektywy 93/42/EEC

Jednostka notyfikowana: TÜV Rheinland LGA Product GmbH (No 0197)
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany



PREZES

Janusz Franczyk

Gliwice, 06.07.2020 r.