

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3: Urządzenie do drenażu limfatycznego szt.1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie Urządzenia _Urządzenie do drenażu limfatycznego szt.1_zwanego dalej „sprzętem” dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.
2. Wymogi medyczne i warunki techniczne przedmiotu zamówienia Zamawiającego podał poniżej w niniejszym załączniku do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - a) Dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia w miejscu dostawy.
 - b) Udzielenie gwarancji, jakości dla nowego sprzętu na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
 - c) Zapewnienie w cenie oferty serwisu i obowiązkowych przeglądów przez cały okres gwarancji i rękojmi dla oferowanego sprzętu, wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami przepisów prawnych, ale nie rzadziej niż raz do roku, potwierdzonymi wpisem do paszportu technicznego urządzeń.
 - d) Dostarczenie instrukcji obsługi (w języku polskim) oraz przeprowadzenie szkolenia (w języku polskim) minimum 7 pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu w miejscu dostawy.
1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Sprzęt należy dostarczyć, zamontować i uruchomić w terminie wymaganym: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy sprzętu.
4. Oferowany Sprzęt musi być oznakowany znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.
5. Sprzęt wymagany fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondukcjonowanych , po demonstracyjnych , itp.

II. OPIS TECHNICZNY – WARUNKI GRANICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Urządzenie do drenażu limfatycznego szt. 1

1. Nazwa producenta:
BTL Industries Limited
2. Nazwa i typ Sprzętu:
BTL-6000 Lymphastim 12 Toplevel
3. Kraj pochodzenia:
Wielka Brytania

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie „Parametr oferowany”, przy czym:

- a) W przypadku, gdy Zamawiający wymaga podania parametru w formie wartości liczbowej, Wykonawca winien podać wartość cyfrowo;
- b) W przypadku, gdy Zamawiający wymaga podania parametru w formie wartości słownej, Wykonawca winien podać wartość słownie, wpisując odpowiednie sformułowanie lub opis;
- c) W przypadku, gdy Zamawiający wymaga określenia czy sprzęt posiada lub nie posiada danego parametru, Wykonawca winien wpisać odpowiednio TAK lub NIE;

Oferta Wykonawcy, który nie wpisze żadnej wartości odpowiednio liczbowej/słownej/sformułowania TAK lub NIE, w obrębie poszczególnych parametrów, wpisze wartość parametru powyżej maksimum lub poniżej minimum (w zależności od parametru) określonego przez

Zamawiającego lub wpisze, że sprzęt nie posiada parametru, w przypadku, gdy będzie on obligatoryjny, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

L.P.	OPIS PARAMETRU / WARUNKU	Parametr wymagany	Parametr oferowany/ podać	Parametr oceniany
I INFORMACJE OGÓLNE				
1	Producent	TAK, podać	BTL Industries Limited	bez oceny
2	Kraj pochodzenia	TAK, podać	Wielka Brytania	bez oceny
3	Model	TAK, podać	BTL-6000 Lymphastim 12 Topline	bez oceny
4	Rok produkcji nie starszy niż 2023	TAK, podać	Tak, rok produkcji 2024	bez oceny
II PARAMETRY PODSTAWOWE				
1	Aparat do masażu uciskowego - 12 komorowy	TAK, podać	TAK, aparat do masażu uciskowego - 12 komorowy	Wymagane
2	Gotowe protokoły terapeutyczne min. 26 programy	TAK, podać	TAK, 26 gotowych protokołów terapeutycznych	Wymagane
3	Programy napełniania komór min. 15	TAK, podać	TAK, programy napełniania komór - 15	Wymagane
4	Gradient intensywności płynnie regulowany w zakresie 0% do 100%	TAK, podać	TAK, gradient 0 - 100% płynna regulacja	Wymagane
5	Regulowane ciśnienie w zakresie 20 - 160 mmHg +/- 5 mmHg	TAK, podać	TAK, regulowane ciśnienie w zakresie 20-160 mmHg	Wymagane
6	Wymiary aparatu 320 x 190 x 280 mm +/- 20mm	TAK, podać	TAK, wymiary aparatu 320 x 190 x 280 mm	Wymagane
7	Waga aparatu max 7,5 kg	Tak	Tak	Wymagane
8	Zasilanie 100–240 V, 50–60 Hz	Tak	Tak	Wymagane
9	Ekran dotykowy 5,7" +/- 0,5"	Tak	Tak	Wymagane
10	Mankiety: 2 x 10 komorowe na nogi, 2 x 8 komorowe na ręce	Tak	Tak	Wymagane
11	Złącze do podłączenia dwóch mankietów na kończyny górne lub na kończyny dolne	Tak	Tak	Wymagane
12	Automatyczne identyfikacja mankietów	Tak	Tak	Wymagane
13	Automatyczne opróżnianie mankietów po zakończonym zabiegu	Tak	Tak	Wymagane
14	Możliwość tworzenia i zapisywania min. 500 własnych programów	Tak	Tak	Wymagane
15	Indywidualne dopasowane ciśnienie każdej komory	Tak	Tak	Wymagane
16	Widoczne na ekranie parametry aktywnych komór	Tak	Tak	Wymagane
17	Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych	Tak	Tak	Wymagane

18	Instrukcja w języku polskim	Tak	Tak	Wymagane
----	-----------------------------	-----	-----	----------

IV GWARANCJA I SERWIS				
1	Oświadczenie (wraz z kopią deklaracji zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważne deklaracje zgodności CE	TAK, załączyć do oferty	TAK	bez oceny
2	Instrukcja obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie sprzętu.	TAK	TAK	bez oceny
3	Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji dla oferowanego urządzenia (podać)	TAK	TAK	bez oceny
4	Wykonanie nieodpłatne obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu oraz przepisami prawa w cenie oferty nie rzadziej niż raz w roku	TAK	TAK	bez oceny
5	Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail.	TAK, podać	TAK, siedziba autoryzowanego serwisu: BTL Polska Sp. z o.o. Ul. Leonidasa 49,02-239 Warszawa Tel: +48 22 667 02 76 mail: serwis@btlnet.pl	bez oceny
6	Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 7 dni roboczych.	TAK, podać	TAK, czas usunięcia awarii w ramach gwarancji – 7 dni roboczych	bez oceny
7	Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem)	Tak	Tak	bez oceny
8	Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji.	Tak	Tak	bez oceny
9	Czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych.	TAK, podać	TAK, czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych.	bez oceny
10	Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu.	TAK, podać	TAK, gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych –10 lat od daty dostarczenia Sprzętu.	bez oceny
11	W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego typu (techniczne lub wynikające z wad ukrytych) powodują wymianę elementów na nowe.	TAK, podać	TAK, w okresie gwarancji 3 naprawy tego samego typu (techniczne lub wynikające z wad ukrytych) powodują wymianę elementów na nowe.	bez oceny

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (Sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług.

Warszawa, 13/02/2024
miejscowość i data

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF