

Użytkownicy preparatu Aseptanios AD

Wasz znak:

Nasz znak: HC/AK/2024/02/14/pz

Tel./Fax: 12-26-16-100

Data: 14.02.2024 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od producenta, preparat Aseptanios AD w opakowaniu 2L jest kompatybilny z urządzeniem Aerosept Ultra 150, natomiast preparat Aseptanios AD w opakowaniu 5L jest kompatybilny z urządzeniami Aerosept 500 oraz Aerosept 500M.

Z wyrazami szacunku,

Ecolab Sp. z o.o.
Healthcare



Aleksandra Krzciuk
Marketing Associate



Magdalena Dubińska-Rejent
Clinical Affairs Associate, Healthcare Europe