



## Bariatryczne łóżko regulowane elektrycznie

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Bariatryczne łóżko szpitalne regulowane elektrycznie	TAK
2	Długość całkowita łóżka	2200mm
3	Szerokość całkowita łóżka	960mm
4	Długość leża	2000mm
5	Szerokość leża	820mm
6	Dopuszczalne obciążenie robocze (pacjent + wyposażenie)	350kg
7	Funkcje łóżka regulowane za pomocą siłowników elektrycznych: - zmiana wysokości leża - regulacja kąta uniesienia segmentu pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu ud - przechyły wzdłużne	TAK
8	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję. Podstawa łóżka niezabudowana, bez wiszących kabli.	TAK
9	Czterosegmentowe leże wypełnione stalowymi panelami z otworami wentylacyjnymi	TAK
10	Zakres wysokości	420-620mm
11	Sterowanie łóżka za pomocą wodoodpornego pilota przewodowego	TAK
12	Łóżko wyposażone w centralny hamulec	TAK
13	Podwójne koła z centralną blokadą	TAK
14	Możliwość instalacji lampki nocnej w tulejach umiejscowionych w rogu łóżka	TAK