

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60
www.stryker.com

Warszawa, dn. 21.02.2024

OŚWIADCZENIE

W imieniu producenta Stryker Polska Sp. z o.o., potwierdzam, następujące parametry:

Łóżko SV2

- Pkt 22 – Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi

Fotel Prime TC

- Pkt 5 - Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym w celu ułatwionej widoczności wszelkich zabrudzeń.
- Pkt 6 - Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów, łączeń i dodatkowej tapicerki, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji.
- Pkt 22- Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy 12 cm

Wózek ST1-X

- Pkt 26 - Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0° - 90°.
- Pkt 27 - Możliwość uniesienia całego segmentu nóg w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety
- Pkt 31 - Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża
- Pkt 34 - Materac z certyfikatem ognioodporności (niepalności) wydany przez jednostkę niezależną spełniający normy EN597-1 i EN597-2 lub normy równoważne (do przedłożenia na żądanie)
- Pkt 35 - Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.

Z poważaniem,

Marianna Ślawińska

Marianna Sławińska.
Stryker Polska Sp. z o. o.
Senior Field Marketing Associate

Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. Tel.: +48 22 429 55 50, Fax: +48 22 429 55 60
NIP: 952-00-15-337 REGON: 011207155 KRS: 0000127018 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał Zakł.: 32 050 000,00 PLN