

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 14.06.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup, dostawę, montaż, uruchomienie aparatu RTG (mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy) -2 szt. w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”.

- I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy SWZ:

Punkt 6.2, wykaz dokumentów na wezwanie, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymogu, co do dokumentów, wymaganych zgodnie z punktem 6.2 SWZ, pozycja 10. 2) i 10.3). Jakiego rodzaju dokumenty Zamawiający uzna za spełniające wskazany warunek? Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia Wykonawcy, iż nie figuruje w wykazach, wskazanych w poz. 10.2) i 10.3)?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia Wykonawcy, iż nie figuruje w wykazach, wskazanych w poz. 10.2) i 10.3).

Pytanie nr 2:

Dotyczy SWZ:

Punkt 11.8, poz. 4.b) oraz Załącznik nr 1, pkt 25 (Konsola technika)

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 11.8 SWZ, poz. 4.b) oraz w punkcie 25 (Konsola technika) Załącznika nr 1, jeśli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest podmiotem posiadającym autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych w zakresie sprzętu objętego niniejszym postępowaniem?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 11.8 SWZ, poz. 4.b) oraz w punkcie 25 (Konsola technika) Załącznika nr 1, jeśli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest podmiotem posiadającym

autoryzację producenta do świadczenia usług serwisowych w zakresie sprzętu objętego niniejszym postępowaniem.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu wyposażonego w blokadę napędu aparatu zabezpieczającą przed jego niepowołanym uruchomieniem za pomocą kodu pin. Niepowołany dostęp do oprogramowania aparatu jest zabezpieczony hasłem logowania – zatem całościowo funkcjonalność jest analogiczna do wymaganej.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w blokadę napędu zabezpieczającą przed jego niepowołanym uruchomieniem za pomocą kodu pin z jednoczesnym zabezpieczeniem do oprogramowania aparatu hasłem logowania.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu wyposażonego w generator o mocy 30 kW. O ile w przypadku obrazowania analogowego dostępność wyższych wartości parametrów ekspozycji miała istotne znaczenie dla kontrastu obrazu, o tyle w przypadku obrazowania w pełni cyfrowego, gdzie dostępne są algorytmy przetwarzania obrazu oraz dynamiczna regulacja jasności i kontrastu wykonanego zdjęcia, parametry ekspozycji są ograniczane ze względu na minimalizację dawki. Ze względu na możliwość cyfrowej obróbki postprocessingowej nie powoduje to utraty jakości diagnostycznej wykonanego zdjęcia.

Zastosowanie generatora o wyższej mocy powoduje również konieczność zastosowania większych i cięższych akumulatorów aparatu (Zamawiający dopuszcza aparat o masie aż 600 kg – znacząco więcej niż dostępne na rynku aparaty mobilne RTG) co może powodować ograniczenia przy transporcie aparatu.

Oferowany aparat dysponuje również detektorem o dużo wyższej czułości (współczynnik DQE) niż wymagana przez Zamawiającego – co również ma wpływ na możliwość wykorzystania niższych parametrów ekspozycji.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga aby moc generatora wynosiła min. 40 kW. Wartość ta jest typowa dla aparatów RTG.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 5:

Zgodnie z powyższą argumentacją, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu dysponującego zakresem napięcia generatora od 50 kV do 125 kV.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wymaga aby zakres napięcia generatora wynosił min. 40 kV do min. 150 kV. W trudnych przypadkach klinicznych rozwiązuje to problem z ilością artefaktów ruchowych przez skrócenie czasu ekspozycji. Zakres ten jest typowy dla aparatów RTG.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 6:

Zgodnie z powyższą argumentacją, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu dysponującego zakresem regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji 0,2 – 630 mAs.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza aby zakres iloczynu prądu i czasu ekspozycji w aparacie wynosił 0,2 – 630 mAs

Pytanie nr 7:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 7:

Zgodnie z powyższą argumentacją, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu dysponującego maksymalną wartością prądu równą 300 mA.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający wymaga zakresu wartości prądu zgodnie z Specyfikacją Techniczną Zamówienia. Zapewnia to odpowiednią dużą moc przy krótkim czasie ekspozycji, co jest parametrem optymalnym dla pacjentów.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 8:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu dysponującego minimalnym czasem ekspozycji równym 4 ms. Zarówno wymagany jak i oferowany czas ekspozycji jest na tyle krótki, że nie będzie powodował powstawania artefaktów ruchowych na uzyskanych obrazach.
Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 8 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna - generator, kolumna i wymaga wartości minimalnej czasu ekspozycji nie większej niż 1 ms, co jest typowe dla aparatów RTG. Rozwiązuje to problem z ilością artefaktów ruchowych.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 13:

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że parametr maksymalnej szerokości aparatu ma bardzo duży wpływ na łatwość manewrowania aparatem w wymagającym środowisku szpitalnym (wąskie korytarze, windy, konieczność manewrowania przy łózkach szpitalnych). Innym bezpośrednio związanym z szerokością urządzenia parametrem jest średnica zawracania aparatu – pomimo posiadania przez aparat własnego napędu ma ona ogromny wpływ na łatwość codziennego użytkowania aparatu.

Wartość parametru wymaganego przez Zamawiającego jest znacząco wyższa od standardów obowiązujących na rynku nowoczesnych aparatów mobilnych RTG, zatem proponujemy wprowadzenie punktacji oraz premiowanie rozwiązań ułatwiających codzienną pracę Technika z aparatem:

13.	Szerokość aparatu ≤ 67 cm	TAK ≤ 56 cm – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt	
-----	---------------------------	--	--

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wprowadza zmian punktacji w Specyfikacji Technicznej Zamówienia dla aparatu RTG.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 14:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu dysponującego maksymalną wysokością aparatu w pozycji transportowej wynoszącą 194 cm, wyposażonego w nieskładaną kolumnę lampy RTG. Kolumna lampy jest bardzo wąska, nie zasłania widoku podczas transportu aparatu. Jednocześnie rozwiązanie tego typu charakteryzuje się większą sztywnością i lepszym podparciem ciężkiego elementu jakim jest lampa RTG. Jest jednocześnie mniej podatne na uszkodzenie komponentów mechanicznych i elektronicznych co znacząco obniża późniejsze potencjalne koszty serwisowania tego elementu.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie maksymalnej wysokości aparatu w pozycji transportowej złożonej o 20% od podanej w Specyfikacji Technicznej Zamówienia.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 19:

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że tak określone wymaganie nie odzwierciedla sposobu pracy i wykorzystania mobilnego aparatu RTG. 3,5 h ciągłej jazdy przy prędkości 5km/h daje przejazd dystansu 17,5 km co w warunkach pracy wewnątrz budynku szpitala nigdy nie będzie miało miejsca.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania i potwierdzenie spełnienia wymogu zdefiniowanego w tym punkcie przez aparat pozwalający na wykonanie 50 badań w ciągu 6 godzin przy założeniu wykonania 100 ekspozycji, średniego czasu badania wynoszącego 5 minut oraz całkowitego czasu jazdy wynoszącego 20 minut.

Tak określony scenariusz pozwala Zamawiającemu na odniesienie danych technicznych aparatu do realnego sposobu pracy aparatu i jego wykorzystania w środowisku szpitalnym.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 19 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna - generator, kolumna ze względu na specyfikę funkcjonalną i architektoniczną jednostki.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

12. dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 20:

Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z tego wymagania w całości. Nie tylko wskazuje ono rozwiązanie będące charakterystyczne dla jednego producenta ograniczając konkurencyjność ofert, ale całkowicie przeczy również założeniom mobilnego aparatu RTG – energia zmagazynowana w akumulatorach aparatu powinna być w całości dostępna dla możliwości ekspozycji oraz poruszania aparatu i wykorzystywana efektywnie w zależności od potrzeb, czym cechuje się oferowane przez nas rozwiązanie. Możliwość poruszania się mobilnego aparatu RTG bez możliwości ekspozycji lub odwrotnie – ekspozowania bez możliwości poruszania nie daje żadnej realnej przewagi.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 20 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna - generator, kolumna ze względu na całościowe bezpieczeństwo zasilania aparatu. Rozwiązanie to jest typowe dla aparatów RTG u kilku producentów.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 21:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania i potwierdzenie spełnienia wymogu zdefiniowanego w tym punkcie przez aparat pozwalający na wykonanie 50 badań w ciągu 6 godzin przy założeniu wykonania 100 ekspozycji, średniego czasu badania wynoszącego 5 minut oraz całkowitego czasu jazdy wynoszącego 20 minut.

Zdefiniowanie ilości energii zmagazynowanej w akumulatorach aparatu nie jest miarodajnym parametrem ponieważ różne aparaty charakteryzują się różnym poborem energii podczas pracy.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 21 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna - generator, kolumna ze względu na bezpieczeństwo zasilania aparatu. Rozwiązanie to jest typowe dla aparatów RTG u kilku producentów.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Charakterystyka ogólna - generator, kolumna, pkt 24:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu dysponującego wyłącznie sterowaniem ruchem kolumny lampy RTG, obrótem wokół osi pionowej i poziomej, pochyleniem, wysuwem umiejscowionym na kolimatorze.

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 24 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna - generator, kolumna.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Lampa, pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający pojemność cieplną anody wynoszącą 140 kWh? Aparat został zaprojektowany z myślą o najwyższej jakości obrazowania przy jak najmniejszej dawce dzięki czemu anoda lampy nie jest narażona na konieczność absorpcji dużych energii. Jednocześnie lampa RTG spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego zdefiniowane w punktach 1 – 7.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 4 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna - Lampa.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Lampa, pkt 9:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna to wymaganie za spełnione dla aparatu rtg z filtrem pediatrycznym przezroczystym, będącym ekwiwalentem filtra pediatrycznego zespolonego 1 mm aluminium + 0,1 (lub 0,2) mm miedzi. Filtr jest wsuwany w prowadnice kolimatora i nie przesłania wiązki światła kolimatora. Filtry mogą być także stosowane do badań pacjentów dorosłych, ponieważ usuwając miękkie składowe wiązki promieniowania poprawiają kontrast obrazu i zwiększają widoczność szczegółów oraz zmniejszają dawkę pochłoniętą przez skórę.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna – Lampa. Rozwiązanie to jest typowe dla aparatów RTG u kilku producentów.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Lampa, pkt 10:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego oświetlenie pola ekspozycji typu halogenowego. Typ zastosowanego oświetlenia wynika bezpośrednio z konstrukcji kolimatora i nie ma wpływu na własności użytkowe aparatu.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 10 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna – Lampa. Rozwiązanie to jest typowe dla aparatów RTG u kilku producentów.

Pytanie nr 18:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, Lampa, pkt 12:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu wynoszący 111 cm.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 12 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna – Lampa. Rozwiązanie to jest typowe dla aparatów RTG u kilku producentów.

Pytanie nr 19:**Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:****dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE typu 35x43, pkt 1:**

Zwracamy uwagę Zamawiającego na posiadaną przez większość producentów wysokiej klasy aparatów RTG możliwość współdzielenia detektorów między aparatami mobilnymi a także wykorzystanie detektorów w aparatach stacjonarnych. Możliwość współdzielenia detektora oraz wykorzystania tych samych algorytmów przetwarzania obrazu zwiększa wydajność pracy, niezawodność stosowanego rozwiązania jak również zapewnia tożsame parametry obrazowania.

W celu pozyskania przez Zamawiającego najnowocześniejszych rozwiązań proponujemy wprowadzenie punktacji premiującej możliwość współdzielenia detektorów nowych aparatów z aparatami mobilnymi posiadanymi przez Zamawiającego:

1.	Detektor bezprzewodowy	TAK Możliwość współdzielenia detektora (pełna zastępowalność) z aparatami mobilnymi posiadanymi przez Zamawiającego – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt	
----	------------------------	--	--

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 1 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna – DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE typu 35x43. Zamawiający nie wprowadza zmian punktacji w Specyfikacji Technicznej Zamówienia dla aparatu RTG.

Pytanie nr 20:**Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:****dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE typu 35x43, pkt 3:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione i dopuści do postępowania aparat posiadający zaawansowaną konstrukcję obudowy detektora zapewniającą ochronę przed wnikaniem wody (rozbryzg płynu niezależnie od kierunku padania) zgodnie z inną niż aktualnie wymagana metodologią pomiarową wynoszącą IPX4.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat posiadający zaawansowaną konstrukcję obudowy detektora zapewniającą ochronę przed wnikaniem wody (rozbryzg płynu niezależnie od kierunku padania) zgodnie z inną niż aktualnie wymagana metodologią pomiarową która spełni warunek minimum IP43.

Pytanie nr 21:**Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:****dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE typu 35x43, pkt 6, 7:**

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że rozmiar pojedynczego piksela detektora ma decydujące znaczenie dla wydajności i dokładności obrazowania. Wartości parametrów DQE, MTF oraz właśnie rozmiaru pojedynczego piksela mają bezpośredni wpływ na jakość obrazowania niewielkich obiektów i struktur oraz parametr rozdzielczości obrazowej detektora. Obecnie wymagana wartość wielkości piksela wynosząca 160 μm znacząco odbiega od najnowocześniejszych rozwiązań oferowanych obecnie na rynku detektorów cyfrowych.

W celu pozyskania przez Zamawiającego najnowocześniejszych rozwiązań proponujemy wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

6.	Wielkość piksela $\leq 160 \mu\text{m}$	TAK $\leq 124 \mu\text{m} - 10 \text{ pkt}$ Pozostałe - 0 pkt	
7.	Rozdzielczość detektora min. 5,6 mln pikseli	TAK $\geq 15 \text{ mln pikseli} - 10 \text{ pkt}$ Pozostałe - 0 pkt	

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 6, 7 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna – DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE typu 35x43. W tabeli podane są wartości graniczne. Zamawiający nie wprowadza zmian punktacji w Specyfikacji Technicznej Zamówienia dla aparatu RTG.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE typu 35x43, pkt 9:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu wyposażonego w detektor o wadze z bateriami wynoszącej 3,2 kg. Różnica między parametrem wymaganym a oferowanym jest niewielka i nie będzie miała wpływu na codzienną eksploatację aparatu.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat posiadający płaski detektor o wadze z bateriami wynoszącej 3,2 kg.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

23. dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE typu 35x43, pkt 14:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego detektor o maksymalnej ilości ekspozycji na jednym ładowaniu baterii wynoszącej 240. Różnica między parametrem wymaganym a oferowanym nie wpływa na parametry kliniczne i użytkowe aparatu ponieważ detektor jest bezustannie ładowany w dedykowanej kieszeni aparatu a wyciągany jest tylko na krótki czas wykonania ekspozycji.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat posiadający detektor o maksymalnej ilości ekspozycji na jednym ładowaniu baterii wynoszącej 240.

Pytanie nr 24:**Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:****24. dotyczy Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, KONSOLA TECHNIKA, pkt 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu wyposażonego we wbudowaną w aparat konsolę z dotykowym monitorem LCD o rozmiarze 15 cali, i matrycy obrazowej 1024 x 768 pikseli, umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu, wybór i zmiana parametrów generatora. Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie. Oprogramowanie obrazowe konsoli producenta aparatu.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 1 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna – KONSOLA TECHNIKA. Wymóg jest typowy dla większości rozwiązań a aparatach RTG.

Pytanie nr 25:**Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:****dotyczy Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, KONSOLA TECHNIKA, pkt 7:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że uzna to wymaganie za spełnione w przypadku zaoferowania aparatu wyposażonego w system operacyjny oparty na środowisku Linux. System tego typu zapewnia dużo wyższą stabilność i niezawodność pracy aparatu. Jednocześnie nie ma żadnej różnicy w obsłudze aparatu dla użytkownika – korzysta on z dedykowanej aplikacji do obsługi i nie ma kontaktu z systemem operacyjnym urządzenia.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w system operacyjny oparty na środowisku Linux.

Pytanie nr 26:**Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:****dotyczy Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, KONSOLA TECHNIKA, pkt 12:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione oraz dopuści do postępowania aparat umożliwiający przenoszenie obrazów z jednego pacjenta do drugiego wraz z manualną możliwością wykonania ponownego processingu obrazu pod kątem projekcji i anatomii docelowej.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w pkt. 12 Specyfikacji Technicznej Zamówienia w części Charakterystyka ogólna – KONSOLA TECHNIKA.

Pytanie nr 27:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, KONSOLA TECHNIKA, pkt 15:

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wymóg ten premiuje rozwiązania manualne, wymagające interakcji użytkownika i ręcznego wyboru punktu na obrazie (ROI). Tymczasem najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na rynku aparatów RTG realizują analogiczną funkcjonalność (mającą szczególne zastosowanie w przypadku konieczności poprawy wizualizacji rur i cewników) w pełni automatycznie. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna punkty dodatkowe aparatowi wyposażonemu funkcję automatycznego dostosowania jasności i kontrastu obrazu w celu lepszej wizualizacji rur i cewników.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający nie wprowadza zmian punktacji w Specyfikacji Technicznej Zamówienia dla aparatu RTG.

Pytanie nr 28:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

dotyczy Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG, KONSOLA TECHNIKA, pkt 24:

Czy Zamawiający wymaga podłączenia do systemu RIS? Jeżeli tak, prosimy o podanie nazwy dostawcy systemu oraz informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje.

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający wymaga zgodnie z Specyfikacją Techniczną Zamówienia spełnienia zawartych warunków w pkt. 24 - „Wymagane podłączenie (wraz z konfiguracją i sprawdzeniem poprawności działania) aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS firmy PIXEL oraz dostarczenie wszelkich niezbędnych licencji w tym zakresie.”

Pytanie nr 29:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §2 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracamy uwagę, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych na podstawie art. 471 k.c. - za skutki zdarzeń, które występują w związku z realizacją umowy lub w trakcie tej realizacji, wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy na zasadzie winy. Nie jest uzasadnione obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za przypadek (Wykonawca nie „gwarantuje” realizacji świadczeń w ramach umowy, a „zobowiązuje się” do wykonania).

W związku z tym, Wykonawca wnosi o zmianę §2 ust. 2:

*„Wykonawca **zobowiązuje się**, że elementy i wyposażenie, służące do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku, nieużywane, kompletne, niepowystawowe, nieużywane do*

demonstracji, nierekondycjonowane, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w „Zestawienie parametrów technicznych” oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiących integralną część umowy oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego używania.”

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §2 ust. 2 na:

„Wykonawca zobowiązuje się, że elementy i wyposażenie, służące do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku, nieużywane, kompletne, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, nierekondycjonowane, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w „Zestawienie parametrów technicznych” oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiących integralną część umowy oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego używania.”

→ Patrz: Zał. nr 4 po zmianach z dn. 14.06.2023r.

Pytanie nr 30:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §2 ust. 8 i 9 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w postanowieniach ust. 8 oraz ust. 9 odnoszą się bezpośrednio do odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w postanowieniach ust. 8 oraz ust. 9 odnoszą się bezpośrednio do odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 31:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §6 ust. 3 wzoru umowy:

Wykonawca podnosi, iż nie dysponuje faktyczną możliwością pełnego zabezpieczenia sprzętu przed działaniem i zaniechaniem osób trzecich lub zdarzeń niezależnych od Wykonawcy na terenie Szpitala, pozostającego niewątpliwie pod zarządem i w dyspozycji Zamawiającego, stąd też prosimy o modyfikację postanowienia ust. 3:

„Do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie przedmiotu Umowy przed utratą lub uszkodzeniem.”

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 3 na:

„Do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie przedmiotu Umowy przed utratą lub uszkodzeniem.”

→ Patrz: Zał. nr 4 po zmianach z dn. 14.06.2023r.

Pytanie nr 32:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §6 ust. 6 lit. a) i c) wzoru umowy:

Wykonawca wnosi o uwzględnienie w ramach postanowienia rzeczywistego czasu potrzebnego na usunięcie wad/usterek, uwzględniającego kwestie techniczne, technologiczne oraz logistyczne. Termin usunięcia ewentualnych wad czy usterek nie powinien wynikać wyłącznie z uznaniowej decyzji Zamawiającego, który może nie posiadać wiedzy specjalistycznej, ile czasu jest niezbędne na podjęcie i przeprowadzenie czynności. Także stanowisko Wykonawcy powinno zostać w takiej sytuacji uwzględnione. Jednocześnie do odstąpienia nie powinno dojść, gdy sprzęt zostanie przywrócony do stanu zgodnego z umową.

W związku z powyższym prosimy o zmianę pkt a) i c):

*„a) Jeśli wady nie nadają się do usunięcia **w inny sposób jak tylko niżej wskazany** lub, jeśli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu Umowy po raz drugi. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie **wspólnie ustalonym przez Strony, uzasadnionym technicznie i logistycznie, nie krótszym niż 5 dni roboczych**. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, pod warunkiem, że **w dacie odstąpienia wady nie zostały przez Wykonawcę nadal usunięte**.*

(....)

*c) Jeśli wady nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem i zawartą umową, Wykonawca usunie wady w terminie **wspólnie ustalonym przez Strony, uzasadnionym technicznie i logistycznie, nie krótszym niż 5 dni roboczych**.”*

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 6 lit. a) i c) na:

*„a) Jeśli wady nie nadają się do usunięcia **w inny sposób jak tylko niżej wskazany** lub, jeśli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu Umowy po raz drugi. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie **wspólnie ustalonym przez Strony, uzasadnionym technicznie i logistycznie, nie krótszym niż 5 dni roboczych**. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, pod warunkiem, że **w dacie odstąpienia wady nie zostały przez Wykonawcę nadal usunięte**.*

(....)

*c) Jeśli wady nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem i zawartą umową, Wykonawca usunie wady w terminie **wspólnie ustalonym przez Strony, uzasadnionym technicznie i logistycznie, nie krótszym niż 5 dni roboczych**.”*

→ Patrz: Zał. nr 4 po zmianach z dn. 14.06.2023r.

Pytanie nr 33:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §6 ust. 7 wzoru umowy:

Wykonanie zastępcze stanowi zgodnie z art. 480 k.c. **wyjątek** od osobistej realizacji zobowiązania przez dłużnika. Co do zasady wymaga także upoważnienia sądu.

W związku z uwagami dot. §6 ust. 6, podkreślając jednocześnie, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za skutki działań/zaniechań podmiotu trzeciego **wybranego** jednostronnie przez Zamawiającego i jego profesjonalizm (zob. skutki wynikające z art. 433 pkt 3) ustawy Pzp), prosimy o zmianę postanowienia zgodnie z propozycją:

*„W przypadku niecierpiącym zwłoki i jednoczesnym braku wywiązania się z konieczności naprawy wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, opisanych w „Protokole Zdawczo - Odbiorczym” w terminie **wspólnie ustalonym przez Strony, uzasadnionym technicznie i logistycznie, nie krótszym niż 5 dni roboczych**, Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy zlecić wykonanie naprawy wad innemu podmiotowi, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy.”*

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 7 na:

*„W przypadku niecierpiącym zwłoki i jednoczesnym braku wywiązania się z konieczności naprawy wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, opisanych w „Protokole Zdawczo - Odbiorczym” w terminie **wspólnie ustalonym przez Strony, uzasadnionym technicznie i logistycznie, nie krótszym niż 5 dni roboczych**, Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy zlecić wykonanie naprawy wad innemu podmiotowi, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy.”*

→ Patrz: Zał. nr 4 po zmianach z dn. 14.06.2023r.

Pytanie nr 34:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §8 ust. 6 wzoru umowy

Wykonawca wnosi o wykreślenie drugiej części postanowienia: **„wyklucza żądanie przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich dostaw i prac.”**

Pierwsza część postanowienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego. Jednocześnie nie można wykluczyć wystąpienia sytuacji, w których na podstawie obowiązujących przepisów prawa możliwe będzie zwrócenie się przez Wykonawcę w wyjątkowych okolicznościach o modyfikację wynagrodzenia.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §8 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 35:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §9 ust. 6

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urzędzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmiami w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co

najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania kolejnego do § 9 ust. 6 i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania kolejnego następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zdania kolejnego w §9 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 36:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §9 ust. 25

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. Zwracamy uwagę, iż zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

→ Patrz: Zał. nr 4 po zmianach z dn. 14.06.2023r.

Pytanie nr 37:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §12 ust. 1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz ok. 10% wartości umowy w przypadku odstąpienia. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §12 ust. 1 lit. a) i d) na:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 14 dni i 0,2 % wartości brutto umowy odpowiednio za każdy następny dzień zwłoki, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 15 dni, to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu pkt 4 niniejszego paragrafu, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 45 dni od upływu ostatniego, piętnastego dnia zwłoki;

(...)

d) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto umowy,

→ Patrz: Zał. nr 4 po zmianach z dn. 14.06.2023r.

Pytanie nr 38:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §12 ust. 4

Prosimy o usunięcie postanowienia § 12 ust. 4 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 12 ust. 4 projektu umowy.

→ Patrz: Zał. nr 4 po zmianach z dn. 14.06.2023r.

Pytanie nr 39:

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §14 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy:

Wykonawca proponuje, aby w ramach zapisów umowy, przewidziana została możliwość zapobiegania potencjalnym przypadkom jej zerwania poprzez ustanowienie procedury naprawczej, umożliwiającej prawidłową realizację przedmiotu kontraktu. Zaznaczamy, że odstąpienie będzie skutkowało potrzebą poszukiwania innego Wykonawcy po nowej, zapewne wyższej cenie.

Wykonawca proponuje w związku z powyższym zmianę postanowienia ust. 1 poprzez dodanie zdania ostatniego zgodnie z poniższym:

*„Odstąpienie na podstawie **lit. b) lub c)** zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy i wyznaczeniem mu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, na podjęcie działań naprawczych i poinformowanie o nich Zamawiającego.”*

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia § 14 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie lit. f) o treści:

*„f) odstąpienie na podstawie **lit. b) lub c)** zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy i wyznaczeniem mu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, na podjęcie działań naprawczych i poinformowanie o nich Zamawiającego.”*

→ Patrz: Zał. nr 4 po zmianach z dn. 14.06.2023r.

W związku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – zaznaczą uwagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami. Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie. UWAGA PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANE ZAPISAMI SWZ CECHY

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie załącznika nr 4:

Nowe zapisy załącznika nr 4 w załączeniu do niniejszych odpowiedzi

Załączniki :

1) Wzór umowy po zmianach z dn. 14.06.2023r.