

**Pakiet nr 2 – wyroby medyczne jednorazowego użytku – worki do zbiórki moczu w systemie zamkniętym dla Działów Medycznych.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna 4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	<p>Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym z czasem stosowania do 7 dni, pojemność 2000 ml, miękki półprzezroczysty dren nie ulegający odkształceniom o długości 100-120 cm, średnicy co najmniej 1 cm zakończony sztywnym, uniwersalnym łącznikiem do cewnika, zawór spustowy przesuwany typu T bez elementów wchodzących w strumień przepływu, zawór antyzwrotny NRV – worek nie może odkształcać się i zaginać w okolicy zaworu, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, z wysoką dokładnością pomiaru, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu. <b>Produkt jednorazowego użytku, sterylny.</b></p>	Teleflex Medical, 850412-000000	18 000	szt.	3,96 zł	71280,00	8,00%	76 982,40 zł

termin ważności :

wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 3 szt.

Zamawiający wymaga w/w próbek celem przetestowania i potwierdzenia zgodności zaproponowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

**Pakiet nr 3 – wyroby medyczne jednorazowego użytku – worki do zbiórki moczu na nogę dla Działów Medycznych.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	IŁOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	worek do zbiórki moczu na nogę z antyodparzeniową tylną ścianą o poj. 500-750 ml, z drenem umożliwiającym regulację długości	Teleflex Medical, 850344-000000	700	szt.	10,14	7098,00	8,00%	7665,84

termin ważności :

wyroby sterylne minimum dwa lata od dostawy do zamawiającego

Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 2 szt.

Zamawiający wymaga w/w próbek celem przetestowania i potwierdzenia zgodności zaproponowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.