

Bydgoszcz, 26.04.2024.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

*Dotyczy postępowania nr LAS-10-PN/7-2024.AN*

Strona | 1

**Oświadczenie dot. przedmiotowych środków dowodowych**

Ja, niżej podpisana

Patrycja Mielczarek

działając w imieniu i na rzecz

POLMIL Sp. z o.o.

(pełnomocnictwo w ofercie)

**oświadczam, że**

spółka Polmil Sp. z o.o. (dalej: wykonawca) korzysta z dyspozycji art. 99 ust 6 i 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) (dalej: UPzp) oraz punktu SWZ IV. 3 p. 1-4 Klauzula równoważności: W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zwrot „równoważny” oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkt zbliżony pod względem parametrów technicznych lub jakościowych do produktu dostarczanego przez konkretnego wykonawcę, co nie oznacza identyczności z produktem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiadanie zbliżonych cech i parametrów funkcjonalnych. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiągniętych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że

---

**POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.**

85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8b  
Tel. +48 52 348 77 17; tel. +48 52 348 67 66  
Tel. +48 52 373 49 00; fax. +48 52 348 68 24  
e-mail: polmil@polmil.pl  
NIP: 554-292-22-01, REGON: 341477838  
BDO: 000077477

**Konto:**

Bank PEKAO S.A.  
PLN 63 1240 2539 1111 0011 1035 6799  
KRS: 0000476646 SR w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 800 000 PLN

oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:

- a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), 2) Strona | 2
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- b) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- c) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje itd.),
- d) parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp.

W związku z czym wyjaśniam, że w pakiecie nr 30 w poz. 1 i 2 wykonawca zaoferował produkty o lepszych parametrach niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia tj. o pełnej skuteczności wirusobójczej w czasie do 5 minut oraz działaniu sporobójczym w czasie do 5 minut, różnica natomiast wynika z pojemności opakowania. Podobnie jak w pozycji nr 2.

Mając na uwadze powyższe potwierdzam, że zaoferowane rozwiązanie wyczerpuje opis równoważności dopuszczony w powyżej przywołanych punktach SWZ.

Poz. 1	Opis SWZ: Środek do dezynfekcji Cidex OPA 3,78 l	Zaoferowany preparat Detrol OPA
Zastosowanie	do dezynfekcji wysokiego stopnia	do dezynfekcji wysokiego stopnia
Stężenie	Gotowy do użycia	Gotowy do użycia
Substancja aktywna	0,55 % Aldehyd ortoftalowy	0,55% Aldehyd ortoftalowy
Spektrum działania	wirusy, grzyby, bakterie prątki	wirusy, grzyby, bakterie prątki, spory
Czas działania	5 minut	5 minut
Aktywność roztworu	14 dni	14 dni

Pojemność	3,78l	5L
-----------	-------	----

Poz. 2	Chemiczny test paskowy Cidex OPA op a 120 szt	Zaoferowany preparat pasek testowy do Detro OPA Strona 3
Zastosowanie	do pomiary stężenia aldehydu ortoftalowego	do pomiary stężenia aldehydu ortoftalowego
Pojemność	120 sztuk	25 sztuk

Patrycja Mielczarek, Product Manager ds. dezynfekcji