

bsi.

3389651-Test Report.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 3389651 CZĘŚĆ 2 z 2.

Keter Italia S.P.A.

DOKUMENT STANOWI WŁASNOŚĆ INTERGOS SP. Z O.O. I ZOSTAŁ UDOSTĘPNIONY DO POSTĘPOWANIA : IZP.2411.105.2024.JG. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SZTYWNYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE DLA DZIAŁÓW MEDYCZYNY ONKOLOGICZNEJ CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH


doskonałość naszym nawykiem

Wstęp

Ten raport został stworzony przez A Honeywell i odnosi się do działalności wyszczególnionej poniżej:

| Szczegóły rejestracyjne | Dane klienta |
|--|---|
| Numer działania: 3389651 Typ działania: test przesłanych próbek Data rozpoczęcia: 26/04/2021 Typ testu: bezpośredni Numer próby ID: 10196472 | Keter Italia S.P.A. Via Ing Taliercio 2 Roncadelle Di Ormelle 31024 Italy |

Raport został zatwierdzony przez Mark Manito- Team Manager

| Zatwierdzenie | |
|---|--------------------------------|
|  | Data zatwierdzenia 06 Maj 2021 |

Cel:

Bezpośredni test

Zakres produktów:

SC 30 Container Mono and Duo lid

S.C. 50 Container Mono and Duo lid

S.C. 60 container Mono and Duo lid

Podsumowanie raportu

Próbki zostały odebrane 21/04/2021, test rozpoczął się 26/04/2021.

Dostarczone próbki spełniały wymagania przeprowadzonych badań

doskonałość naszym nawykiem

TEST PRÓBEK

| NUMER PRÓBK | OZNACZENIE | OPIS |
|-------------|------------|----------------|
| 1 | 10197468 | SC 30 pojemnik |
| 2 | 10197468 | SC 50 pojemnik |
| 3 | 10197468 | SC 60 pojemnik |
| 4 | 10197468 | Mono pokrywa |
| 5 | 10197468 | Duo pokrywa |

Opis testu próbek

| Opis próbek |
|------------------------------|
| 21 z SC 30 pojemnik (żółty) |
| 21 z SC 50 pojemnik (żółty) |
| 21 z SC 60 pojemnik (czarny) |
| 21 z Mono pokrywa bez otworu |
| 21 z Duo pokrywa z otworem |

doskonałość naszym nawykiem

Wymogi testu

BS EN ISO 23907-1:2019 + tabela wyników-ochrona antyprzebiciowa- wymagania metody-
pojemniki jednorazowego użytku

| klauzula | wymagania | |
|-------------------|--|------------------|
| 4 | Wymagania | |
| 4.1 | Ogólne | zaliczony |
| 4.2 | konstrukcja | |
| 4.2.1 | Stabilność pojemnika | zaliczony |
| 4.2.2 | Wytrzymałość uchwytów | zaliczony |
| 4.2.3 | Otwór i zamknięcie (Pokrywa Duo tylko) | zaliczony |
| 4.2.3.1 | Ogólne (pokrywa Duo tylko) | zaliczony |
| 4.2.3.2 | Wymagania odnośnie otworu (pokrywa Duo tylko) | zaliczony |
| 4.2.3.3 | Wymagania odnośnie zamknięcia (pokrywa Duo tylko) | zaliczony |
| 4.2.4 | Odporność na przebijanie | zaliczony |
| 4.2.5 | Odporność na wyciek po upuszczeniu | zaliczony |
| 4.2.6 | Odporność po przewróceniu | zaliczony |
| 4.2.7 | Wskaźnik linii wypełnienia | zaliczony |
| 6 | Znakowanie i etykieta | zaliczony |
| 7 | Instrukcja używania | zaliczony |
| Tabela wyników | Aktualny wynik testu Spójrz do tabeli A- BS EN ISO 239007-1:2019 Full Format | |

Słowniczek terminów

Zaliczony: Spełnia testy inżynierskie BSI w laboratoriach BSI

doskonałość naszym nawykiem

Warunki Wydania.

Niniejszy raport z testów został wydany zgodnie z warunkami określonymi w bieżącym wydaniu warunków korzystania z usługi BSI. Wyniki zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do określonych próbek testowych i do konkretnego przeprowadzonego testu, jak wyszczególniono w tym raporcie z testu. Wydanie tego raportu z badań nie wskazuje na żadne środki zatwierdzenia, certyfikacji, nadzoru, kontroli lub nadzoru ze strony BSI jakiegokolwiek produktu. Żaden wyciąg, skrót ani abstrakcja z raportu z badań nie może zostać opublikowana ani wykorzystana do reklamy produktu bez pisemnej zgody BSI, która zastrzega sobie absolutne prawo do uzgodnienia lub odrzucenia wszystkich lub niektórych szczegółów wszelkich elementów lub materiałów reklamowych, na które można uzyskać zgodę być poszukiwanym.

Jeśli chcesz porozmawiać z bsi w sprawie tego raportu, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +44 (0) 8450 80 9000.

BSI

Kitemark House

Mayland Avenue

Hemel Hempstead

Hertfordshire

HP2 4SQ



Opinie i interpretacje wyrażone w niniejszym dokumencie są poza zakresem naszej akredytacji UKAS.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie wyniki niezyskane w testach w laboratorium BSI są poza zakresem naszej akredytacji UKAS.

doskonałość naszym nawykiem