



ZZP.2380.53.2021

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy<sup>1</sup>, pn.:

**Dostawa automatu do izolacji DNA do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1 podpunkt c:

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie fazy wstępnej obróbki (pretreatment), tj. liza/trawienie i homogenizacja przed włożeniem próbek do urządzenia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie fazy wstępnej obróbki (pretreatment), tj. liza/trawienie i homogenizacja przed włożeniem próbek do urządzenia, natomiast pozostałe etapy ekstrakcji DNA (płukanie, elucja) muszą przebiegać w urządzeniu.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1 podpunkt e:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez dodatkowej, fizycznej karty instalacyjnej, które ma fabrycznie zainstalowane protokoły do izolacji DNA ze śladów kryminalistycznych i materiałów referencyjnych (wraz z możliwością zmiany objętości końcowej eluatu)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Oferowane urządzenie musi posiadać kartę instalacyjną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 2 podpunkt a:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2020 roku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Urządzenie ma być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 2 podpunkt b:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wraz z aparatem pełnej instrukcji obsługi w języku angielskim oraz skróconej wersji stanowiskowej w języku polskim?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

<sup>1</sup> ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

<sup>2</sup> podstawa prawna - art. 284 ust. 2 i 6 ustawy

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4:

Czy Zamawiający dopuści odczynniki z minimalnym terminem ważności wynoszącym 7,5 miesiąca tj. 225 dni od daty dostawy? Wykonawca w chwili obecnej nie jest w stanie zapewnić odczynników z 9 miesięcznym terminem ważności począwszy od daty dostawy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający nie dopuści odczynników z minimalnym terminem ważności krótszym niż 9 miesięcy.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4

Czy Zamawiający dopuści odczynniki z datą produkcji umieszczoną na certyfikacie analizy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Oznaczenie odczynników numerem serii, datą produkcji i datą ważności ma być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.