

**Pakiet nr 1 - zestawy do transfuzji krwi i infuzji grawitacyjnej dla Działów Medycznych.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	asortyment	producent + nr katalogowy	ILOŚĆ	jm.	cena jedn. Netto zł.	wartość netto zł. (kolumna4x6)	podatek VAT %	wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1	<b>Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi,</b> komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, długość min.90mm <b>Wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny</b> Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A Kompatybilny z lipidami, sterylizowany tlenkiem etylenu Objętość wypełnienia drenu 14 ml długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO Złącze luer lock obrotowe dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, <b>termin ważności minimum 2 lata od dostawy do Zamawiającego</b>	Zibo Qiaosend Medical Articles/ VH-26-EGA	10 000	szt.	2,65 zł	26 500,00 zł	8%	28 620,00 zł
2	<b>Zestaw do infuzji grawitacyjnej</b> komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek Kompatybilny z lipidami Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, sterylizowany tlenkiem etylenu długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony Objętość wypełnienia drenu 11 ml średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO Złącze luer lock stałe Komora kroplowa o długości 57mm na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, <b>termin ważności minimum 2 lata od dostawy do Zamawiającego</b>	Margomed/ 001 401	200 000	szt.	0,92 zł	184 000,00 zł	8%	198 720,00 zł
	<b>Razem</b>					<b>210 500,00 zł</b>		<b>227 340,00 zł</b>

**Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 2 szt dla każdej z pozycji**

**Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.**