

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

Fotel ginekologiczny – 1 szt.

Producent: **SCHMITZ**

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

ARCO-MATIC 300M, 114.9700.0

Kraj pochodzenia: **NIEMCY**

Rok produkcji: **2024**

Cena jednostkowa netto: 49 388,00 zł, podatek VAT 8%,

cena jednostkowa brutto 53 339,04 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja głowy wyłożone wygodnym materacem w ergonomicznym kształcie. Materace klejone bezszwowo z możliwością wymiany całych paneli.	TAK	TAK, Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja głowy wyłożone wygodnym materacem w ergonomicznym kształcie. Materace klejone bezszwowo z możliwością wymiany całych paneli.
2.	Regulacja wysokości i pochylenia fotela oraz pochylenia sekcji pleców za pomocą siłowników elektrycznych	TAK	TAK, Regulacja wysokości i pochylenia fotela oraz pochylenia sekcji pleców za pomocą siłowników elektrycznych
3.	Regulacja wysokości podpórek pod stopy lub Goepli za pomocą siłowników elektrycznych	TAK	TAK, Regulacja wysokości podpórek pod stopy lub Goepli za pomocą siłowników elektrycznych

4.	Podstawa fotela umożliwiająca stabilną pracę o wymiarach 1100 x 600 mm \pm 50mm	TAK	TAK, Podstawa fotela umożliwiająca stabilną pracę o wymiarach 1135 x 605 mm
5.	Szerokość siedziska: min.590 mm Szerokość sekcji pleców: min 680 mm	TAK, podać	TAK, Szerokość siedziska: 595 mm Szerokość sekcji pleców: 680 mm
6.	Maksymalne bezpieczne obciążenie fotela min. 240kg	TAK, podać	TAK, Maksymalne bezpieczne obciążenie fotela 250 kg
7.	Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu, dostępna w szerokiej palecie kolorów. Minimum 18 kolorów.	TAK	TAK, Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu, dostępna w szerokiej palecie kolorów. 19 kolorów.
8.	Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy panelu nożnego lub sterownika ręcznego	TAK	TAK, Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy panelu nożnego lub sterownika ręcznego
9.	Możliwość zapamiętania minimum 4 pozycji fotela aktywowanych za pomocą panelu nożnego lub sterownika ręcznego	TAK	TAK, Możliwość zapamiętania 4 pozycji fotela aktywowanych za pomocą panelu nożnego lub sterownika ręcznego
10.	Łagodny start oraz ergonomiczne ruchy fotela podczas zmiany pozycji	TAK	TAK, Łagodny start oraz ergonomiczne ruchy fotela podczas zmiany pozycji
11.	Regulacja wysokości siedziska w zakresie 550mm-1000mm \pm 15mm za pomocą pozycji Trendelenburga	TAK, podać	TAK, Regulacja wysokości siedziska w zakresie 561mm-1011mm za pomocą pozycji Trendelenburga
12.	Najniższa pozycja siedziska maksimum 550mm \pm 15mm	TAK, podać	TAK, Najniższa pozycja siedziska 561mm

13.	Pozycja startowa fotela umożliwia pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania schodka	TAK	TAK, Pozycja startowa fotela umożliwia pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania schodka
14.	Możliwość ustawienia elektrycznego ustawienia pozycji Trendelenburga/ Antytrendelenburga	TAK, podać	TAK, Możliwość ustawienia elektrycznego ustawienia pozycji Trendelenburga/ Antytrendelenburga
15.	Nożny panel sterujący obsługujący wszystkie funkcje fotela	TAK	TAK, Nożny panel sterujący obsługujący wszystkie funkcje fotela
16.	Zasilanie fotela 230V, 50Hz, maks. 1kW, kabel zasilający minimum 3 m	TAK	TAK, Zasilanie fotela 230V, 50Hz, 0,94kW, kabel zasilający 3 m
17.	Możliwość mocowania rolki z prześcieradłem jednorazowym pod pokrywą sekcji pleców	TAK	TAK, Możliwość mocowania rolki z prześcieradłem jednorazowym pod pokrywą sekcji pleców
18.	Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego na całej długości fotela, między segmentem pleców i segmentem głowy oraz między segmentem siedziska i segmentem pleców.	TAK	TAK, Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego na całej długości fotela, między segmentem pleców i segmentem głowy oraz między segmentem siedziska i segmentem pleców.
19.	Możliwość założenia podpór pod stopy pacjentki mocowane po bokach fotela	TAK	TAK, Możliwość założenia podpór pod stopy pacjentki mocowane po bokach fotela

20.	Podpory pod nogi pacjentki typu Goepel mocowane po bokach fotela(para)	TAK	TAK, Podpory pod nogi pacjentki typu Goepel mocowane po bokach fotela(para)
21.	Oslony w kolorze tapicerki na mocowanie podpór typu Goepel	TAK	TAK, Oslony w kolorze tapicerki na mocowanie podpór typu Goepel
22.	Wysuwana spod siedziska sekcja nóg umożliwiająca otrzymanie pozycji horyzontalnej	TAK	TAK, Wysuwana spod siedziska sekcja nóg umożliwiająca otrzymanie pozycji horyzontalnej
23.	Miska ze stali nierdzewnej pod siedziskiem, wysuwana o głębokości minimum 65mm	TAK	TAK, Miska ze stali nierdzewnej pod siedziskiem, wysuwana o głębokości 65mm
24.	Podglówek dla pacjentki mocowany bez rzepów	TAK	TAK, Podglówek dla pacjentki mocowany bez rzepów
25.	Waga netto fotela bez akcesoriów: do 100 kg	TAK, podać	TAK, Waga netto fotela bez akcesoriów: 100 kg
26.	Fotel wyposażony w koła z centralną blokadą	TAK	TAK, Fotel wyposażony w koła z centralną blokadą
27.	Koła niewystające poza podstawę fotela	TAK	TAK, Koła niewystające poza podstawę fotela
28.	Podpórka pod nogę dla lekarza	TAK	TAK, Podpórka pod nogę dla lekarza
29.	Taboret lekarski w kolorze tapicerki fotela	TAK	TAK, Taboret lekarski w kolorze tapicerki fotela
30.	Dodatkowe wyposażenie: 1 rolka podkładu papierowego	TAK	TAK, Dodatkowe wyposażenie: 1 rolka podkładu papierowego
	GWARANCJA I SERWIS		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji 24 miesiące

2.	Ilość punktów serwisowych na terenie Polski; proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	TAK, Medicom Spółka z o.o. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 34 41-819 Zabrze (32) 271-76-66 firma@ medicom.com.pl
3.	Montaż fotela w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	TAK, Montaż fotela w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

UWAGA: Zestawienie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i dołączone do oferty. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.