

Formularz cenowo-techniczny

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku z zakresu ablacji PFA**, zwanego dalej wyrobami,
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie:
- a) utworzyć w Klinicznym Oddziale Kardiologii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów wskazanych w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
- b) uzupełniać bank depozytowy w terminie do 2 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [obsługa.klienta@medtronic.com](mailto:obsługa.klienta@medtronic.com)
- c) dostarczyć generator do wykonywania zabiegu ablacji PFA wraz z akcesoriami i monitorem IVY, zwanych dalej urządzeniami, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [obsługa.klienta@medtronic.com](mailto:obsługa.klienta@medtronic.com),
3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
4. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych.
5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - wyraźnie oznakowany rozmiar,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.**
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby i urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
7. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

TABELA NR 1 Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe wyrobów objętych przedmiotem zamówienia:

L.p.	SPECYFIKACJA PRZEDMIOTOWA DO ABLACJI PFA
1.	ELEKTRODA ABLACYJNA 9-POLOWA
1.1	Data produkcji – nie wcześniej niż 2023
1.2	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy
1.3	Średnica pętli 25 mm
1.4	Średnica max. 9,8 Fr
1.5	Długość elektrody min. 140 cm
1.6	Liczba pierścieni 9
1.7	Możliwość dostarczenia energii PFA
1.8	Możliwość wprowadzenia do koszulki sterowalnej o średnicy wewnętrznej 10Fr

<b>2.</b>	<b>ŁĄCZNIK DO ELEKTRODY ABLACYJNEJ</b>
<b>2.1</b>	Data produkcji - nie wcześniej niż 2023 rok
<b>2.2</b>	Czas sterylizacji min.12miesięcy
<b>2.3</b>	Kompatybilność z elektrodą do ablacji PFA
<b>2.4</b>	Długość co najmniej 250 cm
<b>3.</b>	<b>PROWADNIK DO ELEKTRODY ABLACYJNEJ</b>
<b>3.1</b>	Data produkcji - nie wcześniej niż 2023 rok
<b>3.2</b>	Czas sterylizacji min.12miesięcy
<b>3.3</b>	Kompatybilność z elektrodą do ablacji PFA
<b>3.4</b>	Średnica 0,032" kształt J długość co najmniej 175 cm
<b>4.</b>	<b>KOSZULKA TRANSSEPTALNA O ZMIENNEJ KRZYWIŹNIE</b>
<b>4.1</b>	Data produkcji - nie wcześniej niż 2023 rok
<b>4.2</b>	Czas sterylizacji min.12miesięcy
<b>4.3</b>	Zewnętrzna średnica koszulki 14 Fr
<b>4.4</b>	Zmienna krzywizna
<b>4.5</b>	Wewnętrzna średnica koszulki 10 Fr
<b>4.6</b>	Dwie długości końcówki koszulki do wyboru

TABELA NR 2

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Elektrody ablacyjne 9-polowe	szt.	28	14 000,00 zł	392 000,00 zł	8%	423 360,00 zł	15 120,00 zł	Medtronic, PulseSelect PFS, PSCC100
2.	Łącznik do elektrody ablacyjnej	szt.	28	1 000,00 zł	28 000,00 zł	8%	30 240,00 zł	1 080,00 zł	Medtronic, łącznik do elektrody PulseSelect PFA, PSCIC101
3.	Prowadnik do elektrody ablacyjnej	szt.	28	100,00 zł	2 800,00 zł	8%	3 024,00 zł	108,00 zł	Medtronic, PV Tracer, 990045
4.	Koszulki transseptalne o zmiennej krzywiźnie kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi 9-polowymi do izolacji żył płucnych	szt.	28	2 000,00 zł	56 000,00 zł	8%	60 480,00 zł	2 160,00 zł	Medtronic, FlexCath Contour 10, 10FCC13/10FCC20
				Razem Netto:	478 800,00 zł	Razem Brutto:	517 104,00 zł		

TABELA NR 3

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dowóz na zabieg : Generator do wykonania zabiegu ablacji PFA z akcesoriami i monitorem IVY	szt.	12	500,00 zł	6 000,00 zł	23%	7 380,00 zł	615,00 zł	Medtronic, Generator PFA wraz z monitorem IVY, PSG100/ IVY7000
				Razem Netto:	6 000,00 zł	Razem Brutto:	7 380,00 zł		

TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY

Lp.		Wartość netto (zł) tabeli nr 2-3	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) tabeli nr 2-3
1	2	3	4	5
1.	Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"	478 800,00 zł	8%	517 104,00 zł
2.	Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"	6 000,00 zł	23%	7 380,00 zł
3.	Razem Netto:	484 800,00 zł	Razem Brutto:	524 484,00 zł