

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

1. Laktator z wyposażeniem – 1 kpl. (Pediatria)

Producent: Medela AG

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

Symphony, 024.0102, laktator szpitalny, jezdny

Kraj pochodzenia: Szwajcaria

Rok produkcji: 2024r.

Cena jednostkowa netto: 6 999,00 zł, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto 7 558,92 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Praca laktatora sterowana przez zewnętrzną kartę	Tak	Tak
2.	membrany tłoków zabezpieczone pokrywą dla zapewnienia pełnej higieny i bezpieczeństwa odciągania	Tak	Tak
3.	Do wyboru dwa programy: Program INICJACJA – przeznaczony do stymulacji laktacji (dla mam wcześniaków, mam z opóźnioną laktacją, matek po szczególnie trudnych porodach) Faza stymulacji 1: –70 do –200 mmHg /120 zassań/min Faza stymulacji 2: –70 do –200 mmHg /90 zassań/min Faza odciągania: –100 do –250 mmHg /34 –54 zassań/min Program UTRZYMANIE – dla mam dzieci donoszonych, do podtrzymania laktacji na odpowiednim poziomie	Tak	Tak
4.		Tak	

5.	Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia	Tak	Tak
6.	Płynna regulacja siły ssania	Tak	Tak
7.	Możliwość zastosowania zestawów typu ODS na jedną dobę dla jednej pacjentki w rozmiarach 24,27 i 30mm lub zestawów wielorazowych do sterylizacji z lejkiem w technologii PersonalFit Plus (kąt rozwarcia lejka 105° i owalny kształt umożliwia lepsze dopasowanie i ułatwia przepływ mleka	Tak	Tak
8.	Waga 2,9 kg moduł sterujący	Tak	Tak
9.	Wózek jezdny z blokadą kół z uchwytem na butelki oraz miejscem na przewód zasilający	Tak	Tak
10.	Trwała obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości wraz z uchwytem do łatwego przenoszenia urządzenia	Tak	Tak
11.	Statyw na 2 lub 4 butelki	Tak	Tak
12.	Kod QR, który po zeskanowaniu telefonem daje użytkownikowi możliwość zapoznania się z specyfikacją urządzenia, instrukcją użytkowania, myciem/dezynfekcją oraz podstawowymi informacjami jak prawidłowo odciągać pokarm	Tak	Tak
13.	Skrócona instrukcja obsługi w formie naklejki na obudowie laktatora	Tak	Tak
14.	Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu (separacja mediów)	Tak	Tak
15.	Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia	Tak	Tak
16.	Zestaw w składzie z konektorem zawierającym zdejmowalną silikonową membranę gwarantującą separację mediów, zdejmowalny lejek o kącie rozwarcie 105° zapobiegający uciskaniu przewodów mlecznych i umożliwiający rotację w zakresie 360°, silikonowym drenem o długości 114cm zakończony plastikowymi wtyczkami,	Tak	Tak

	nakładką na tłoki laktatora, butelką z PP o pojemności 150ml z wytłoczoną skalą co 10ml oraz zakrętką. • Możliwość stosowania z zestawem wymiennych lejków w rozmiarach S (21mm), M(24mm), L(27mm), XL(30mm) i XXL(36mm); Zestaw przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji.		
	GWARANCJA I SERWIS		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	Tak, okres gwarancji 24 miesiące
2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Tak, Serwis Medela, Ul. Wybrzeże Gdynskie 6D, 01-531 Warszawa tel. 665 777 755 mail: serwis@medela.pl

UWAGA: Zestawienie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i dołączone do oferty. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.