



**PAKIET TESTOWY TYPU BOWIE & DICK** (20 szt / opakowanie)

Podana wartość (SV): 134°C 3 min 30 s \_ 121°C 15 min

Funkcja: Wskaźnik chemiczny do wykrywania prawidłowej penetracji pary, jakości pary oraz obecności gazów nieskraplających się w procesach sterylizacji parą nasyconą.

Zgodność z normami ISO 11140-1 i EN ISO 11140-4

Bez ołowiu. Substancja lub mieszanina nie stwarzająca zagrożenia

Data ważności: 4 lata

Producent: Matachana