

Zadanie nr 3		TEST DO KONTROLI STERYLIZATORA TYPU BOWIE & DICK										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Test do kontroli sterylizatora typu Bowie & Dick, klasa 2, zgodny z normą obowiązującą dla tego typu testu, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego, w postaci jednorazowego pakietu papierowego ze wskaźnikiem zewnętrznym i arkuszem wewnątrz do udokumentowania danych procesu, umożliwiający wyjęcie i otwarcie bezpośrednio po zakończeniu procesu	Matachana	nie dotyczy	85010	750	szt.	20	12,49 zł	9 367,50 zł	23%	2 154,53 zł	11 522,03 zł
									9 367,50 zł		2 154,53 zł	11 522,03 zł