

Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **zestawów linii krwi do hemodializy (z workiem) do posiadanych przez zamawiającego aparatów Fresenius 4008 oraz zestawów linii krwi do posiadanych przez zamawiającego aparatów Fresenius 5008**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego: aparatami Fresenius 4008 ( poz. 1 tabeli ) oraz aparatami Fresenius 5008 ( poz. 2 tabeli ).
4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane :
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach,
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do **5 dni** roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr 61/839 26 57 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ZAMOWIENIA.PL@FRESENIUSMEDICALCARE.COM
8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9= 6+7	10
1	<b>Zestaw linii krwi do hemodializy do aparatu Fresenius 4008</b> ( z workiem), pakowane sterylnie w jednym komplecie, linie bez zawartości ftalanów DAHP free (zestaw ma zawierać linię tętniczą, żylną, igłę spike, łącznik cyrkulacyjny).	<b>zestaw</b>	<b>14 000</b>	13,50	189 000,00	8%	14,58	204 120,00	<b>FMC/F00000257</b>
2	<b>Zestaw linii krwi</b> do posiadanych przez zamawiającego aparatów Fresenius 5008 –	<b>zestaw</b>	<b>21 600</b>	18,50	299 600,00	8%	19,98	431 568,00	<b>FMC/F00000384</b>
3	<b>Zestaw linii krwi do hemodializy</b> do aparatu Fresenius 4008 ( z workiem), pakowane sterylnie w jednym komplecie, linie bez zawartości ftalanów DAHP free, <b>(typ pediatryczne)</b> , (zestaw ma zawierać linię tętniczą, żylną, igłę spike, łącznik cyrkulacyjny).	<b>zestaw</b>	<b>200</b>	27,00	5 400,00	8%	29,16	5 832,00	<b>FMC/F00001064</b>
4	Zestaw linii krwi do hemodializy do aparatu Fresenius 4008 ( z workiem), pakowane sterylnie w jednym komplecie, linie bez zawartości ftalanów DAHP free, <b>(typ noworodkowe)</b> , (zestaw ma zawierać linię tętniczą, żylną, igłę spike, łącznik cyrkulacyjny).	<b>zestaw</b>	<b>200</b>	27,00	5 400,00	8%	29,16	5 832,00	<b>FMC/F00001063</b>
FMC				<b>RAZEM :</b>	<b>499 400,00 zł</b>		<b>RAZEM :</b>	<b>647 352,00</b>	