



Bydgoszcz, dnia 12.12.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa urządzeń medycznych. **NZP/69/P/24**

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1. Zadanie nr 4 – Kardiomonitor na statywie mobilnym – 5 szt.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty (LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2. do Zadania nr 3, załącznik nr 1 do SWZ, „7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika“

Czy Zamawiający dopuści do oceny napęd ortopedyczny w konfiguracji przedstawionej w poniższej tabeli spełniający parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

L.p.	Nazwa	Ilość w szt.
1	Napęd ortopedyczny (konsola, silnik, wyłącznik nożny)	1
2	Nasadka do procedur MIS	2
3	Nasadka typu piła oscylacyjna	2
4	Nasadka do drutów	2
5	Nasadka Jacobs	2
6	Nasadka AO	2
7	Adapter kaniulowany	2
8	Kontener sterylizacyjny	2
9	Ostrza do piły oscylacyjnej	40
10	Ostrza MIS	60
11	Silnik – napęd piórowy	1

W przypadku dopuszczenia w/w konfiguracji oraz wskazanych ilości Wykonawca naniesie dopuszczone elementy urządzenia z konkretnymi ilościami na obowiązujący formularz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowaną konfigurację grupującą konsolę, silnik, wyłącznik nożny jako napęd ortopedyczny zawierający wymienione elementy.



Pytanie nr 3. - do SWZ, rozdział III ust. 2 pkt. 2.7

Udostępnienia jakich danych Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby uzyskać dostęp do środków podmiotowych wymienionych w pkt. 2.4, 2.5, 2.6?

Odpowiedź:

Zamawiający określił swoje wymagania dotyczące udostępniania danych w załączniku nr 8 do SWZ:

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych: <https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj>
- 2) Lista osób i podmiotów objętych sankcjami: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>
- 3) Informacje z wykazu określonego w ROZPORZĄDZENIU RADY (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0765-20240228> z późn. zm.
- 4) Informacje z wykazu określonego w ROZPORZĄDZENIU RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20240628> z późn. zm.

Pytanie nr 4. - do SWZ rozdział V ust.1 Pytanie do Zadania nr 3, załącznik nr 1 do SWZ, „7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika”

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu przeszkolenia personelu w „zakresie przeglądów technicznych”. Wykonawca w zakresie tego typu czynności dysponuje zespołem serwisantów uprawnionym do przeprowadzenia takich przeglądów technicznych. Wykonawca przeszkoli Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia niezbędnego do eksploatacji urządzenia oraz w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga szkolenia personelu w zakresie przeglądów technicznych. Wymaga szkolenia personelu jedynie w zakresie określonym w ppkt 55 i 56, pkt 7 pn. „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika” Załącznika nr 1 do SWZ dla zadania 3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający