



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ewa Mrówka

Dyrektor

Departamentu Laboratoriów

BF-2.262.2.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę odczynników**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie dwóch pierwszych pozycji z części VII (oznaczone jako poz. 1 i poz.6) do części VI.

Są to wzorce firmy ROFA FRANCE, której produkty zostały ujęte właśnie w części VI postępowania.

Ponieważ nasza firma oferuje produkty ROFA FRANCE w Polsce, pozwoli to nam na złożenie oferty również na te dwie pozycje.

Pozostałych wzorców firmy AccuStandard z w poz. VII nasza firma nie oferuje.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie dwóch pierwszych pozycji z części VII (oznaczone jako poz. 1 i poz.6) do części VI.

Wniosek nr 2:

Pytanie dotyczące Części IV

W związku z obowiązującą aktualnie ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami (13.06.2013r., Dz. U. poz. 888) nie będziemy mogli przejąć na siebie kosztów utylizacji opakowań po zakupionych materiałach. Czy Zamawiający akceptuje przejęcie na siebie utylizację opakowań?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Zamawiający nie akceptuje przejęcia na siebie utylizacji opakowań.

Wniosek nr 3:

Pytanie dotyczące Części IV

Producenci niestety nie mogą zagwarantować dostawy wzorca z określonym z minimum 75% terminem ważności, gdyż w sprzedaży dostępna jest zazwyczaj tylko jedna seria produktu, do wyczerpania zapasów/końca terminu ważności. Nie wszystkie wzorce spełniają również warunek minimum 24 miesięcy terminu ważności (w przypadku, gdy całkowity okres przydatności jest dłuższy, niż 32 miesiące).

Daty ważności dla dostępnych serii (na przestrzeni trwania umowy nie mamy możliwości zagwarantowania dostarczenia nowych serii wzorców, jeśli stan magazynowy nie zostanie wyczerpany):

Poz.1 – 13/12/2023

Poz.2-17/05/2026

Poz.3-15.02.2026

Poz.4-07.09.2027

Poz.5-28.06.2027

Poz.6-28.02.2028

Poz.7-29.11.2025

Poz.8-09.07.2025

Poz.9-24.08.2025

Poz.10-24.09.2025

Poz.11-19.11.2024

Poz.12-12.12.2024

Poz.13-24.06.2027

Poz.14-01.04.2028

Poz.15-08.11.2028

Poz.16-16.06.2027

Poz.17-20.09.2027

Poz.18-22.03.2028

Poz.19-11.11.2028

Poz.20-04.05.2024

Poz.21-12.01.2027

Poz.22-30.11.2027

Poz.23-07.11.2026

Wyjaśnienie: Niestety ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu na zaoferowanie dla wszystkich produktów z góry określonego czasu przydatności, „nie krótszy niż.” ze względu na to, że każdy z producentów oferuje inne daty ważności, część produktów ma z góry określony termin ważności (np. 12 miesięcy od daty wysyłki), część producentów oferuje daty ważności do konkretnych serii i zależy od momentu sprzedaży wzorca, ile miesięcy będzie posiadał dany materiał. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców z proponowaną datą ważności do ustalenia w trakcie realizacji, jeśli



materiał będzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany? Czy Zamawiający akceptuje aktualnie dostępne serie? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nieakceptowalnych?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Wniosek nr 4:

Pytanie dotyczące Części IV

Czy Zamawiający wyraziłby zgodę, przy ewentualnym braku dokumentów w dostawie o zgłaszanie telefoniczne braku dokumentów (bądź email), a Wykonawca dostałby bezzwłocznie w formie elektronicznej lub do pobrania ze strony, (aby brak nie traktowany był, jako niezgodność)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokumenty muszą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej przesłanej na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 1 umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza pobrania dokumentów ze strony internetowej.

Wniosek nr 5:

Pytanie dotyczące Części IV

Czy materiały z Części IV muszą być przygotowane zgodnie z normą ISO17034? Jeśli tak, poz.22 nie posiada ISO17034, zaś poz.21 – wyprodukowana jest zgodnie z ISOGUIDE34.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że materiały z części IV nie muszą być przygotowane zgodnie z normą ISO17034.

Wniosek nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w §6 pkt 5 na: Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub niespełniającego wymagań SIWZ przedmiotu umowy, dostarczonego w ramach realizacji umowy, w terminie do 40 dni dla Części IV od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności.”

Wyjaśnienie: Z racji tego, że część produktów nie jest dostępna od ręki w magazynie niestety reklamacja nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie krótszym niż pierwotnie zrealizowane zamówienie, czyli do 40 dni dla Części III.

Wyjaśnienie: Niestety ze względu na specyfikę produktów może nas lub innego wykonawcę z góry skazać na obciążenie karami za zwłokę. Kara ma na celu zdyscyplinować Wykonawcę. Niemniej jednak kary dotyczyć winny konkretnych, niedostarczonych na czas materiałów adekwatnie do przewinienia.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w projektowanych postanowieniach umowy nie ma § 6 pkt 5. Zamawiający informuje, że modyfikuje § 6 pkt 4 poprzez nadanie brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub niespełniającego wymagań SWZ przedmiotu umowy, dostarczonego w ramach realizacji



umowy, w terminie nie późniejszym niż **10 dni kalendarzowych** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności.”.

Wniosek nr 7:

Pytanie dotyczące Części IV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w § 2, pkt 5 „Do dostarczenia odczynników chemicznych Wykonawca prześle karty charakterystyk na wskazany adres email odbiorcy materiałów, zgodnie z zamówieniem bądź do pobrania ze strony XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

Wyjaśnienie: Niestety materiały nadawane są z Magazynu Centralnego z Niemiec bezpośrednio do użytkownika końcowego/laboratorium i nie mamy możliwości technicznych dołożenia każdorazowo kart do paczek.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokumenty muszą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej przesłanej na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 1 umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza pobrania dokumentów ze strony internetowej.

Wniosek nr 8:

Czy Zamawiający zgodzi się aby ewentualne kary były niższe i wynosiły 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Tak wysokie kary w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej i dużej niepewności na rynku znacząco wpłyną na wysokość oferty lub skutecznie uniemożliwią dostęp do tego postępowania.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że naliczana jest kara za zwłokę, a nie za opóźnienie.

Wniosek nr 9:

Prosimy o jednoznaczne określenie, które dokładnie cechy jakościowe będą Państwo porównywać przy ocenie równoważności w części V. Jednocześnie przestrzegamy przed przyjęciem do oceny równoważności kryterium porównania wszystkich cech jakościowych zawartych w specyfikacji jakościowej danego odczynnika, gdyż jest to niezgodne z art. 16 pkt. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publiczne (PZP) i narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Tożsame produkty różnych producentów (spełniające takie same kryteria jakościowe) na specyfikacjach jakościowych posiadają różne informacje i przyjęcie do oceny równoważności kryterium porównania wszystkich cech jakościowych zawartych w specyfikacji jakościowej danego odczynnika mogłoby znacząco wpłynąć na obniżenie konkurencyjności składanych ofert.

W takiej sytuacji jedynym produktem, który spełnia Państwa wymagania byłby ten wymieniony w SIWZ.



W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w każdej części w przypadku oceny pozycji równoważnych pod uwagę będą brane parametry jakościowe, które mają wpływ na ważność wyników dla poszczególnych metod badawczych, m.in. ich wpływ na wysokość szumów na chromatogramach.

Przedstawione wymagania jakościowe, opisane przykładowymi znakami towarowymi, patentami, normami lub pochodzeniem, charakteryzującymi produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Przedstawione wymagania jakościowe spełniają wymagania stosowanych norm, procedur badawczych, przepisów prawa, wymagań akredytacyjnych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, również poprzez przedstawienie widm tam, gdzie to wskazano. Oferowane, przez Wykonawców składających oferty równoważne, odczynniki muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku gdy dostarczone produkty nie pozwolą na kontynuację badań bez wpływu na ważność uzyskiwanych wyników Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odczynników referencyjnych.

Dodatkowo w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający dołącza Załącznik nr 1b, stanowiący integralną część SWZ dotyczący cech jakościowych istotnych przy ocenie równoważności w cz. V.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- 1) w załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, nieprzyjęciem zamówionej pozycji z uwagi na krótki okres gwarancji lub innych wad w toku odbioru, Zamawiający sporządzi i podpisze protokół odmowy przyjęcia dostawy w zakresie dotyczącym nieprawidłowo dostarczonych pozycji, informując niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 2 oraz § 9 umowy. Za niezgodność dostawy z zamówieniem będzie uznany również brak dołączenia do dostarczonych odczynników dokumentów wskazanych w ust. 6. Dokumenty muszą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej przesłanej na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 1 umowy. Wykonawca, winien dostarczyć odczynniki zgodne z zamówieniem lub wolne od wad najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia niezgodności lub wady przez Zamawiającego. Wszelkie zgłoszenia i wyjaśnienia w ww. przypadku następują przez upoważnionych pracowników Laboratorium Zamawiającego i pracowników Wykonawcy, wskazanych w § 8 niniejszej umowy. Protokół odmowy przyjęcia stanowi Załącznik Nr 2a do umowy.”**



- 2) w załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub niespełniającego wymagań SWZ przedmiotu umowy, dostarczonego w ramach realizacji umowy, w terminie nie późniejszym niż **10 dni** kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności.”.
- 3) W pkt 3 części I SWZ dodaje się pkt 3.3.1. w brzmieniu: „W każdej części w przypadku oceny pozycji równoważnych pod uwagę będą brane parametry jakościowe, które mają wpływ na ważność wyników dla poszczególnych metod badawczych, m.in. ich wpływ na wysokość szumów na chromatogramach. Przedstawione wymagania jakościowe, opisanymi przykładowymi znakami towarowymi, patentami, normami lub pochodzeniem, charakteryzującymi produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Przedstawione wymagania jakościowe spełniają wymagania stosowanych norm, procedur badawczych, przepisów prawa, wymagań akredytacyjnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, również poprzez przedstawienie widm tam, gdzie to wskazano. Oferowane, przez Wykonawców składających oferty równoważne, odczynniki muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy dostarczone produkty nie pozwolą na kontynuację badań bez wpływu na ważność uzyskiwanych wyników Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odczynników referencyjnych.”.
- 4) pkt 9.4. część I SWZ – w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się następującą treść:
„9.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem platformazakupowa.pl/pn/uokik - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17 lutego 2023 r. do godziny 11:00.**”
- 5) pkt 9.10. część I SWZ – w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się następującą treść:
„9.10. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **17 lutego 2023 r. g. 11.15.**”
- 6) pkt 11.1. część I SWZ – w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się następującą treść:
„11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **18 marca 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści SWZ. Termin składania ofert ulega zmianie.

Z poważaniem,
Dyrektor Departamentu Laboratoriów
Ewa Mrówka

Załączniki:

Załącznik nr 1 do pisma stanowiący Załącznik nr 1b do SWZ - cechy jakościowe istotne przy ocenie równoważności w cz. V.

