

Formularz asortymentowo cenowy - Pakiet Nr 8

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia - wymagane cechy i parametry	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena netto w zł za jedn. miary	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent / nr katalogowy oferowanego produktu
1.	Obłożenie do operacji żyłaków. Skład zestawu zawiera co najmniej: -1 x serweta na stolik instrumentariuszki, rozm. min.140 x 190 cm (owinięcie zestawu) -1x serweta typu U rozm. min.150x230cm, z przylepnym wycięciem min.6,5x95cm -1 x serweta górna rozm. min.150x240cm przylepna -1 x serweta rozm. min.150x200cm - 1 x taśma przylepna - 2 x ręcznik chłonny Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze min.56g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 145kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Jałowe.	szt.	20	65,00 zł	1 300,00 zł	1 404,00 zł	Medline /ES10120CE
2.	Obłożenie do cięcia cesarskiego. Skład zestawu zawiera co najmniej: -1 x serweta na stolik narzędziowy, rozm. min. 140x190 cm (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo, rozm. min. 80x142 cm -1 x kocyk dla noworodka, rozm. min. 100x105 cm -1 x serweta do cięcia cesarskiego, rozm. min. 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm (+/- 2cm) z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne min. 52x67cm wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki min. 43x57 cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze min. 66g/m2, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezyjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Jałowe.	Szt.	100	79,00 zł	7 900,00 zł	8 532,00 zł	Medline /TB29453CE
3.	Obłożenie do zabiegów neurologicznych. Skład zestawu zawiera co najmniej: -1 x serweta na stolik narzędziowy rozm. min. 152x190 cm z folii PE min. 50 µm z makroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym -1 x serweta na stolik Mayo, rozm. min. 80x142 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym - 1 x serweta do kraniotomii rozm. 265x255cm +/- 5cm z otworem 28x20cm (+/-2cm) całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka oraz z min. czterema uchwytami na przewody typu rzep. Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze min. 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O). Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem E.A.N. Jałowe.	Szt.	10	81,00 zł	810,00 zł	874,80 zł	Medline /DYJPENEUEPEC

4.	Obłożenie uniwersalne do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu zawiera co najmniej: - 1 x serweta na stolik narzędziowy, rozm. min. 140x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo, rozm. min. 80x142 cm - 2 x serwety boczne, rozm. min. 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku - 1 x serweta dolna, rozm. min. 175x175 cm, przylepna - 1 x serwetę górną, rozm. min. 150x240 cm, przylepna - 1 x taśma lepna rozm. min. 9x50 cm - 4 x ręcznik chłonny rozm. min. 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) na całej powierzchni, pozbawione pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze min. 58 g/m ² . Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H ₂ O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 145kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Jałowy.	Szt.	850	38,90 zł	33 065,00 zł	35 710,20 zł	Medline /ES10115CE
5.	Zestaw do dezynfekcji i przygotowania skóry. Skład zestawu zawiera co najmniej: 1 x pęseta/chwytek, plastikowa, rozm. 23-25 cm 5 x tupfer, rozmiar średni – kształt kuli 1 x miska, poj. min. 120ml 1 x taca jednokomorowa, rozm. min. 14x20x4cm Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta. Jałowy	Szt.	800	9,80 zł	7 840,00 zł	8 467,20 zł	Medline / KER70011A
6.	Obłożenie do zabiegów brzusznych. Skład zestawu zawiera co najmniej: - 1 x serweta na stolik narzędziowy rozm. min. 152x190 cm z folii PE min. 50 µm ze wzmocnieniem - 1 x serweta na stolik Mayo, rozm. min. 80x142 cm, - 4 x ręcznik chłonny rozm. min. 34x36cm - 1 x serweta główna, rozm. 200/260x310cm +/- 3cm z osłoną ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznymin. 25x28cm(+/- 2cm), z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 40x100 cm +/- 3cm, z kieszeniami z zapięciami typu rzep po obu stronach otworu operacyjnego, ze zintegrowanymi uchwytami na przewody typu rzep. Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze min. 70g/m ² , miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej łącznej gramaturze min. 140 g/m ² , odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H ₂ O). Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Jałowy.	Szt.	180	81,00 zł	14 580,00 zł	15 746,40 zł	Medline /DYJPEABPEC
7.	Sterylnie osłony na kończyny do zabiegów ginekologicznych 80x140+/-3cm wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS pakowane po 2 szt. w rozrywaną torebkę typu peel pouch, opatrzoną w min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	Szt.	50	11,50 zł	575,00 zł	621,00 zł	Medline/ 8420CEB
8.	Sterylny zestaw ginekologiczny z torbą na płyny Skład zestawu: 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (+/- 5cm) z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem 1x taśma przylepna min. 9x50cm 2x ręcznik chłonny min. 30x20cm z mikrościecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1x serweta z bilaminatu min. 75x90cm 1x serweta do zabiegów ginekologicznych min. 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15x5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm +/- 2cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką i sztywnikiem do regulacji worka, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłających włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max. 58g/m ² , (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H ₂ O. I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	Szt.	100	67,00 zł	6 700,00 zł	7 236,00 zł	Medline/ ES10805CE

9.	Sterylna serweta pod pośladki o wymiarach 89x117 cm (+/- 3cm) z niebieskiej folii PE z wysokochłonny, poliestrowo – wiskozowym wzmocnieniem min. 41x41 cm w części podpośladkowej ze zintegrowaną oraz osłoną stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem oraz zintegrowaną torbą na płyny zaopatrzoną w kształtkę usztywniającą, włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.	Szt.	100	15,00 zł	1 500,00 zł	1 620,00 zł	Medline/ DYJPEFP016
10.	Serweta na stół narzędziowy Mayo. Osłona na stół narzędziowy Mayo składana rewersowo, wykonana z niepylących włókien (polietylen, polipropylen) rozmiar min. 80x142cm, obszar wzmocnienia min. 55x88cm o gramaturze min. 95g/cm2. Jałowa	Szt.	700	7,50 zł	5 250,00 zł	5 670,00 zł	Medline /8339CEC
Wartość pakietu ogółem:					79 520,00 zł	85 881,60 zł	