




| | | |
|------------------|---|---|
| nitrylex classic |  |  |
|------------------|---|---|

| | |
|--|--|
| Typ rękawicy: | nitrylowa, diagnostyczna, ochronna, niejałowa |
| Kolor: | niebieski |
| Kształt: | uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń |
| Środek pudrujący: | brak |
| Zawartość protein: | brak, produkt bezlateksowy |
| Powierzchnia zewnętrzna: | teksturowana na końcach palców |
| Powierzchnia wewnętrzna: | chlorowana |
| Mankiet: | równomiernie rolowany brzeg |
| Minimalna długość w mm: | 240 |
| Grubość w mm (palec/dłoń/mankiet): | 0,09 / 0,08 / 0,06 |
| Minimalna siła zrywu: (przed starzeniem/po starzeniu) | 6N / 6N |
| AQL: | 1.0 |
| Kontakt z żywnością: | Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim 1935/2004 (WE) & 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu |
| Klasyfikacja CE: | klasa I – Wyrób Medyczny (Rozporządzenie (UE) 2017/745) kategoria III, typ B – Środek Ochrony Indywidualnej (Rozporządzenie (UE) 2016/425) |
| Zgodność z normami: | EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN ISO 20417 EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, ASTM F1671, ISO 16604, ASTM D6978 |
| Znaki graficzne: |  |
| Op. jednostkowe/zbiorcze: | 100 szt. / 10×100 szt. Opakowanie: oznakowane fabrycznie poziomem AQL, oznakowane datą produkcji, datą ważności oraz numerem serii |
| Rozmiary: |  system KRK – Kodowanie Rozmiaru Kolorem |
| Nr referencyjny: | XS RD30019001_3373 S RD30019002_3373 M RD30019003_3373 L RD30019004_3373 XL RD30019005_3373 |
| Wytwórca: |  Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, Poland |

